

	PEMERIKSAAN <i>BABYGRAM</i>		
	No. Dokumen DIR.02.03.01.035	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 17 November 2022	Ditetapkan Direktur  dr. Indra Maryunif, MARS	
Pengertian	Pemeriksaan radiologi dari rongga <i>thorax</i> dan <i>abdomen</i> pada bayi yang baru lahir dengan menggunakan sinar-x sehingga menghasilkan gambar radiologi dan <i>expertise</i> .		
Tujuan	Untuk memperlihatkan anatomi <i>thorax</i> dan <i>abdomen</i> pada bayi		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-040/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Radiologi		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">Prosedur persiapan alat Bahan dan persiapan alat pemeriksaan yaitu detektor/<i>kaset/plate imaging</i>Proyeksi <i>AP supine</i> :<ol style="list-style-type: none">Posisi pasien :<ol style="list-style-type: none">Pasien tidur terlentang di atas meja pemeriksaan.Kedua tangan pasien diletakkan ke atas kepala atau di samping tubuh.Pengaturan sinar :<ol style="list-style-type: none">FFD 100 CMCR = Vertikal, tegak lurus terhadap <i>kaset/film</i>.CP = Tengah badan setinggi <i>xypoid</i>kV = 60mAs = 1.6Marker R/LKaset 35 x 43cmKolimasi : diatur sesuai objek pemeriksaanKriteria Foto : Tampak gambaran radiografi dengan batas atas kedua lapangan paru-paru dan batas bawah <i>symphysis pubis</i>.		

	PEMERIKSAAN <i>BABYGRAM</i>		
	No. Dokumen DIR.02.03.01.035	No. Revisi 00	Halaman 2 / 2
Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Instalasi Gawat Darurat - Unit Rawat Jalan - Unit Rawat Inap - Unit Rawat Intensif 		