
	PERGANTIAN TRANSFER SET		
	No. Dokumen 2.01.01.3.01.008	No. Revisi 01	Halaman 1 / 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Juli 2024	Ditetapkan Direktur Utama  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	Pergantian transfer set adalah menjelaskan langkah-langkah yang harus diikuti untuk melakukan pergantian transfer set setiap 6 bulan sekali, jika robek atau bocor, jika secara tidak disengaja terlepas dari adaptor titanium, jika transfer set terkontaminasi.		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"><li>– Sebagai acuan dalam pergantian transfer set.</li><li>– Untuk menstandarisasi prosedur pergantian transfer set.</li></ul>		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-054/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan CAPD ( <i>Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis</i> )		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perawat <i>peritoneal dialysis</i> memakai masker dan mengarahkan pasien untuk memakai masker.</li><li>2. Perawat <i>peritoneal dialysis</i> melakukan cuci tangan 6 langkah.</li><li>3. Perawat <i>peritoneal dialysis</i> membersihkan meja dengan alkohol 70%.</li><li>4. Perawat <i>peritoneal dialysis</i> menyiapkan alat dan bahan di meja sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Transfer set 1 buah</li><li>b. Minicap 2 buah</li><li>c. Dressing set 1 buah :<ol style="list-style-type: none"><li>1) kom steril 2 buah</li><li>2) Duk 2 buah</li><li>3) Klem 2 buah</li></ol></li><li>d. Antiseptik gel 1 buah</li><li>e. Masker 2 buah</li><li>f. Sarung tangan steril 2 buah</li><li>g. Povidone iodine 120 cc</li><li>h. Kantong pembuangan sampah 2 buah</li><li>i. Kasa minimal 10 buah</li></ol></li></ol>		

TERKEND

**TERKENDALI**

## PERGANTIAN TRANSFER SET

No. Dokumen  
2.01.01.3.01.008

No. Revisi  
01

Halaman  
2 / 3

- j. Alkohol 70%
5. Perawat *peritoneal dialysis* melakukan cuci tangan 6 langkah dengan handrub.
  6. Perawat *peritoneal dialysis* membuka *dressing set tray* di ujung lipatannya.
  7. Perawat *peritoneal dialysis* membuka *transfer set pack* dan letakkan *transfer set* pada daerah yang steril (di dalam *dressing set tray*) tanpa menyentuhnya.
  8. Perawat *peritoneal dialysis* membuka kassa (*pouches*) dan letakkan kassa pada daerah yang steril di dalam (*dressing set tray*) tanpa menyentuhnya.
  9. Perawat *peritoneal dialysis* melakukan cuci tangan 6 langkah dengan handrub.
  10. Perawat *peritoneal dialysis* memakai sarung tangan steril untuk tangan dominan/aktif.
  11. Perawat *peritoneal dialysis* mengeluarkan 2 kom dari *set tray* dan letakkan di meja.
  12. Perawat *peritoneal dialysis* memasukkan *povidone iodine* ke dalam 2 buah kom.
  13. Perawat *peritoneal dialysis* memakai sarung tangan steril di tangan yang tidak dominan.
  14. Perawat *peritoneal dialysis* mengeluarkan duk dari *dressing set tray* dan letakkan di atas perut pasien di bawah kateter.
  15. Perawat *peritoneal dialysis* mengklem kateter dengan hati-hati dengan menggunakan klem kateter (3 cm di atas titanium, gunakan kassa sebagai pengalas).
  16. Perawat *peritoneal dialysis* mengambil 2 lembar kassa dan rendam ke dalam *povidone iodine* di kom ke-1.
  17. Perawat *peritoneal dialysis* memegang kateter dengan kassa yang telah direndam tersebut. Gosok sekitar kateter/sambungan adaptor (titanium) dengan kassa tersebut selama 1 menit.

TERKENDALI

## PERGANTIAN TRANSFER SET

No. Dokumen  
2.01.01.3.01.008

No. Revisi  
01

Halaman  
3 / 3

18. Perawat *peritoneal dialysis* meletakkan kateter /sambungan adaptor di atas kassa steril.
19. Perawat *peritoneal dialysis* mengambil 2 lembar kassa steril, putar dan lepas *transfer set* lama dengan cara tangan kanan.
20. Perawat *peritoneal dialysis* memutar *transfer set*, tangan kiri menahan di adaptor, jangan menyentuh ujung adaptor yang terbuka. Buang *transfer set* lama ke dalam kantong pembuangan sampah dan etakkan ujung adaptor di atas kassa steril.
21. Perawat *peritoneal dialysis* mengambil kom ke-2 yang berisi *povidone iodine* dan rendam ujung adaptor yang terbuka selama 5 menit. Angkat kateter dari kom dan letakkan di atas kassa steril.
22. Perawat *peritoneal dialysis* melepas sarung tangan.
23. Perawat *peritoneal dialysis* melakukan *hand hygiene* dengan handrub.
24. Perawat *peritoneal dialysis* memakai sarung tangan steril yang ke 2.
25. Perawat *peritoneal dialysis* mengangkat kateter dengan kassa steril dari duk pertama. Timpa duk kedua di atas duk pertama dan letakkan kateter pada duk kedua.
26. Perawat *peritoneal dialysis* mengambil *transfer set* yang baru, tutup *twist clamp* dari *transfer set* yang baru, buka penutup birunya dan sambungkan *transfer set* yang baru ke adaptor kateter serta eratkan dengan baik.
27. Perawat *peritoneal dialysis* mengganti *caps* yang transfaran dengan *minicaps* yang baru.
28. Perawat *peritoneal dialysis* melepaskan klem kateter.
29. Perawat *peritoneal dialysis* melakukan cuci tangan 6 langkah.
30. Perawat *peritoneal dialysis* membersihkan meja instrumen dan dokumentasikan kegiatan di EMR.

Unit terkait

—

TERKENDALI