



检 验 报 告

报告编号: MZ21030333

委 托 方 广州圆医生物科技有限公司

样品名称 生物反馈电刺激治疗仪

型号规格 ESA-F01

检验类别 注册检验 (☒) _____

质量抽检 (☐) _____

其他检验 (☐) _____

广东省医疗器械质量监督检验所

国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心

广东省医疗器械质量监督检验所
国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心
检验报告首页

报告编号: MZ21030333

共 84 页 第 1 页

样品名称	生物反馈电刺激治疗仪	样品编号	MZ21030333Y1
商 标	/	型号规格	ESA-F01
委托方	广州圆医生物科技有限公司	检验类别	注册检验
委托方地址	广州市黄埔区开创大道 728 号自编 4 栋 4 层 412 房	产品编号 / 批号	00001 SH00210001-1
生产单位	广州圆医生物科技有限公司	抽样单编号	/
受检单位	广州圆医生物科技有限公司	生产日期	202101
抽样单位	/	样品数量	1 台
抽样地点	/	抽样基数	/
抽样日期	/	检验地点	本部检验室
收样日期	2021.06.21	检验日期	2021.06.21 ~ 2022.02.21
检验项目	全项目(生物相容性除外)		
检验依据	广州圆医生物科技有限公司发布的《生物反馈电刺激治疗仪》医疗器械产品技术要求		
检验结论	被检样品所检项目符合广州圆医生物科技有限公司发布的《生物反馈电刺激治疗仪》医疗器械产品技术要求。 结论: 合格。 (检验检测专用章或单位公章) 签发日期: 2022年02月23日		
备 注	1) 报告中: “——” 表示此项不适用, “/” 表示此项空白, “*” 表示此项经修复。 2) EMC 报告: MZ21050455。 3) 对广州圆医生物科技有限公司发布的《生物反馈电刺激治疗仪》医疗器械产品技术要求的预评价意见见本报告 P84。 4) 对 ESA-V01、ESA-S01 型生物反馈电刺激治疗仪的差异性测试见本报告 P57~P66, 样品编号分别为 MZ21030333Y2、MZ21030333Y3。 5) 该医疗器械产品技术要求部分涉及国家标准、行业标准, 不能直接作为资质认定许可的依据, 但本所对报告涉及的检验项目具备相应的承检能力。		

批准:

胡昌明

审核:

李仁号

检验:

胡旭东 刘浩明

职务: 授权签字人

广东省医疗器械质量监督检验所
国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心

检 验 报 告

报告编号: MZ21030333

样品编号: MZ21030333Y1

共 84 页 第 2 页

序号	检验项目	标准条款	标准要求	检验结果	单项结论	备注
常温试验						
1				2.	符合	*
2					符合	
3	工制		领指示		符合	
4	示值准确度	2.4	测量范围 $15\mu\text{V} \sim 1000\mu\text{V}$ (r.m.s), 偏差 不超过 $\pm 10\%$ 或 $\pm 2\mu\text{V}$ (r.m.s), 两者取较 大值	符合要求 $-7\% \sim -4\%$	符合	
5	分辨率 (测量 灵敏度)	2.5	$\leq 2\mu\text{V}$ (r.m.s)	$1\mu\text{V}$	符合	
6					符合	
7	通频带	2.7	不窄于 $20\text{Hz} \sim 500\text{Hz}$ (-3dB) (不包括陷波 波段)	符合要求	符合	*
8					符合	
9					符合	
10					符合	*
11	电刺激电流调 节步长	2.11	1mA	1mA	符合	
12	电刺激波形的 准确度	2.12	1) 脉冲宽度 $40\mu\text{s} \sim 1000\mu\text{s}$ (见表 6), 偏差不得超过 $\pm 30\%$	符合要求 $-12.0\% \sim +0.3\%$	符合	*
			2) 脉冲重复频率 $1\text{Hz} \sim 250\text{Hz}$ (见表 6), 偏差不得超过 $\pm 30\%$	符合要求 $0.0\% \sim 1.0\%$	符合	*
			3) 电流 $0\text{mA} \sim 100\text{mA}$, 偏差不得超过 $\pm 30\%$	符合要求 $0.0\% \sim +1.6\%$	符合	*



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0637



检 验 报 告

报告编号: MZ21050455

委 托 方 广州圆医生物科技有限公司

样品名称 生物反馈电刺激治疗仪

型号规格 ESA-F01

检验类别 注册检验 (✓) _____

质量抽检 () _____

其他检验 () _____

广东省医疗器械质量监督检验所

国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心

广东省医疗器械质量监督检验所
国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心

检验报告首页

报告编号: MZ21050455

共 45 页 第 1 页

样品名称	生物反馈电刺激治疗仪	样品编号	MZ21050455
	送样 (✓) 抽样 (/)		
商 标	圆小洪	型号规格	ESA-F01
委托方	广州圆医生物科技有限公司	检验类别	注册检验
委托方地址	广州市黄埔区开创大道 728 号自编 4 栋 4 层 412 房	产品编号 / 批号	00001/SH00210001-1
生产企业	广州圆医生物科技有限公司	抽样单编号	/
受检单位	广州圆医生物科技有限公司	生产日期	202101
抽样单位	/	样品数量	1 台
抽样地点	/	抽样基数	/
抽样日期	/	检验地点	本部检验室
收样日期	2021.06.21	检验日期	2021.07.01 - 2021.09.10
检验项目	YY 0505 全项目、YY 0607 第 36 章和 YY 0896 第 36 章, 项目的具体内容见“3 试验结果概述”		
检验依据	YY 0505-2012《医用电气设备 第 1-2 部分: 安全通用要求 并列标准: 电磁兼容 要求和试验》 YY 0607-2007《医用电气设备 第 2 部分: 神经和肌肉刺激器安全专用要求》 YY 0896-2013《医用电气设备 第 2 部分: 肌电及诱发反应设备安全专用要求》		
检验结论	被检样品所检项目符合 YY 0505-2012、YY 0670-2008 和 YY 0896-2013 标准的要求。 结论: 合格。 (检验检测专用章或单位公章) 签发日期: 2021年10月08日		
备 注	1) 报告中“/”表示此项空白, “—”表示此项不适用, “*”表示此项经修复; 2) 根据该样品预测试数据和产品技术分析, 发射试验所选工作模式、配置和工况为预期最大发射状态, 抗扰度试验工作模式所选参数设置和样品配置为预期最不利状态。		

批 准:

审 核:

检 验:

职 务: 授权签字人

广东省医疗器械质量监督检验所
国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心

检 验 报 告

报告编号: MZ21050455

样品编号: MZ21050455

共 45 页 第 37 页

4.11 工频磁场抗扰度试验

试验结果: 符合要求

检验日期: 2021.07.14

温度 (°C): 24.6 ~ 25.6

相对湿度 (%): 63.2 ~ 64.2

大气压力 (kPa): 101

4.11.1 试验依据

☒ YY 0505-2012 条款 36.202.8

☒ GB/T 17626.8-2006

☐

4.11.2 试验要求

试验频率

☒ 50Hz

☒ 60Hz

☐

试验等级

☒ 3A/m

☐

4.11.3 试验场地

☒ 普通实验室

☐ 电磁屏蔽室

☐ 3m 法半电波暗室

☐ 10m 法半电波暗室

☐

广东省医疗器械质量监督检验所
国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心

检 验 报 告

报告编号: MZ21050455

样品编号: MZ21050455

共 45 页 第 38 页

4.11.4 试验数据

试验供电电源: 内部电源	样品运行模式: ①, ②, ③
试验频率 (Hz): 50, 60	试验持续时间 (s): 60

试验等级 (A/m)	线圈方向	符合性准则	单项试验结果
3	X	YY 0505 的 36.202.1 j)	符合要求
3	Y		符合要求
3	Z		符合要求
备注： /			

成品放行单

放行编号: 230410

产品名称	生物反馈电刺激仪	规格	ESA-F01
批号	SH00230001-1	数量	100
生产日期	202301	审核依据	《放行控制程序》

审核内容			审核结果
1	该产品已取得医疗器械注册证, 并与《医疗器械生产企业许可证》生产范围相一致		是 ☒ 否 ☐
2	使用的物料是否符合质量要求	☒ 《原料检验报告》	是 ☒ 否 ☐
3	物料平衡情况是否符合规定	☒ 《批生产记录》	是 ☒ 否 ☐
4	生产和质量控制文件是否齐全	☒ 《生产前确认》	是 ☒ 否 ☐
5	生产工艺条件、卫生及环境条件是否符合工艺要求	/	是 ☒ 否 ☐
6	是否执行批准的标准及生产工艺规程; 各工序生产前检查记录、生产记录、清场记录是否完整、真实、清晰	☒ 《批生产记录》	是 ☒ 否 ☐
7	生产过程是否按规定进行检验, 且符合内控质量标准, 检验报告及记录是否完整, 签章是否完备	☒ 《过程检验报告》	是 ☒ 否 ☐
8	成品是否按规定进行检验, 且符合成品检验规程, 检验报告及记录是否完整, 签章是否完备	☒ 《成品检验报告》	是 ☒ 否 ☐

质量结论	经对上述文件记录审核, 认为该批产品质量 ☒ 合格 / ☐ 不合格。 审核人: 张鑫 审核日期: 2023.04.10		
放行批准	☒ 同意 / ☐ 不同意 放行产品。 批准人(管理者代表): 批准日期: 2023.04.10		