


技术要求

- 1、线缆外部用Φ6的编织套管，编织套管两端使用合适热缩套管保护；
- 2、SM2.5-4Pin公头端子采用压接，保证压接牢固；控制剥线长度，避免电缆导电部分裸露在外，多出来的黄线剪断不用；
- 3、16mm带灯按钮座要求供应商预留线长度150cm；
- 4、将标签纸打印部分黏在线缆上，再将标签绕着线缆黏贴，保证整张标签绕着线缆黏贴完成后不起翘不脱落。

B	16mm带灯按钮座及自带线
A	SM2.5-4Pin公头

						线缆组件			 三坛医疗科技 Sante Medical Technology	
标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年、月、日				MS001-B计算机开关延长线组件	
设 计			标准化			阶 段 标 记	重 量	比 例	MS001-B.01.011XH.1.1	
校 对								1:1		
审 核										
工 艺			批 准			共	张	第 页		