


技术要求

- 1、线缆外部用 $\Phi 8$ 的编织套管，编织套管两端使用合适热缩套管保护；
- 2、UT2.5-4（U型插片）、C45-4（直插插片）、电源模块配套三芯插头及端子采用压接方式，点锡处理保证压接牢固，使用合适的热缩套管保护插片柄；
- 3、将标签纸打印部分黏在线缆上，再将标签绕着线缆黏贴，保证整张标签绕着线缆黏贴完成后不起翘不脱落。

D	C45-4（直插插片）
C	UT2.5-4（U型插片）
B	16AWG 棕/蓝/黄
A	电源模块配套三芯插头及端子

						线缆组件			 三坛医疗科技 Sante Medical Technology
标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记			220V电源输入线
设 计			标准化						
校 对									MS001-A.01.002DY.1.1
审 核								1:1	
工 艺			批 准			共	张	第 页	