

MS001-A-03.013SL.1.1

2- $\phi 4.5$ 通
 $\perp \phi 10.5 \nabla 18.2$

2- $\phi 4.5$ 通
 $\perp \phi 10 \nabla 6$

6.3

321.4

301.4

272.3

32

26.6


7.5

15

29.3

技术要求:

1. 表面平整边角无毛刺;
2. 表面喷漆冷灰4C, 详见喷漆说明书;
3. 未注尺寸公差按GB/T 1804-m 执行;
4. 未注形位公差按GB/T 1184-K 执行;
5. 未注尺寸参照stp文件。



零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
----	----	----	-------	----	-----

签字

设计

标准化

校对

工艺

日期

审核

批准

PC

阶段标记

重量

比例


0.194

1:3

共1张 第1张

版本

替代



三坛医疗科技
Santa Medical Technology

MS001-A左侧透光板

MS001-A. 03. 013SL. 1. 1