




A

B

C

D



技术要求:

- 1、未注尺寸公差按GB/T 1804-m 执行;
- 2、未注形位公差按GB/T 1184-K 执行;
- 3、棱边钝化处理, 未注倒角R1、C1, 表面去除毛刺;
- 4、不足尺寸参考三维模型;
- 5、表面喷细砂, 本色阳极氧化处理;

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号


底图总号

签字

日期

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校对			工艺		
审核					
批准					

铝合金6061



三坛医疗科技
Santa Medical Technology

阶段标记 重量 比例

MS001-A 显示器藏线支座

1.09 1:2

MS001-A. 02. 005JS. 1. 1

共 张 第 张 版本 替代