




MS001-B.03.009JS.1.1

6.3



技术要求:

1. 表面光滑，无毛刺；
2. 未注尺寸公差按GB/T 1804-m 执行；
3. 未注形位公差按GB/T 1184-K 执行；
4. 未注外形尺寸、曲面尺寸参照STEP文件；
5. 表面喷细砂，本色氧化处理；



零件代号

借(通)用件登記

旧底图总号

底图总号

簽字

日期

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
----	----	----	-------	----	-----

设计			标准化		
----	--	--	-----	--	--

校对			工艺		
----	--	--	----	--	--

审核					
----	--	--	--	--	--

批准					
----	--	--	--	--	--

铝合金6061


阶段标记

重量

比例

1. 2

共 1 张 第 1 张 版本



三坛医疗科技
Santa Medical Technology

MS001-B万向脚杯左支撑柱

MS001-B. 03. 009JS. 1. 1

替代