


技术要求

- 1、线缆外部用Φ4的热缩套管保护；
- 2、裸线焊接在电源指示灯上,焊接处使用合适热缩套管保护；
- 3、SM2.5-2Pin公头端子采用压接，保证压接牢固；
- 4、将标签纸打印部分黏在线缆上，再将标签绕着线缆黏贴，保证整张标签；
绕着线缆黏贴完成后不起翘不脱落。

C	电源指示灯
B	SM2.5-2Pin公头
A	22AWG 黑/红

						线缆组件	 三坛医疗科技 Santa Medical Technology				
标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年、月、日		MS001-B电源指示灯线				
设 计			标准化								
校 对						阶 段 标 记			重 量	比 例	MS001-B. 01. 002XH. 1. 1
审 核											
工 艺			批 准			共 张 第 页					