


技术要求

- 1、线缆外部用 $\Phi 4$ 的编织套管，编织套管两端使用合适热缩套管保护；
- 2、SM2.5-2Pin母头端采用压接，保证压接牢固；
- 3、HT396K-3.96-2P-14-00A(母头)端剥线拧接点锡处理，控制剥线长度，避免电缆导电部分裸露在外；
- 4、将标签纸打印部分黏在线缆上，再将标签绕着线缆黏贴，保证整张标签绕着线缆黏贴完成后不起翘不脱落。

C	SM2.5-2Pin母头
B	HT396K-3.96-2P-14-00A(母头)
A	22AWG 红/黑

						线缆组件			 三坛医疗科技 Sante Medical Technology		
标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年、月、日				MS001-B脚踏控制线		
设 计			标准化								
校 对						阶 段 标 记			重 量	比 例	MS001-B.01.022XH.1.1
审 核										1:1	
工 艺			批 准			共 张			第 页		