




#### 技术要求

- 1、线缆外部用  $\Phi 4$  的编织套管，编织套管两端使用合适热缩套管保护；
- 2、UT2.5-4端子采用压接，保证压接牢固；
- 3、将标签纸打印部分黏在线缆上，再将标签绕着线缆黏贴，保证整张标签绕着线缆黏贴完成后不起翘不脱落。

B	UT2.5-4
A	ZR-BVR 黄绿

						线缆组件			 三坛医疗科技 Sante Medical Technology	
标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年、月、日				阶段标记	
设 计			标准化							
校 对									1:1	显示器接地线
审 核										
工 艺			批 准			共 张 第 页				