


技术要求:

- 1、UT2.5-4、C45-4插片采用压接方式，点锡处理保证压接牢固，使用合适的热缩套管保护插片柄；
- 2、将标签纸打印部分黏在线缆上，再将标签绕着线缆黏贴，保证整张标签绕着线缆黏贴完成后不起翘不脱落；
- 3、可使用W4中UPS自带电源线截断的带三芯插头的另一端，黄色地线长度不够需接长40cm。

C	OT2.5-16(0型插片)
B	UT2.5-4 (U型插片)
A	UPS自带电源线

						线缆组件			 三坛医疗科技 Sante Medical Technology	
标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年、月、日					
设 计			标准化			阶 段 标 记	重 量	比 例	MS001-B UPS输出线	
校 对								1:1		
审 核									MS001-B. 01. 005DY. 1. 1	
工 艺			批 准			共	张	第 页		