




MS001-B.03.005JS.1.1



技术要求:

1. 未注尺寸公差按GB/T 1804-c 执行;
2. 未注形位公差按GB/T 1184-L 执行;
3. 未注外形尺寸参考STEP文件;
4. 表面镀锌处理;



	1. 未注尺寸公差按GB/T 1804—c 执行；										
零件代号	2. 未注形位公差按GB/T 1184—L 执行；										
	3. 未注外形尺寸参考STEP文件；										
借(通)用件登记	4. 表面镀锌处理；										
旧底图总号							1.5mm冷轧钢板			 三坛医疗科技 Santa Medical Technology	
底图总号											
	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日					
签 字	设计			标准化			阶 段 标 记		重量	比例	MS001-B主机固定钣金
	校对			工艺						1;2	MS001-B. 03. 005JS. 1. 1
日 期	审核										
	批准						共 1 张 第 1 张		版本		替代