



#### 技术要求

- 1、显示器自带电源线，剪除电源端插头，保留品字一侧及线缆；
- 2、UT2.5-4(U型插片)、C45-4(直插插片)采用压接方式，点锡处理保证压接牢固，使用合适的热缩套管保护插片柄；
- 3、将标签纸打印部分黏在线缆上，再将标签绕着线缆黏贴，保证整张标签绕着线缆黏贴完成后不起翘不脱落。

C	C45-4(直插插片)
B	UT2.5-4(U型插片)
A	显示器自带电源线（3m）

						线缆组件				 三坛医疗科技 Sante Medical Technology	
标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年、月、日					MS001-B显示器电源线	
设 计			标准化			阶 段 标 记		重 量	比 例		
校 对										MS001-B. 01. 006DY. 1. 1	
审 核									1:1		
工 艺			批 准			共      张      第      页					