



视图A
1 : 4



技术要求:
1、未注尺寸公差按GB/T 1804-c 执行;
2、未注形位公差按GB/T 1184-L 执行;
3、未注倒角R1、C1, 棱边钝化处理;
4、表面镀锌处理;
5、不足尺寸参考三维模型;
6、表面平整, 去除毛刺;

标签	X 位置	Y 位置	大小
1	-30.50	40	Ø4.5 贯穿
2	150.50	40	
3	10	40	Ø4 贯穿
4	110	40	
5	14.30	87.80	Ø18 贯穿
6	105.70	87.80	
7	22.50	8.50	Ø3.5 贯穿
8	60	95	
9	97.50	8.50	



						SPCC T=2			 三坛医疗科技 Santa Medical Technology	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日					
设计			标准化			阶 段 标 记		重量	比例	MS001-A 外壳上部固定钣金
校对			工艺					69.75	1:3	
审核										MS001-A. 02. 002JS. 1. 1
批准						共 1 张 第 1 张		版本		替代