


技术要求:

- 1、未注尺寸公差按GB/T 1804-c 执行;
- 2、未注形位公差按GB/T 1184-L 执行;
- 3、未注倒角R1、C1, 棱边钝化处理;
- 4、不足尺寸参考三维模型;
- 5、表面平整, 去除毛刺;



零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号


底图总号

签字

日期

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校对			工艺		
审核					
批准					

304



三坛医疗科技  
Santa Medical Technology

阶段标记

重量

比例

MS001-A 止转板

0.02

1:1

MS001-A. 02. 024JS. 1. 1

共 1 张 第 1 张

版本

替代