


- 技术要求:
- 1、未注尺寸公差按GB/T 1804-c 执行;
 - 2、未注形位公差按GB/T 1184-L 执行;
 - 3、未注倒角R1、C1, 棱边钝化处理;
 - 4、表面镀锌处理;
 - 5、不足尺寸参考三维模型;
 - 6、表面平整, 去除毛刺;



零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

批准

| | | | | | |
|----|----|----|-------|----|-------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年 月 日 |
| 设计 | | | 标准化 | | |
| 校对 | | | 工艺 | | |
| 审核 | | | | | |
| 批准 | | | | | |

SPCC T=2


阶 段 标 记

重 量

比 例

共 1 张 第 1 张

版 本



三坛医疗科技
Santa Medical Technology

MS001-A主机左固定支架

MS001-A. 02. 028JS. 1. 1

替代