

A

B

C

D

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日
设计			标准化		
校对			工艺		
审核					
批准					

阶 段 标 记

重 量

比 例







共 1 张 第 1 张

版 本

替 代

技术要求:

- 1、未注尺寸公差按GB/T 1804—c 执行;
- 2、未注形位公差按GB/T 1184—L 执行;
- 3、未注倒角R1、C1, 棱边钝化处理;
- 4、表面处理: 喷塑(黑色);
- 5、不足尺寸参考三维模型;
- 6、表面平整, 去除毛刺;



三坛医疗科技  
Santa Medical Technology

MS001-A 主机上钣金

MS001-A. 02. 022JS. 1. 1