




A

B


C

D



技术要求:

- 1、未注尺寸公差按GB/T 1804-c 执行;
- 2、未注形位公差按GB/T 1184-L 执行;
- 3、未注倒角R1、C1, 棱边钝化处理;
- 4、表面镀锌处理;
- 5、不足尺寸参考三维模型;
- 6、表面平整, 去除毛刺;



零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号


底图总号

签 字

日 期

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日
设计			标准化		
校对			工艺		
审核					
批准					

SPCC



三坛医疗科技  
Santa Medical Technology

阶 段 标 记      重 量      比 例

MS001-A 交换机固定支架

0.03      1:2

MS001-A. 02. 014JS. 1. 1

共 1 张    第 1 张    版 本

替 代