


技术要求

- 1、机械臂控制箱自带电源线，剪除网电源端插头，保留控制器侧插头及线缆，剪除后线缆长度60cm；
- 2、UT2.5-4(U型插片)、C45-4(直插插片)采用压接方式，点锡处理保证压接牢固，使用合适的热缩套管保护插片柄；
- 3、将标签纸打印部分黏在线缆上，再将标签绕着线缆黏贴，保证整张标签绕着线缆黏贴完成后不起翘不脱落。

| | |
|---|---------------|
| C | C45-4(直插插片) |
| B | UT2.5-4(U型插片) |
| A | 机械臂控制器自带电源线 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----|-------|----|-------|-----------------------|--|--|---|
| | | | | | | 线缆组件 | | |  三坛医疗科技 Sante Medical Technology |
| | | | | | | | | | |
| 标记 | 处数 | 分 区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | 阶 段 标 记 重 量 比 例 | | | MS001-B UR控制箱电源线 |
| 设 计 | | | 标准化 | | | | | | |
| 校 对 | | | | | | 1:1 | | | |
| 审 核 | | | | | | | | | |
| 工 艺 | | | 批 准 | | | 共 张 第 页 | | | MS001-B.01.009DY.1.1 |