


#### 技术要求

- UT2.5-6 (U型插片)、UT2.5-4 (U型插片)、FDD1.25-187 (5)、SM2.5-2Pin 母头采用压接，点锡处理保证压接牢固，使用合适的热缩套管保护插片柄；
- 线缆外部用 $\Phi 4$ 的编织套管，编织套管两端使用合适热缩套管保护；
- W3-1接铝壳电阻，压接后端子不能与壳体碰触。

F	SM2.5-2Pin母头
E	FDD1.25-187 (5) 红色
D	UT2.5-4 (U型插片)
C	UT2.5-6 (U型插片)
B	22AWG 黑/红
A	16AWG 棕/蓝

标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年、月、日
设 计			标准化		
校 对					
审 核					
工 艺			批 准		

线缆组件			 三坛医疗科技 Sante Medical Technology		
阶 段 标 记	重 量	比 例	MS001-B铝壳电阻线		
		1:1	MS001-B.01.003DY.1.1		
共	张	第 页			