


技术要求

1. 脚踏开关（自带线), 不需要裁剪，拧开脚踏开关插头尾部的盖子，按拧出的方向从线缆裸露端穿过；
2. 将裸露端焊接在脚踏开关插头上，焊接部位用合适的热缩管保护，然后将尾部的盖子拧回去。

B	脚踏插头
A	脚踏开关（自带线）

						线缆组件	 三坛医疗科技 Sante Medical Technology		
标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年、月、日		MS001-B脚踏开关线		
设 计			标准化						
校 对						阶 段 标 记	重 量	比 例	MS001-B. 01. 032XH. 1. 1
审 核								1:1	
工 艺			批 准			共 张 第 页			