


技术要求

- 1、线缆外部用  $\phi 4$  的编织套管，编织套管两端使用合适热缩套管保护；
- 2、SM2.5-2Pin（公头）端采用压接方式，保证压接可靠；
- 3、将标签纸打印部分黏在线缆上，再将标签绕着线缆黏贴，保证整张标签绕着线缆黏贴完成后不起翘不脱落。

B	SM2.5-2Pin公头
A	22AWG 黄/绿

						线缆组件			 三坛医疗科技 Sante Medical Technology
标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年、月、日				MS001-B UPS开关中转线
设 计			标准化			阶 段 标 记	重 量	比 例	
校 对									MS001-B. 01. 028XH. 1. 1
审 核								1:1	
工 艺			批 准			共 张 第 页			