


技术要求:

- 1、未注尺寸公差按GB/T 1804-m 执行;
- 2、未注形位公差按GB/T 1184-K 执行;
- 3、焊接时焊缝要求平滑,不得有气孔夹渣等焊接缺陷,发现缺陷及时修补;
- 4、焊接时要求焊缝高度不能小于母材(焊件)的厚度。不同厚度的母材(焊件)焊接时,焊缝高度不能小于最薄母材(焊件)厚;
- 5、不足尺寸详见三维图纸;



标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校对			工艺		
审核					
批准					

阶段标记			重量	比例
			25.387	1:10
共1张 第1张			版本	

三坛医疗科技 Santa Medical Technology	
MS001-B 焊接框架	
MS001-B.03.004JS.1.1	
替代	