



蓝
黄
棕



技术要求

- 1、计算机配套电源线，剪断；
- 2、UT2.5-4(U型插片)、C45-4(直插插片)采用压接方式，保证压接牢固，不可加热缩套管，需全裸；
- 3、将标签纸打印部分黏在线缆上，再将标签绕着线缆黏贴，保证整张标签绕着线缆黏贴完成后不起翘不脱落。

C	C45-4(直插插片)
B	UT2.5-4(U型插片)
A	计算机自带电源

						线缆组件			 三坛医疗科技 Sante Medical Technology	
标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记			主机电源线	
设 计			标准化							
校 对									MS001-A. 01. 003DY. 1. 1	
审 核								1:1		
工 艺			批 准			共 张 第 页				