




MS001-B. 04. 003SL. 1. 1





P
1 : 5



技术要求:

1. 未注尺寸公差按GB/T 1804-m 执行;
2. 未注形位公差按GB/T 1184-K 执行;
3. 表面平整, 边角无毛刺;
4. 外表面喷漆, 哑光白色;
5. 内表面喷涂铜导电漆;
6. 未注外形尺寸参考STEP文件;



						ABS			 三坛医疗科技 Santa Medical Technology	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日					
设计			标准化			阶 段 标 记		重量	比例	MS001-B 外壳2
校对			工艺							MS001-B. 04. 003SL. 1. 1
审核								1954.597	1:10	
批准						共 1 张 第 1 张		版本		替代