

A

B

C

D

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

标记

处数

分区

更改文件号

签名

年 月 日

设计

校对

审核

批准

标准化

工艺

6061-T6 (SS)

阶 段 标 记

重 量


比 例

共 1 张 第 1 张

0.882

1:1

版 本





三坛医疗科技
Santa Medical Technology

空心铝管

MS001-B. 03. 027JS. 1. 1

替代

切割边: $\sqrt[6.3]{}$
其余: $\sqrt{}$



技术要求:

1. 未注尺寸公差按GB/T 1804-m 执行;
2. 未注形位公差按GB/T 1184-K 执行;
3. 未注圆角R1;
4. 本色阳极氧化处理;
5. 采用 $\phi 30/\phi 22$, 长1000的铝管加工