


技术要求

- 1、将USB线1米中间截断，另一部分作为主机改装用；
- 2、PHB-2Y母头采用压接方式，保证压接牢固，使用合适的热缩套管保护插片柄；
- 3、将标签纸打印部分黏在线缆上，再将标签绕着线缆黏贴，保证整张标签绕着线缆黏贴完成后不起翘不脱落。

C	PHB-2Y母头
B	USB线1m
A	USB公头

						线缆组件			 三坛医疗科技 Sante Medical Technology	
标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年、月、日					
设 计			标准化			阶 段 标 记		重 量	比 例	LED灯条线2
校 对										
审 核									1:1	MS001-A. 01. 006XH. 1. 1
工 艺			批 准			共 张 第 页				