


其余： $\sqrt{6.3}$



						SUS304			杭州三坛医疗科技有限公司	
						阶段标记			重量	比例
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日					2:1
设计			标准化							
校核			工艺							
主管设计			审核							
			批准							
						共 张 第 张 版本			替代	

技术要求：
1.表面平整，无毛刺；
2.未注线性尺寸公差及角度公差按GB/T 1804-f；
3.未注形位公差按GB/T 1184-H；
4.表面打磨、抛光