


技术要求

- 1、线缆外部用 $\Phi 4$ 的编织套管，编织套管两端使用合适热缩套管保护；
- 2、HT396K-3.96-2P-14-00A（母头）端剥线拧接点锡处理，控制剥线长度，避免电缆导电部分裸露在外；
- 3、SM2.5-2Pin（母头）端采用压接方式，保证压接可靠；
- 4、将标签纸打印部分黏在线缆上，再将标签绕着线缆黏贴，保证整张标签绕着线缆黏贴完成后不起翘不脱落。

C	HT396K-3.96-2P-14-00A（母头）
B	SM2.5-2Pin公头
A	22AWG 红/蓝

						线缆组件			 三坛医疗科技 Sante Medical Technology	
标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记			MS001-B UPS反馈线	
设 计			标准化							
校 对									MS001-B.01.027XH.1.1	
审 核								1:1		
工 艺			批 准			共 张 第 页				