



- 技术要求:
- 1、未注尺寸公差按GB/T 1804-m 执行;
 - 2、未注形位公差按GB/T 1184-K 执行;
 - 3、未注倒角R1、C1, 棱边钝化处理;
 - 4、表面处理: 无;
 - 5、不足尺寸参考三维模型;
 - 6、表面平整, 去除毛刺;

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日
设计			标准化		
校对			工艺		
审核					
批准					

尼龙



三坛医疗科技
Santa Medical Technology

阶 段 标 记 重 量 比 例

0.002 2:1

MS001-A垫片

MS001-A. 02. 027SL. 1. 1

共 1 张 第 1 张 版 本 替 代