

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20107279897

发证日期: 2021 年 01 月 29 日

有效期至: 2031 年 01 月 29 日

委托人名称 世德电子元件(上海)有限公司
及注册地址 上海市闵行区新骏环路 245 号 1 幢 D203 室

制造商名称 Steute Technologies GmbH & Co. KG
及注册地址 Brueckenstrasse 91, 32584 Loehne, Germany

生产企业名称 世德电子元件(上海)有限公司
及生产地址 上海市闵行区新骏环路 245 号 1 幢 D203 室

产品名称和系列、规格、型号 脚踏开关
MKF(S), VKF 型号解释见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.5-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人: 主任:

朱博彦 陆梅

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC20107279897

第 1 页 共 2 页

纸 号:

MKF(S), VKF

Ui:250V;

Uimp:2.5kV;

Ith:1A(弹簧触片), 5A(微动开关);

弹簧触片: AC-15:Ue/Ie: 25V/1A, DC-12:Ue/Ie: 60V/1A;

微动开关: AC-15:Ue/Ie: 25V/5A, DC-12:Ue/Ie: 60V/5A;

IP68

型号解释:

MKF	2	1S/1S	-MED	GP 26
I	II	III	IV	V

I. 开关型号:

MKF 脚踏开关基本型号

MKFS 脚踏开关基本型号

VKF 脚踏开关基本型号

II. 踏板数量: 空白为单踏板, 数字表示踏板数量

III. 触头开关类型:

-1S: 干簧管: 1 常开

-1S/1S: 干簧管: 1 常开/1 常开

-1PW: 微动开关: 1 个极点转换触点

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC20107279897

纸 号:

-2PW: 微动开关: 双极点转换触点

-1PW/D/1PW: 微动开关: 1 个极点转换触点/压点/1 个极点转换触点

-2PW 1PW/D/1PW: 微动开关: 双极点转换触点; 1 个极点转换触点/压点/1 个极点转换触点

IV. 用途: -MED 表示医用脚踏开关

V. 底座类型:

常用底座类型有: SH11,SH19,SK12, GP12, GP17,GP25,GP26,GP212,GP47...

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心