WIKA Instruments India Pvt.Ltd.

Certificate according to EN 10204-3.1

Inspection Report (Calibration) - Temperature Indicators

Certificate No.: CER : QA-22-10837-1

Date : 19-Dec-22

Wika Item No : 65980140 O.A.No- SO00084281

Customer : S.A ELECTRONIC PRIVATE LIMITED (Auth. Dealer)

Customer Item No Line No · 4

Master Test Oven **-CTH 7000 (ETM-1-50020-29 , MT-1-50020-34 , MT-1-50020-33)**			Device under test -Readings											
Accuracy : **Class A**			Type : A5500/4			Range -: 0 to 300ºC			Accuracy Class 1					
Pos.	Temperature Set-ºC	Serial No./ Tag No.	Rising Temperature (ºC)						Falling Temperature (ºC)					
	→		***30.00***	***90.00***	***150.00***	***180.00***	***270.00***		***30.00***	***90.00***	***150.00***	***180.00***	***270.00***	
1	30 to 270	9001IX59	30.00	90.00	149.00	180.00	270.00		30.00	90.00	149.00	180.00	270.00	
2	"	9001IX5A	30.00	91.00	150.00	181.00	271.00		30.00	91.00	150.00	181.00	271.00	

Prepared By: Sumit

S . N . Patil

WIKA

Approved By : (Quality Assurance)

Remark:1 The Instruments are calibrated & found with in specified accuracy limits.

2 All Above Gauges are checked over range protection at 110 % of Measuring Range & Found OK