

PR-QA-MRD-009 - Gestion des non-conformites et des actions correctives (CAPA)

Meridian Labs - Assurance Qualite

Reference	PR-QA-MRD-009	Version	V4
Type	Procedure	Mise en activite	2025-03-03
Entite	Meridian Labs - Assurance Qualite	Redacteur	Sarah Delaunay
Statut	En activite	Approbateur	Marc Villeneuve

1. Objet

Cette procedure definit le traitement des non-conformites detectees en interne ou signalees par un client, ainsi que la conduite des plans d'action correctifs et preventifs.

2. Classification

Toute non-conformite est classee majeure ou mineure par le Responsable Assurance Qualite dans les 2 jours ouvrés suivant sa detection. Les criteres de classification sont definis dans l'annexe AN-QA-MRD-000.

3. Information du client

En cas de non-conformite majeure, le client concerne est informe dans un delai maximum de 24 heures apres la classification. L'information est transmise par ecrit et tracee dans le dossier de la non-conformite.

Pour une non-conformite mineure, l'information du client est realisee dans le cadre du reporting mensuel.

4. Delais de cloture des plans d'action

Classification	Delai de cloture	Validation
Non-conformite majeure	45 jours calendaires	Responsable AQ + Direction
Non-conformite mineure	90 jours calendaires	Responsable AQ
Observation	Sans delai contraignant	Pilote de processus

Tout depassement de delai fait l'objet d'une demande de prolongation motivee, soumise au Responsable Assurance Qualite avant l'echeance initiale.

5. Verification d'efficacite

L'efficacite de chaque action corrective est verifiee 3 mois apres la cloture du plan d'action. Une action jugee inefficace donne lieu a la reouverture de la non-conformite.

6. Escalade

La survenue de plus de 2 non-conformites majeures sur un meme trimestre pour un meme processus declenche une revue exceptionnelle par la Direction et l'ouverture d'un audit interne cible selon PR-QA-MRD-010.

7. Non-conformites d'origine externe

Une non-conformite peut etre ouverte a partir d'une reclamation client qualifiee selon PR-CLI-MRD-013, d'un ecart releve lors d'un audit fournisseur conduit selon PR-ACH-MRD-007, ou d'une anomalie detectee lors d'une revue de pistes d'audit selon SOP-QA-MRD-015. Le circuit de classification et de cloture reste identique quelle que soit son origine.

8. Documents associes

- PR-QA-MRD-010 - Programme d'audits internes

- PR-CLI-MRD-013 - Gestion des réclamations clients
- PR-QA-MRD-011 - Revue de direction

Historique des revisions

Version	Date	Objet de la revision
V4	2025-03-03	Delai de cloture majeur ramene de 60 a 45 jours calendaires
V3	2024-02-19	Ajout de la verification d'efficacite a 3 mois
V2	2022-11-08	Ajout du critere d'escalade trimestriel

Document fictif genere pour une demonstration technique. Meridian Labs est une organisation imaginaire ; toute ressemblance avec une organisation reelle serait fortuite.