
VFSS操作實務

R2許瑞珊

2010-01-22



先打開電視、錄影機、計時器電源。
TV
目前已經用不著的printer
機器背後有許多接線，除非之前做過小兒VFSS，否則都不會動到。
如果機器全部設定完成後還是無聲無影，可以請放射師檢查一下接頭有無接錯或接觸不良。
錄影機手控台
錄影機
計時器
錄影帶請先調整到上次錄影結束處再開始錄影，免得洗掉之前的影像。

Tip: 先從min開始調整，免得一不小心按過頭日期也會跟著跑掉。

先調整正確的日期與時間

再按start

其他的按鍵儘量都不要亂動



緊急停止
JVC
COUNTER
TC HOLD
PRESET
IN
OUT
HOUR
MINUTE
Tip: Play鍵已經有點接觸不良，按它的右下角會比較有反應。確定時間在跑才是真正有錄到。做完一段可先check影像，有問題就立刻重錄。
兩個鈕一起按下去才會開始錄影
GPI
EDIT MODE
ASSEM
VIDEO/Hi-Fi
AUD-1
AUD-2
INSERT
REC
REW
PLAY
STILL
FF
SEARCH
回轉
暫停
快轉
RECORDER
ENTRY MENU
CANCEL
GOTO
SHIFT
PREVIEW
REVIEW
P
R
STILL
AUTO EDIT
ALL STOP
IN
ENTRY
OUT
X-1
REV
Tip: 做同一個病人的不同barium meal可按pause暫停即可。完成一個病人的檢查再按all stop或錄影機上的stop鈕。這樣影像就會自然的分段。
轉盤：可以暫停並往前往後看一格一格的影像，多玩幾次就會了



講話時要確定兩個麥克風都有收音，避免錄出的影像無聲或是病人聽不清楚指令。
Fluoro踏板
檢查室麥克風踏板

檢查前先自錄一段：20xx年x月x日video錄影

錄完後檢查影像聲音有無問題，沒問題就可正式開始檢查。

一併檢查影像是否清晰、有無雜訊。如有雜訊可用錄影機附近的磁頭清潔劑噴錄影機磁頭，不過只有palliative的效果...大概只比placebo好一點:p


緊急停止
檢查做完記得在標籤上註明
病人姓名與檢查序號
4609 陳月鈴
4610 林琴華
4611 王宗仁
4612 簡全成
4613 郭昌家
4614 周張蘭子
4615 陳金妹
4616. 薛聖燕
4617 陳守男
4618 魏茂橋
4619 龔瑛
4620 陳秀欽
4621 史錦明
4622 陳石林
4623 郭淑蘭
4624 陳清學
4625 張呂昧
4626 陳益勝
4627 張秀榮
4628 林建丸
4629 賴張瑞美
4630 連述卿
4631 李後藤
4632 高豐功



老師念的四個數字，分別依1,3,2,3,2,4的順序輸入VFSS報告產生器。

印報告前先看一下swallowing time，在paste的swallowing time有時會算成負值。請手動計算再輸入RIS。

句子長度不要超過一半，可以按enter換行，否則存檔貼到RIS會被切掉。

請打自己的名字

輸入完畢後，將純文字檔貼到RIS，隔天可以check報告有沒有被修改，將改過的地方改好，列印兩份NTUH report及一份YCC report，交到東址影醫登記處。