医用呼吸机压力传感器技术要求（示例）

第一章 项目背景与必要性

当前国产医用呼吸机压力传感器依赖进口，供应链风险较高，需要制定统一的技术要求。

本标准规定了压力传感器的测量范围为 0～10 kPa，准确度优于 1%，响应时间不超过 20 ms。

第二章 主要技术内容

标准制定过程包括立项、起草、征求意见和送审四个阶段，历时 18 个月。

试验方法采用标准压力源比对，环境温度 23 ℃，相对湿度 50%。