

AXE 3 — Surveillance des dispositifs médicaux par besoin fondamental

(Bloc 1 – Module 3 : Soins d'hygiène et de confort)

 Finalité de l'axe

Assurer une surveillance rigoureuse, continue et adaptée des dispositifs médicaux (DM) en lien direct avec les besoins fondamentaux du patient, afin de garantir sa sécurité, prévenir les complications et repérer toute situation à risque.

 Règle cardinale :

- ❖ Observer
- ❖ Ne pas modifier
- ❖ Alerter
- ❖ Transmettre.

BESOIN DE RESPIRER

◆ Oxygénothérapie

Objectif : maintenir une oxygénation suffisante.

- ❖ Surveillance par l'ambulancier :
 - Vérifier le débit prescrit (sans jamais le modifier),
 - Contrôler la bonne fixation du dispositif (lunettes, masque),
 - Observer la tolérance clinique : dyspnée, cyanose, agitation, sueurs ,
 - Surveiller les zones de contact (ailes du nez, oreilles) → risque d'escarres.

✗ Interdit : modifier le débit, retirer le dispositif.

 **Alerte immédiate si signes de détresse respiratoire.**

◆ Aérosols

- ❖ Surveillance :
 - Fonctionnement du dispositif,
 - Respiration pendant l'administration,
 - Inconfort, anxiété, inefficacité visible.

 L'ambulancier surveille, il n'administre pas hors cadre autorisé.

◆ Trachéotomie

❖ Points de vigilance :

- Position et fixation de la canule
- Présence et aspect des sécrétions
- Bruits respiratoires anormaux
- Signes de détresse respiratoire

⚠ Risque vital permanent.

✗ Ne jamais manipuler ou aspirer hors compétence.

◆ Drain thoracique

❖ Surveillance :

- Intégrité du système,
- Absence de coudure,
- Pansement propre et étanche,
- Quantité et aspect des écoulements.

✗ Ne jamais clamber ou manipuler.

👉 **BESOIN D'ÉLIMINER**

◆ Sonde urinaire

❖ Surveillance :

- Fixation correcte,
- Sac en position déclive,
- Quantité et couleur des urines,
- Absence de douleur ou de traction.

🚨 **Alerte si : douleur, saignement, fuite, déconnexion.**

◆ Étui pénien

❖ Surveillance :

- Bonne adhérence,
- Absence de fuite,
- Intégrité cutanée.

◆ Stomies (colostomie / iléostomie)

❖ Surveillance :

- Appareillage bien fixé,
- Absence de fuite,
- État cutané autour de la stomie,
- Aspect des selles.

 **Toute anomalie cutanée ou fuite doit être transmise.**

BESOIN DE BOIRE ET MANGER

- ◆ Sonde gastrique / gastrostomie
 - ❖ Surveillance :
 - Fixation correcte,
 - Absence d'écoulement,
 - Inconfort, douleur, nausées,
 - Position demi-assise du patient

✗ Ne jamais injecter, alimenter ou modifier un dispositif.

BESOIN DE SE MOUVOIR

- ◆ Plâtre / attelle
 - ❖ Surveillance :
 - Respect de l'axe du membre,
 - Douleur anormale,
 - OEdème, coloration, température,
 - Sensibilité et motricité distales.

 **Risque de compression → alerte immédiate.**

BESOIN D'ÉVITER LES DANGERS

- ◆ Perfusion
 - ❖ Surveillance :
 - Fixation du cathéter,
 - Point d'insertion (rougeur, douleur, infiltration),
 - Débit inchangé,
 - Tubulure libre, sans traction.

✗ Ne jamais modifier le débit.

- ◆ Cathéters (PICC line, Port-a-Cath, Midline)
 - ❖ Surveillance uniquement :
 - Rougeur,
 - Douleur,
 - Déconnexion.

✗ Aucune manipulation autorisée.

Quand alerter sans attendre ?

- ❖ Douleur aiguë ou brutale
- ❖ Saignement
- ❖ Déconnexion d'un dispositif
- ❖ Dysfonctionnement visible
- ❖ Détresse respiratoire

👉 Toute anomalie = transmission immédiate.

Astuce de mémorisation:

O.N.A.T

Observer

Ne pas toucher

Alerter

Transmettre

Chaque dispositif répond à un besoin fondamental

L'ambulancier surveille, il n'intervient pas

La sécurité du patient repose sur la vigilance

 Phrase clé à retenir

Surveiller un dispositif, c'est protéger le patient.