

KOSHA GUIDE

A - 190 - 2023

수동식시료채취기를 이용한
탄화수소(끓는점 36~180℃)에 대한
작업환경측정·분석 기술지침

2023. 8.

한국산업안전보건공단

안전보건기술지침은 산업안전보건기준에 관한 규칙 등 산업안전보건법령의 요구사항을 이행하는데 참고하거나 사업장 안전·보건 수준향상에 필요한 기술적 권고 지침임

안전보건기술지침의 개요

- 작성자 : 한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원 직업환경연구실 이광용
- 제·개정경과
 - 2023년 7월 산업위생분야 표준제정위원회 심의(제정)
- 관련규격 및 자료
 - 국내 보급형 수동식시료채취기 개발연구(Ⅲ), 산업안전보건연구원, 2021
 - National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH Manual of Analytical methods (NMAM), 4th ed, www.cdc.gov/niosh/nmam
 - Occupational Safety and Health Administration (U.S.A), Sampling and Analytical method, www.osha.gov/dts/sltc/methods/index.html
 - Health and Safety Executive (U.K.), Methods for the Determination of Hazardous Substances (MDHS) guidance, www.hse.gov.uk/pubns/mdhs/
 - American Conference of Governmental Industrial Hygienists(ACGIH): Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices, 9th ed, 2023.
 - International Standard Organization: Workplace air-Gases and vapours-Requirements for evaluation of measuring procedures using diffusive samplers, ISO/DIS 23320:2021.
- 관련법규·규칙·고시 등
 - 산업안전보건법 제125조(작업환경측정)
 - 산업안전보건법 시행규칙 제186조 (작업환경측정 대상작업장 등)
 - 산업안전보건법 시행규칙 제189조 (작업환경측정방법)
 - 고용노동부 고시 제2020-44호 (작업환경측정 및 정도관리 등에 관한 고시)
 - 고용노동부 고시 제2020-48호 (화학물질 및 물리적인자의 노출기준)
- 안전보건기술지침의 적용 및 문의
 - 이 기술지침에 대한 의견 또는 문의는 한국산업안전보건공단 홈페이지(www.kosha.or.kr)의 안전보건기술지침 소관 분야별 문의처 안내를 참고하시기 바랍니다.
 - 동 지침 내에서 인용된 관련규격 및 자료, 법규 등에 관하여 최근 개정본이 있을 경우에는 해당 개정본의 내용을 참고하시기 바랍니다.

공표일자 : 2023년 8월 24일

제 정 자 : 한국산업안전보건공단 이사장

목 차

1. 목적	1
2. 적용범위	1
3. 용어의 정의	1
4. 일반사항	2
5. 시료채취 및 분석 시 고려사항	5
6. 탄화수소(끓는점 36~180℃) 측정·분석방법	7

수동식시료채취기를 이용한 탄화수소 (끓는점 36~180℃)에 작업환경측정·분석 기술지침

1. 목적

이 지침은 산업안전보건법 제125조(작업환경측정)의 규정에 따라 수동식시료채취기를 이용하여 작업환경측정 대상인자인 탄화수소(끓는점 36~180℃)의 측정 및 분석을 수행할 때 정확도 및 정밀도를 유지하기 위하여 필요한 제반 사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

이 지침의 적용대상은 산업안전보건법 시행규칙에서 정한 작업환경측정대상 유해인자 중 일부 탄화수소(끓는점 36~180℃)의 측정·분석 및 이와 관련된 사항에 한한다.

3. 용어의 정의

(1) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음의 각 호와 같다.

- (가) “밀폐”라 함은 취급 또는 보관 상태에서 고형(固形)의 이물(異物)이 들어가지 않도록 한 상태를 말한다.
- (나) “밀봉”이라 함은 취급 또는 보관 상태에서 기체 또는 미생물이 침입할 염려가 없는 상태를 말한다.
- (다) 중량을 “정확하게 단다.”라 함은 지시된 수치의 중량을 그 자릿수까지 단다는 것을 의미한다.
- (라) “약”이란 그 무게 또는 부피에 대하여 $\pm 10\%$ 이상의 차가 있어서는 안 된다.
- (마) 시험조작 중 “즉시”라는 용어는 30초 이내에 표시된 조작을 하는 것을 말한다.
- (바) “검출한계”라 함은 주어진 분석절차에 따라 합리적인 확실성을 가지고 검출할 수 있는 가장 적은 농도나 양을 의미한다.
- (사) “정량한계”라 함은 주어진 신뢰수준에서 정량할 수 있는 분석대상물질의 가장 최소의 양으로, 단지 검출이 아니라 정밀도를 가지고 정량할 수 있는

가장 낮은 농도를 말한다. 일반적으로 검출한계의 3배 수준을 의미한다.

(아) “탈착효율”이라 함은 채취한 유기화합물 등의 분석 값을 보정하는데 필요한 것으로, 시료채취 매체와 동일한 재질의 매체에 첨가된 양과 분석량의 비로 표현된 것을 말한다.

(2) 그 밖에 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 기준에서 특별히 규정하는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 시행규칙, 산업안전보건기준에 관한 규칙 및 작업환경측정 및 정도관리 등에 관한 고시(고용노동부 고시 제2020-44호)에서 정하는 바에 따른다.

4. 일반사항

- (1) 이 시험법에 필요한 어원, 분자식 및 화학명 등은 특별한 언급이 없는 한 () 내에 기재한다.
- (2) 원자량은 국제순수 및 응용화학협회(IUPAC)에서 제정한 원자량 표에 따른다. 분자량은 소수점 이하 제 2단위까지 하고 제 3단위에서 반올림한다.
- (3) 이 시험법에 규정한 방법이 분석화학적으로 반드시 최고의 정밀도와 정확도를 갖는다고는 할 수 없으며 이 시험방법 이외의 방법이라도 동등 이상의 정확도와 정밀도가 있다고 인정될 때에는 그 방법을 사용할 수 있다.
- (4) 이 시험방법에 표시한 사항 중 탈착효율, 검출한계 등은 각조의 조건으로 시험하였을 때 얻을 수 있는 값을 참고하도록 표시한 것이므로 실제로는 그 값이 분석조건에 따라 달라질 수 있다.
- (5) 시료의 시험, 바탕시험 및 표준액에 대한 일련의 동일시험을 행할 때 사용하는 시약 또는 시액은 동일 롯트(LOT)로 조제된 것을 사용한다.
- (6) 이 시험법에 사용하는 유효숫자는 따로 규정이 없는 한 한국산업규격 KS Q 5002(데이터의 통계적 해석방법)에 따른다.
- (7) 이 시험법에 규정하지 않는 사항에 대해서는 일반적인 화학적 상식에 따르되 이 시험법에 기재한 방법 중 세부조작은 시험의 본질에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 시험자가 적당히 변경 조절할 수 있다.

- (8) 단위 및 기호 : 길이, 넓이, 부피, 농도, 압력 또는 무게를 나타내는 단위 및 기호는 아래 표에 따른다. 여기에 표시되어 있지 않은 단위는 한국산업규격 KS A ISO 80000-1(양 및 단위-제1부: 일반사항)에 따른다.

종류	단위	기호	종류	단위	기호
길이	미터	m	농도	몰농도	M
	센티미터	cm		노르말농도	N
	밀리미터	mm		밀리그램/리터	mg/L
	마이크로미터	μm		마이크로그램/밀리리터	μg/mL
	나노미터	nm		퍼센트	%
압력	기압	atm	부피	세제곱미터	m ³
	수은주밀리미터	mmHg		세제곱센티미터	cm ³
	수주밀리미터	mmH ₂ O		세제곱밀리미터	mm ³
넓이	제곱미터	m ²	무게	킬로그램	kg
	제곱센티미터	cm ²		그램	g
	제곱밀리미터	mm ²		밀리그램	mg
				마이크로그램	μg
용량	리터	L			
	밀리리터	mL			
	마이크로리터	μL			

(9) 온도

- (가) 온도의 표시는 셀시우스(Celsius) 법에 따라 아라비아숫자 오른쪽에 °C를 붙인다. 절대온도는 K로 표시하고 절대온도 0 K는 -273°C로 한다.
- (나) 상온은 15~25°C, 실온은 1~35°C, 미온은 30~40°C로 한다. 냉소는 따로 규정이 없는 한 15°C이하의 곳을 뜻한다.

(10) 농도

- (가) 액체 단위부피중의 성분질량 또는 기체 단위부피중의 성분질량을 표시할 때에는 중량/부피(w/v)%의 기호를 사용한다. 액체 단위부피중의 성분용량, 기체 단위 부피중의 성분용량을 표시할 때에는 부피/부피(v/v)%의 기호를 사용한다. 백만분의 용량비를 표시할 때는 ppm(part per million)의 기호를 사용한다.
- (나) 공기 중의 농도를 mg/m³으로 표시했을 때의 m³은 정상상태(NTP, Normal Temperature and Pressure : 25°C, 1기압)의 기체용적을 뜻한다. 따라서

노출기준과 비교 시는 작업환경 측정 시의 온도와 압력을 실측하여 정상 상태의 농도로 환산하여야 한다.

(11) 시약, 표준물질

- (가) 분석에 사용되는 시약은 따로 규정이 없는 한 화학용 시약에 규정된 일급 이상의 것을 사용하여야 한다. 분석에 사용하는 시약은 제조회사에서 표시하는 농도 함량을 따른다.
- (나) 광도법, 전기화학분석법, 크로마토그래피법, 고성능액체크로마토그래피법에 쓰이는 시약은 특히 순도에 주의해야 하고, 분석에 영향을 미치는 불순물을 함유할 염려가 있을 때는 미리 검정하여야 한다.
- (다) 분석에 사용하는 지시약은 특이한 것을 제외하고는 한국산업규격 KS M 0015(화학 분석용 지시약 조제방법)에 규정된 지시약을 사용한다.
- (라) 시험에 사용하는 표준품은 원칙적으로 특급시약을 사용하며, 표준용액을 조제하기 위한 표준용 시약은 따로 규정이 없는 한 적절히 보관되어 오염 및 변질이 안 된 상태로 보존된 것을 사용한다.

(12) 측정·분석 방법에 사용하는 증류수는 따로 규정이 없는 한 정제증류수 또는 이온교환수지로 정제한 탈염수(脫鹽水)를 말한다.

(13) 기구

- (가) 계량기구중 측정값을 분석결과의 계산에 사용할 목적으로 사용되는 것은 모두 보정하는 것을 원칙으로 한다.
- (나) 중량분석 용 저울은 적어도 10^{-5} g(0.01 mg)까지 달수 있어야 하며, 화학분석용 저울은 적어도 10^{-4} g(0.1 mg)까지 달 수 있어야 하며, 국가검정을 필한 제품 또는 이에 준하는 검정을 필한 제품이어야 한다.
- (다) 이 시험법에서 사용하는 모든 유리 기구는 한국산업규격 KS L 2302(이화학용 유리기구의 모양 및 치수)에 적합한 것 또는 이와 동등이상의 규격에 적합한 것으로 국가에서 지정한 기관에서 검정을 필한 것을 사용하여야 한다.
- (라) 여과용 기구 및 기기는 특별한 언급이 없이 “여과한다”라고 하는 것은 한국산업규격 KS M 7602(거름종이(화학 분석용)) 거름종이 5종 또는 이와 동등한 여과지를 사용하여 여과함을 말한다.

5. 시료채취 및 분석 시 고려사항

(1) 시료채취 기구 및 측정방법의 선택

시료채취의 목적과 시료채취시간, 방해인자, 예상되는 오염농도 및 실험실에서 보유하고 있는 분석장비의 능력 등을 종합적으로 고려하여 최적의 시료채취기구 및 분석방법을 선택한다.

(2) 검량선 작성을 위한 표준용액제조

(가) 대상물질의 특성과악

분석하고자 하는 물질의 표준용액을 만들 원액(시약)의 순도와 특성(분자량, 비중, 노출기준)을 파악한다.

(나) 채취시료의 예상농도의 0.1~2배 수준에서 각 분석대상물질의 양을 결정한다.

(다) 표준용액 제조방법의 결정

일반적으로 표준용액 제조 시 표준원액(stock solution)을 단계적으로 희석시키는 방법(희석식)과 표준원액에서 일정량씩 줄여 가면서 만드는 방법(배치식)이 있다. 희석식은 만들기가 수월한 반면 표준원액이 잘못되면 계통오차를 줄 수 있고 배치식은 여러 검량선 작성용 용액 중 몇 개가 잘못되더라도 이를 보정할 수가 있으나 만들기가 어려운 단점이 있다.

(라) 표준용액의 제조

충분한 수의 표준용액을 준비한다. 일반적으로 분석하고자 하는 농도를 포함한 최소한 5개 수준(공시료 제외)의 표준용액을 제조한다.

(마) 검량선의 작성 시 주의점

- ① 표준원액으로 사용될 원액의 순도, 제조일자, 유효기간 등을 잘 파악해야 한다.
- ② 표준용액, 탈착효율 등에 사용되는 시약은 같은 롯트(Lot)번호를 가진 것을 사용하여야 한다.
- ③ 검량선은 시료 분석조건과 주입방법에 따라 작성하고 검량선이 적정하다고 판정하면 시료를 분석한다. 검량선은 분석할 시료의 농도를 포함해야 하며 외삽법은 피한다. 검량선의 적정성은 제시된 분석기기의 매뉴얼을 참조하거나 상관계수가 0.99이상의 것을 사용하도록 한다.

(3) 내부표준물질의 사용방법 및 보정방법

(가) 내부표준물질의 선정 시 다음의 특성을 가지는 물질로 선정한다.

- ① 머무름 시간이 분석대상물질과 너무 멀리 떨어져 있지 않아야 한다.
- ② 피크가 용매나 분석대상물질의 피크와 중첩되지 않아야 한다.
- ③ 내부표준물질의 양이 분석대상 물질의 양보다 너무 많거나 적지 않아야 한다.

④ 사용하는 분석기기의 검출기에서 반응이 양호해야 한다.

(나) 내부표준물질은 표준용액 등으로 사용하기 전에 탈착액에 일정량을 넣는다.

(다) 보정방법

① 검량선 작성 시 각 표준용액을 분석한 크로마토그램 면적을 내부표준물질의 크로마토그램 면적으로 나눈 면적비로 회귀식을 구한다.

② 분석시료의 크로마토그램 면적을 내부표준물질의 크로마토그램 면적으로 나누어 면적비를 구한다.

③ ②에서 구한 면적비를 ①에서 구한 회귀식에 대입하여 농도를 구한다.

(4) 탈착효율 검정을 위한 시료제조 및 탈착효율 계산방법

탈착효율은 수동식시료채취기의 흡착제를 이용하여 채취한 유기용제 등의 분석값을 보정하는 실험이며, 수동식시료채취기의 오염, 시약의 오염, 분석대상 물질이 탈착액에 실제로 탈착되는 양을 파악하여 보정하기 위하여 시행한다. 시료 배치당 최소한 한 번씩은 행해야 한다.

(가) 탈착효율 실험을 위한 주입량을 결정한다. 작업장의 농도를 포함하도록 예상되는 농도(ppm)와 공기채취량(L)에 따라 주입량을 계산한다. 만일 작업장의 예상 농도를 모를 경우 주입량은 노출기준과 공기채취량 10 L(또는 20 L)를 기준으로 계산한다. 탈착효율은 검량선 농도 범위 내에서 3개 농도 수준 각 3개씩(3수준 × 3반복 = 9개)과 공시료 3개를 준비한다.

(나) 탈착효율 실험을 위해 수동식시료채취기의 흡착제를 바이알에 넣는다.

(다) 분석대상물질의 원액 또는 희석액 일정량을 마이크로실린지를 이용하여 바이알의 흡착제에 주입한다.

(라) 바이알을 캡으로 즉시 막고 하루 동안 방치한다.

(마) 바이알에 탈착용액을 넣어 탈착한다.

(바) 탈착된 시료를 분석하여 검출량을 산출한다.

(사) 다음 식에 의해 탈착효율을 구한다.

$$\text{탈착효율} = \text{검출량} / \text{주입량}$$

(아) 탈착효율은 최소한 0.75 이상이 되어야 하나 0.90 이상이면 좋다. 탈착효율에 대한 평가는 분석자가 해야 한다. 즉 12개의 탈착효율 실험결과를 근거로 판단해야 할 사항은 탈착효율간의 일정성이다. 만일 탈착효율간의 차이가 크고 변이가 심하여 일정성이 없으면 정확한 보정이 될 수가 없다. 따라서 그 원인을 찾아 교정하고 다시 실험을 실시해야 한다.

탄화수소(끓는점 36~180℃) : 수동식시료채취기

화학식: 표 1 참조

분자량: 표 1 참조

끓는점: 표 1 참조

비 중: 표 1 참조

CAS No.: 표 1 참조

RTECS: 표 1 참조

노출기준	고용노동부 (ppm)	표 2 참조	OSHA (ppm)	표 2 참조
	ACGIH (ppm)	표 2 참조	NIOSH (ppm)	표 2 참조

분석원리 및 적용성:

- 작업환경 중 분석대상 물질을 수동식시료채취기로 채취하여 이황화탄소에 메탄올 등의 극성용매가 혼합된 탈착용매(예; 99/1(v/v) CS₂/Methanol)로 탈착시킨 후 일정량을 가스크로마토그래프(GC)에 주입하여 정량한다.
- 방향족탄화수소, 할로젠화탄화수소, 에스테르화합물 등의 물질의 동시 분석은 분석장비, 컬럼 등의 조건에 따라 분해능이 다를 수 있으므로 분석조건을 최적화하여 분석하도록 한다.

시료채취 개요	분석 개요
<ul style="list-style-type: none"> ■ 시료채취매체: 수동식시료채취기 <ul style="list-style-type: none"> - 형태: 방사형(Radial style), 배지형(Axial style) - 흡착제: 활성탄(Activated charcoal) ■ 운반: 일반적인 방법 ■ 시료의 안정성: 4℃에서 21일간 안정함 ■ 공시료: 시료 세트 당 2~10개 또는 시료수의 10%이상 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 분석기술: 가스크로마토그래피, 불꽃이온화검출기 ■ 분석대상물질: 탄화수소(표1 참조) ■ 탈착용매: 99/1(v/v) CS₂/Methanol 등 ■ 전처리: 1 mL 혹은 2 mL 탈착용매, 30분간 방치 ■ 컬럼 : Capillary, fused silica, 30 m × 0.25 mm ID; 1.40 μm film 100% dimethyl polysiloxane 또는 동등이상의 컬럼
방해 작용	적용 가능성
<ul style="list-style-type: none"> ■ 0.01 m/sec 이하의 기류, 물질상호간의 간섭, 높은 습도, 역확산 등에 의해 시료채취율에 영향을 미칠 수 있음 ■ 할로젠화탄화수소, 케톤화합물 등의 휘발성 유기 화합물은 시료채취율에 영향을 미칠 수 있음 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 이 방법은 방향족탄화수소(끓는점 36~180℃) 17종의 시간가중평균노출기준(TWA), 단시간노출기준(STEL) 및 최고노출기준(C)을 측정을 위한 것임 ■ 분석물질 간의 상호 작용은 시료채취율에 영향을 줄 수 있음 ■ 보관안정성 평가는 1, 3, 7, 14, 21일 동안 상온보관과 냉장(4℃)보관 방법으로 평가한 결과, 21일 후에도 허용 가능한 회수율을 보임

시약	기구
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 분석대상물질(시약 등급) ▪ 이황화탄소(Carbon disulfide, CS₂) ▪ 메탄올(Methanol, MeOH) 등 ▪ 질소(N₂) 또는 헬륨(He) 가스(순도 99.9% 이상) ▪ 수소(H₂) 가스(순도 99.9% 이상) ▪ 여과된 공기 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 시료채취매체: 수동식시료채취기 ▪ 가스크로마토그래프, 불꽃이온화검출기 ▪ 컬럼: Capillary, fused silica, 30 m × 0.25 mm ID; 1.40 μm film 100% dimethyl polysiloxane 또는 동등이상의 컬럼 ▪ 바이알, PTFE캡 ▪ 마이크로 실린지 ▪ 용량플라스크 ▪ 피펫
<p>▪ 특별 안전보건 예방조치: 이황화탄소는 독성이 강하고 인화성이 강한 물질이며(인화점 : -30℃), 벤젠은 발암성 물질로 특별한 주의를 기울여야 한다. 실험자는 보호구 및 보호 장비를 착용하고 흡후드에서 실험해야한다.</p>	

I. 시료채취

1. 수동식시료채취기를 일정시간 동안 시료채취대상자의 호흡기 위치에 부착한다.
2. 시료채취가 끝나면 수동식시료채취기를 비닐팩에 밀봉하고 플라스틱 용기에 넣어 운반한다.
※ 참고 : 만약 보관기간이 7일 이상이면 시료를 냉장 보관한다.

II. 시료 전처리

3. 수동식시료채취기에서 흡착제를 분리하여 바이알에 넣는다.
4. 흡착제가 들어있는 바이알에 탈착용매(99% CS₂ / 1% Methanol) 1 mL 또는 2 mL를 넣고, 즉시 뚜껑을 닫는다.
※ 탈착용매는 측정대상에 따라 변경될 수 있으며 제조사에서 권고하는 용매를 사용한다.
5. 가끔 흔들면서 30분 정도 방치한다.
※ 시료전처리 방법은 제조사에 따라 상이할 수 있으므로 제조사의 방법을 참조하도록 한다.

III. 분석

【검량선 작성 및 정도관리】

6. 시료농도가 포함될 수 있는 적절한 범위에서 최소한 5개(공시료 제외)의 표준물질로 검량선을 작성한다.
7. 시료 및 공시료를 함께 분석한다.
8. 다음 과정을 통해 탈착효율을 구한다. 각 시료군 배치(batch) 당 최소한 한번 씩은 행하여야 한다. 이 때 3개 농도수준에서 각각 3개씩과 공시료 3개를 준비한다.

<탈착효율 시험>

- a. 수동식시료채취기의 흡착제를 바이알에 넣는다.
- b. 분석물질의 원액 또는 희석액을 마이크로실린지를 이용하여 바이알 안에 든 흡착제에 정확히 주입한다.
- c. 바이알을 마개로 막아 밀봉하고, 하루 동안 상온에 놓아둔다.
- d. 탈착시켜 검량선 표준용액과 같이 분석한다.
- e. 다음 식에 의해 탈착효율을 구한다.

탈착효율(Desorption Efficiency, DE) = 검출량 / 주입량

【분석과정】

9. 가스크로마토그래프 제조회사가 권고하는 대로 기기를 작동시키고 조건을 설정한다.

※ 분석기기, 컬럼 등에 따라 적절한 분석조건을 설정하며, 아래의 조건은 참고사항임.

주입량		1 µL
운반가스		질소 또는 헬륨, 1.0 mL/min
온도	도입부 (Injector)	220℃
	컬럼 (Column)	40℃(5 min) → 10℃/min, 200℃(5min)
	검출부 (Detector)	230℃

10. 시료를 정량적으로 정확히 주입한다. 시료주입방법은 flush injection technique과 자동주입기를 이용하는 방법이 있다.

11. 시료의 피크면적이 가장 높은 농도의 표준용액 피크면적보다 크다면 시료를 탈착용액으로 희석하거나 시료의 피크면적 보다 높은 피크면적을 가지는 표준용액을 만들어 재분석한다.

IV. 계산

12. 다음 식에 의하여 분석물질의 농도를 구한다.

$$C (mg/m^3) = \frac{(W-B) \times 10^6}{T \times DE \times K}$$

C : 분석물질의 농도 (mg/m³)
 W : 시료의 양(mg)
 B : 공시료의 양(mg)
 T : 시료채취시간(분)
 DE : 탈착효율
 K : 분석물질의 시료채취 효율(uptake rate, cm³/min)

※ 농도계산은 제품의 형태, 특성 등에 따라 계산식을 다르게 적용될 수 있기 때문에 제조사에서 제공하는 계산식을 활용하도록 한다.

V. 비교

- 이 방법은 고용노동부 고시 제2020-48호 및 NIOSH method 1500, 1501에 기초하였다.
- 다른 방법은 NIOSH Method 4000, OSHA Method 89, 1002, 1005, 1014, 1022, 5000, EPA Method TO-15, TO-17, ISO ISO/DIS 23320 등이 있다.
- 건강영향 및 예방조치: 이황화탄소는 독성이 강하고 인화성이 강한 물질이며(인화점 : -30℃), 발암성 물질은 벤젠, 에틸벤젠, 톨루엔, 알파-메틸스티렌, 스티렌과 생식독성물질인 노말-헥산과 톨루엔은 특별한 주의를 기울여야 한다. 실험자는 보호구 및 보호 장비를 착용하고 흡후드에서 실험해야 한다.
- 수동식시료채취기 타입 및 시료채취 효율(EPA, 2014)




그림 1. 방사형




그림 2. 배치형

흡착제	시료채취기 타입(기하학적 구조)		
용채추출법 (활성탄)	튜브형	배지형	방사형




그림 3. 시료채취기 타입별 시료채취 효율

VI. 참고문헌

1. 국내보급형 수동식시료채취기 개발 연구(Ⅲ), 산업안전보건연구원, 2021.
2. 고용노동부 고시 제2020-48호, 화학물질 및 물리적인자의 노출기준, 2020.
3. 고용노동부 고시 제2020-44호, 작업환경측정 및 정도관리 등에 관한 고시, 2020.
4. American Conference of Governmental Industrial Hygienists(ACGIH): Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices, 9th ed, 2023.
5. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH): NIOSH pocket guide to chemical hazards and other databases, 2018.
6. National Institute for Occupational Safety and Health(NIOSH): NIOSH Manual of Analytical Methods, Method 1500, 1501, 4000.
7. Occupational Safety and Health Administration(OSHA): Sampling and Analytical Methods, Method 89, 1002, 1005, 1014, 1022, 5000
8. The U.S. Environmental Protection Agency(EPA): Passive samplers for Investigations of Air Quality: Method Description, Implementation, and Comparison to Alternative Sampling Methods, 2014.
9. International Standard Organization(ISO): Workplace air-Gases and vapours-Requirements for evaluation of measuring procedures using diffusive samplers, ISO/DIS 23320:2021.

표 1. 화학물질의 성상

화학물질	화학식	분자량	끓는점(℃)	비중	CAS. No.	RTECS
Benzene	C ₆ H ₆	78.11	80.1	0.879	71-43-2	CY1400000
Cumene	C ₉ H ₁₂	120.2	152.4	0.862	98-82-8	GR8575000
Cyclohexane	C ₆ H ₁₂	84.16	80.7	0.779	110-82-7	GU6300000
Cyclohexene	C ₆ H ₁₀	82.15	83.0	0.811	110-83-8	GW2500000
Ethyl benzene	C ₈ H ₁₀	106.17	136.2	0.867	100-41-4	DA0700000
n-Heptane	C ₇ H ₁₆	100.21	98.4	0.684	142-82-5	MI7700000
n-Hexane	C ₆ H ₁₄	86.18	68.7	0.659	110-54-3	MN9275000
Methylcyclohexane	C ₇ H ₁₄	98.19	100.9	0.769	108-87-2	GV6125000
α-Methyl styrene	C ₉ H ₁₀	118.18	165.4	0.909	98-83-9	WL5075300
n-Nonane	C ₉ H ₂₀	128.26	151.0	0.718	111-84-2	RA6115000

화학물질	화학식	분자량	끓는점(°C)	비중	CAS. No.	RTECS
n-Octane	C ₈ H ₁₈	114.23	125.6	0.703	111-65-9	RG8400000
n-Pentane	C ₅ H ₁₂	72.15	36.1	0.626	109-66-0	RZ9450000
Styrene	C ₈ H ₈	104.15	145.2	0.906	100-42-5	WL3675000
Toluene	C ₇ H ₈	92.14	110.6	0.867	108-88-3	XS5250000
o-Xylene	C ₈ H ₁₀	106.17	144.4	0.880	1330-20-7	ZE2100000
m-Xylene	C ₈ H ₁₀	106.17	139.1	0.864	1330-20-7	ZE2100000
p-Xylene	C ₈ H ₁₀	106.17	138.4	0.861	1330-20-7	ZE2100000

표 2. 화학물질의 노출기준 (단위; ppm)

화학물질	고용노동부		OSHA		NIOSH		ACGIH	
	TWA	C/STEL	TWA	C/STEL	TWA	C/STEL	TWA	C/STEL
Benzene	0.5	2.5(STEL)	1	5(STEL)	0.1	1(STEL)	0.5	2.5(STEL)
Cumene	50	-	50	-	50	-	5	-
Cyclohexane	200	-	300	-	300	-	100	-
Cyclohexene	300	-	300	-	300	-	20	-
Ethyl benzene	100	125(STEL)	100	-	100	125(STEL)	20	-
n-Heptane	400	500(STEL)	500	-	85	440(C)	400	500(STEL)
n-Hexane	50	-	500	-	50	-	50	-
Methylcyclohexane	400	-	500	-	400	-	400	-
α-Methyl styrene	50	100(STEL)	-	100(C)	50	100(STEL)	10	-
n-Nonane	200	-	-	-	200	-	200	-
n-Octane	300	375(STEL)	500	-	75	385(C)	300	-
n-Pentane	600	750(STEL)	1000	-	120	610(C)	1000	-
Styrene	20	40(STEL)	100	200(C)	50	100(STEL)	10	20(STEL)
Toluene	50	150(STEL)	200	300(C)	100	150(STEL)	20	-
o-Xylene	100	150(STEL)	100	-	100	150(STEL)	20	-
m-Xylene	100	150(STEL)	100	-	100	150(STEL)	20	-
p-Xylene	100	150(STEL)	100	-	100	150(STEL)	20	-