

KOSHA GUIDE

A - 117 - 2023

# 메탄올에 대한 작업환경측정 · 분석 기술지침

2023. 8.

한국산업안전보건공단

안전보건기술지침은 산업안전보건기준에 관한 규칙 등 산업안전보건법령의 요구사항을 이행하는데 참고하거나 사업장 안전·보건 수준향상에 필요한 기술적 권고 지침임

## 안전보건기술지침의 개요

- 작성자 : 한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원 장재길
- 개정자 : 한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원 직업환경연구실 장미연
  
- 제·개정경과
  - 2014년 6월 산업위생분야 제정위원회 심의(제정)
  - 2018년 10월 산업위생분야 제정위원회 심의(개정, 법규개정조항 반영)
  - 2019년 11월 산업위생분야 제정위원회 심의(개정, 법규개정조항 반영)
  - 2023년 7월 산업위생분야 표준제정위원회 심의(개정, 법규개정조항 반영)
  
- 관련규격 및 자료
  - National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH Manual of Analytical methods (NMAM), 4th ed, [www.cdc.gov/niosh/nmam](http://www.cdc.gov/niosh/nmam)
  - Occupational Safety and Health Administration (U.S.A), Sampling and Analytical method, [www.osha.gov/dts/sltc/methods/index.html](http://www.osha.gov/dts/sltc/methods/index.html)
  - Health and Safety Executive (U.K.), Methods for the Determination of Hazardous Substances (MDHS) guidance, [www.hse.gov.uk/pubns/mdhs/](http://www.hse.gov.uk/pubns/mdhs/)
  - American Conference of Governmental Industrial Hygienists(ACGIH): Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices, 9th ed, 2023.
  
- 관련법규·규칙·고시 등
  - 산업안전보건법 제125조 (작업환경측정)
  - 산업안전보건법 시행규칙 제145조 (유해인자 허용기준)
  - 산업안전보건법 시행규칙 제186조 (작업환경측정 대상작업장 등)
  - 산업안전보건법 시행규칙 제189조 (작업환경측정방법)
  - 고용노동부 고시 제2020-44호 (작업환경측정 및 정도관리 등에 관한 고시)
  - 고용노동부 고시 제2020-48호 (화학물질 및 물리적인자의 노출기준)
  
- 안전보건기술지침의 적용 및 문의
  - 이 기술지침에 대한 의견 또는 문의는 한국산업안전보건공단 홈페이지([www.kosha.or.kr](http://www.kosha.or.kr))의 안전보건기술지침 소관분야별 문의처 안내를 참고하시기 바랍니다.
  - 동 지침 내에서 인용된 관련규격 및 자료, 법규 등에 관하여 최근 개정본이 있을 경우에는 해당 개정본의 내용을 참고하시기 바랍니다.

공표일자 : 2023년 8월 24일

제 정 자 : 한국산업안전보건공단 이사장

## 목 차

1. 목적	1
2. 적용범위	1
3. 용어의 정의	1
4. 일반사항	2
5. 시료채취 및 분석 시 고려사항	5
6. 메탄올 측정·분석방법(활성탄 흡착관법)	7
7. 메탄올 측정·분석방법(실리카겔 흡착관법)	11

# 메탄올에 대한 작업환경측정 · 분석 기술지침

## 1. 목적

이 지침은 산업안전보건법 시행규칙 제145조(유해인자 허용기준)의 규정에 따른 허용기준 설정 대상 유해인자와 제186조(작업환경측정 대상 작업장 등)의 규정에 따른 작업환경측정 대상 유해인자 중 메탄올에 대한 측정 및 분석을 수행할 때 정확성 및 정밀성을 유지하기 위하여 필요한 제반 사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

## 2. 적용범위

이 지침의 적용대상은 산업안전보건법 시행규칙에서 정한 허용기준 설정 대상 유해인자와 작업환경측정 대상 유해인자 중 메탄올의 측정·분석 및 이와 관련된 사항에 한한다.

## 3. 용어의 정의

(1) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음의 각 호와 같다.

- (가) “밀폐”라 함은 취급 또는 보관 상태에서 고형(固形)의 이물(異物)이 들어가지 않도록 한 상태를 말한다.
- (나) “밀봉”이라 함은 취급 또는 보관 상태에서 기체 또는 미생물이 침입할 염려가 없는 상태를 말한다.
- (다) 중량을 “정확하게 단다.”라 함은 지시된 수치의 중량을 그 자릿수까지 단다는 것을 의미한다.
- (라) “약”이란 그 무게 또는 부피에 대하여  $\pm 10\%$  이상의 차가 있어서는 안 된다.
- (마) 시험조작 중 “즉시”라는 용어는 30초 이내에 표시된 조작을 하는 것을 말한다.
- (바) “검출한계”라 함은 주어진 분석절차에 따라 합리적인 확실성을 가지고 검출할 수 있는 가장 적은 농도나 양을 의미한다.
- (사) “정량한계”라 함은 주어진 신뢰수준에서 정량할 수 있는 분석대상물질의 가장 최소의 양으로, 단지 검출이 아니라 정밀도를 가지고 정량할 수 있는 가장 낮은 농도를 말한다. 일반적으로 검출한계의 3배 수준을 의미한다.

(아) “탈착효율”이라 함은 채취한 유기화합물 등의 분석 값을 보정하는데 필요한 것으로, 시료채취 매체와 동일한 재질의 매체에 첨가된 양과 분석량의 비로 표현된 것을 말한다.

(2) 그 밖에 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 기준에서 특별히 규정하는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 시행규칙, 산업안전보건기준에 관한 규칙 및 작업환경측정 및 정도관리 등에 관한 고시(고용노동부 고시 제2020-44호)에서 정하는 바에 따른다.

#### 4. 일반사항

- (1) 이 시험법에 필요한 어원, 분자식 및 화학명 등은 특별한 언급이 없는 한 ( ) 내에 기재한다.
- (2) 원자량은 국제순수 및 응용화학협회(IUPAC)에서 제정한 원자량 표에 따른다. 분자량은 소수점 이하 제 2단위까지 하고 제 3단위에서 반올림한다.
- (3) 이 시험법에 규정한 방법이 분석화학적으로 반드시 최고의 정밀도와 정확도를 갖는다고는 할 수 없으며 이 시험방법 이외의 방법이라도 동등 이상의 정확도와 정밀도가 있다고 인정될 때에는 그 방법을 사용할 수 있다.
- (4) 이 시험방법에 표시한 사항 중 탈착효율, 검출한계 등은 각조의 조건으로 시험하였을 때 얻을 수 있는 값을 참고하도록 표시한 것이므로 실제로는 그 값이 분석조건에 따라 달라질 수 있다.
- (5) 시료의 시험, 바탕시험 및 표준액에 대한 일련의 동일시험을 행할 때 사용하는 시약 또는 시액은 동일 롯트(LOT)로 조제된 것을 사용한다.
- (6) 이 시험법에 사용하는 유효숫자는 따로 규정이 없는 한 한국산업규격 KS Q 5002(데이터의 통계적 해석방법)에 따른다.
- (7) 이 시험법에 규정하지 않는 사항에 대해서는 일반적인 화학적 상식에 따르되 이 시험법에 기재한 방법 중 세부조작은 시험의 본질에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 시험자가 적당히 변경 조절할 수 있다.

- (8) 단위 및 기호 : 길이, 넓이, 부피, 농도, 압력 또는 무게를 나타내는 단위 및 기호는 아래 표에 따른다. 여기에 표시되어 있지 않은 단위는 한국산업규격 KS A ISO 80000-1(양 및 단위-제1부: 일반사항)에 따른다.

종류	단위	기호	종류	단위	기호
길이	미터	m	농도	몰농도	M
	센티미터	cm		노르말농도	N
	밀리미터	mm		밀리그램/리터	mg/L
	마이크로미터	μm		마이크로그램/밀리리터	μg/mL
	나노미터	nm		퍼센트	%
압력	기압	atm	부피	세제곱미터	m <sup>3</sup>
	수은주밀리미터	mmHg		세제곱센티미터	cm <sup>3</sup>
	수주밀리미터	mmH <sub>2</sub> O		세제곱밀리미터	mm <sup>3</sup>
넓이	제곱미터	m <sup>2</sup>	무게	킬로그램	kg
	제곱센티미터	cm <sup>2</sup>		그램	g
	제곱밀리미터	mm <sup>2</sup>		밀리그램	mg
				마이크로그램	μg
용량	리터	L			
	밀리리터	mL			
	마이크로리터	μL			

(9) 온도

- (가) 온도의 표시는 셀시우스(Celsius) 법에 따라 아라비아숫자 오른쪽에 °C를 붙인다. 절대온도는 K로 표시하고 절대온도 0 K는 -273°C로 한다.
- (나) 상온은 15~25°C, 실온은 1~35°C, 미온은 30~40°C로 한다. 냉소는 따로 규정이 없는 한 15°C이하의 곳을 뜻한다.

(10) 농도

- (가) 액체 단위부피중의 성분질량 또는 기체 단위부피중의 성분질량을 표시할 때에는 중량/부피(w/v)%의 기호를 사용한다. 액체 단위부피중의 성분용량, 기체 단위 부피중의 성분용량을 표시할 때에는 부피/부피(v/v)%의 기호를 사용한다. 백만분의 용량비를 표시할 때는 ppm(part per million)의 기호를 사용한다.
- (나) 공기 중의 농도를 mg/m<sup>3</sup>으로 표시했을 때의 m<sup>3</sup>은 정상상태(NTP, Normal Temperature and Pressure : 25°C, 1기압)의 기체용적을 뜻한다. 따라서

노출기준과 비교 시는 작업환경 측정 시의 온도와 압력을 실측하여 정상 상태의 농도로 환산하여야 한다.

#### (11) 시약, 표준물질

- (가) 분석에 사용되는 시약은 따로 규정이 없는 한 화학용 시약에 규정된 일급 이상의 것을 사용하여야 한다. 분석에 사용하는 시약은 제조회사에서 표시하는 농도 함량을 따른다.
- (나) 광도법, 전기화학분석법, 크로마토그래피법, 고성능액체크로마토그래피법에 쓰이는 시약은 특히 순도에 주의해야 하고, 분석에 영향을 미치는 불순물을 함유할 염려가 있을 때는 미리 검정하여야 한다.
- (다) 분석에 사용하는 지시약은 특이한 것을 제외하고는 한국산업규격 KS M 0015(화학 분석용 지시약 조제방법)에 규정된 지시약을 사용한다.
- (라) 시험에 사용하는 표준품은 원칙적으로 특급시약을 사용하며, 표준용액을 조제하기 위한 표준용 시약은 따로 규정이 없는 한 적절히 보관되어 오염 및 변질이 안 된 상태로 보존된 것을 사용한다.

#### (12) 측정·분석 방법에 사용하는 증류수는 따로 규정이 없는 한 정제증류수 또는 이온교환수지로 정제한 탈염수(脫鹽水)를 말한다.

#### (13) 기구

- (가) 계량기구중 측정값을 분석결과의 계산에 사용할 목적으로 사용되는 것은 모두 보정하는 것을 원칙으로 한다.
- (나) 중량분석 용 저울은 적어도  $10^{-5}$  g(0.01 mg)까지 달수 있어야 하며, 화학분석용 저울은 적어도  $10^{-4}$  g(0.1 mg)까지 달 수 있어야 하며, 국가검정을 필한 제품 또는 이에 준하는 검정을 필한 제품이어야 한다.
- (다) 이 시험법에서 사용하는 모든 유리 기구는 한국산업규격 KS L 2302(이화학용 유리기구의 모양 및 치수)에 적합한 것 또는 이와 동등이상의 규격에 적합한 것으로 국가에서 지정한 기관에서 검정을 필한 것을 사용하여야 한다.
- (라) 여과용 기구 및 기기는 특별한 언급이 없이 “여과한다”라고 하는 것은 한국산업규격 KS M 7602(거름종이(화학 분석용)) 거름종이 5종 또는 이와 동등한 여과지를 사용하여 여과함을 말한다.

## 5. 시료채취 및 분석 시 고려사항

### (1) 시료채취 기구 및 측정방법의 선택

시료채취의 목적과 시료채취시간, 방해인자, 예상되는 오염농도 및 실험실에서 보유하고 있는 분석장비의 능력 등을 종합적으로 고려하여 최적의 시료채취기구 및 분석방법을 선택한다.

### (2) 검량선 작성을 위한 표준용액제조

#### (가) 대상물질의 특성과악

분석하고자 하는 물질의 표준용액을 만들 원액(시약)의 순도와 특성(분자량, 비중, 노출기준)을 파악한다.

(나) 채취시료의 예상농도의 0.1~2배 수준에서 각 분석대상물질의 양을 결정한다.

#### (다) 표준용액 제조방법의 결정

일반적으로 표준용액 제조시 표준원액(stock solution)을 단계적으로 희석시키는 방법(희석식)과 표준원액에서 일정량씩 줄여 가면서 만드는 방법(배치식)이 있다. 희석식은 만들기가 수월한 반면 표준원액이 잘못되면 계통오차를 줄 수 있고 배치식은 여러 검량선 작성용 용액 중 몇 개가 잘못되더라도 이를 보정할 수가 있으나 만들기가 어려운 단점이 있다.

#### (라) 표준용액의 제조

충분한 수의 표준용액을 준비한다. 일반적으로 분석하고자 하는 농도를 포함한 최소한 5개 수준(공시료 제외)의 표준용액을 제조한다.

#### (마) 검량선의 작성 시 주의점

- ① 표준원액으로 사용될 원액의 순도, 제조일자, 유효기간 등을 잘 파악해야 한다.
- ② 표준용액, 탈착효율 등에 사용되는 시약은 같은 롯트(Lot)번호를 가진 것을 사용하여야 한다.
- ③ 검량선은 시료 분석조건과 주입방법에 따라 작성하고 검량선이 적정하다고 판정하면 시료를 분석한다. 검량선은 분석할 시료의 농도를 포함해야 하며 외삽법은 피한다. 검량선의 적정성은 제시된 분석기기의 매뉴얼을 참조하거나 상관계수가 0.99이상의 것을 사용하도록 한다.

### (3) 내부표준물질의 사용방법 및 보정방법

(가) 내부표준물질의 선정 시 다음의 특성을 가지는 물질로 선정한다.

- ① 머무름 시간이 분석대상물질과 너무 멀리 떨어져 있지 않아야 한다.
- ② 피크가 용매나 분석대상물질의 피크와 중첩되지 않아야 한다.
- ③ 내부표준물질의 양이 분석대상 물질의 양보다 너무 많거나 적지 않아야 한다.



④ 사용하는 분석기기의 검출기에서 반응이 양호해야 한다.

(나) 내부표준물질은 표준용액 등으로 사용하기 전에 탈착액에 일정량을 넣는다.

(다) 보정방법

① 검량선 작성 시 각 표준용액을 분석한 크로마토그램 면적을 내부표준물질의 크로마토그램 면적으로 나눈 면적비로 회귀식을 구한다.

② 분석시료의 크로마토그램 면적을 내부표준물질의 크로마토그램 면적으로 나누어 면적비를 구한다.

③ ②에서 구한 면적비를 ①에서 구한 회귀식에 대입하여 농도를 구한다.

#### (4) 탈착효율 검정을 위한 시료제조 및 탈착효율 계산방법

탈착효율은 흡착관을 이용하여 채취한 유기용제 등의 분석값을 보정하는 실험이며, 흡착관의 오염, 시약의 오염, 분석대상 물질이 탈착액에 실제로 탈착되는 양을 파악하여 보정하기 위하여 시행한다. 시료 배치당 최소한 한 번씩은 행해야 한다.

(가) 탈착효율 실험을 위한 주입량을 결정한다. 작업장의 농도를 포함하도록 예상되는 농도(ppm)와 공기채취량(L)에 따라 주입량을 계산한다. 만일 작업장의 예상 농도를 모를 경우 주입량은 노출기준과 공기채취량 10 L(또는 20 L)를 기준으로 계산한다. 탈착효율은 검량선 농도 범위 내에서 3개 농도 수준 각 3개씩(3수준 × 3반복 = 9개)과 공시료 3개를 준비한다.

(나) 탈착효율 실험용 흡착관의 뒤 층을 제거한다.

(다) 분석대상물질의 원액 또는 희석액 일정량을 마이크로실린지를 이용하여 흡착관의 앞 층에 주입한다.

(라) 흡착관을 마개로 즉시 막고 하루 동안 방치한다.

(마) 흡착관의 앞 층을 바이엘에 넣고 탈착액을 넣어 탈착한다.

(바) 탈착된 시료를 분석하여 검출량을 산출한다.

(사) 다음 식에 의해 탈착효율을 구한다.

$$\text{탈착효율} = \text{검출량} / \text{주입량}$$

(아) 탈착효율은 최소한 0.75 이상이 되어야 하나 0.90 이상이면 좋다. 탈착효율에 대한 평가는 분석자가 해야 한다. 즉 12개의 탈착효율 실험결과를 근거로 판단해야 할 사항은 탈착효율간의 일정성이다. 만일 탈착효율간의 차이가 크고 변이가 심하여 일정성이 없으면 정확한 보정이 될 수가 없다. 따라서 그 원인을 찾아 교정하고 다시 실험을 실시해야 한다.

# 메탄올(Methanol)

## - 활성탄 흡착관법 -

분자식: CH <sub>4</sub> O	화학식: CH <sub>3</sub> OH	분자량: 32.04	CAS No.: 67-56-1
녹는점: -98℃	끓는점: 65.4℃	비 중: 0.792	용 해 도: 물에 잘 녹음

**특징, 발생원 및 용도:** 가볍고 무색의 가연성이 있는 유독한 액체이다. 일산화탄소와 수소를 촉매로 써서 합성하며, 목재의 건류로 얻어지는 메탄올을 정제해서도 얻어진다.

노출기준	고용노동부(ppm)	200, 250(STEL)	OSHA(ppm)	200
	ACGIH(ppm)	200, 250(STEL)	NIOSH(ppm)	200, 250(STEL)

**동의어:** Methyl alcohol

**분석원리 및 적용성:** 작업환경에 따라 다음 두 가지 방법 중 하나를 선택하여 사용한다.

- ① 활성탄 흡착관법
  - 작업환경중의 분석대상 물질을 활성탄 흡착관으로 채취하여 이황화탄소/디메틸포름아미드로 탈착 후 일정량을 가스크로마토그래프(Gas Chromatograph, GC)에 주입하여 정량한다.
- ② 실리카겔 흡착관법
  - 작업환경중의 분석대상 물질을 실리카겔 흡착관으로 채취하여 증류수/이소프로필알코올로 탈착 후 일정량을 가스크로마토그래프(Gas Chromatograph, GC)에 주입하여 정량한다.

시료채취 개요	분석 개요
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>시료채취매체:</b> 활성탄 흡착관               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 두 개의 Anasorb 747튜브(앞 400 mg와 뒤 200 mg 튜브를 실리콘 튜브로 연결)</li> </ul> </li> <li>▪ <b>유량:</b> 0.05 L/min</li> <li>▪ <b>공기량 (상대습도에 따른 최대 공기량)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 최대 5 L(상대습도 ≥ 50% @25℃, @420 ppm)</li> <li>- 최대 3 L(상대습도 &lt; 50% @25℃, @420 ppm)</li> </ul> </li> <li>※ 상대습도가 낮은 경우 활성탄 흡착관에서 파과 현상이 일어나기 쉬우므로 최대 공기량을 지키기 어려운 경우 실리카겔 흡착관법 사용을 권고함</li> <li>▪ <b>운반:</b> 일반적인 방법</li> <li>▪ <b>시료의 안정성:</b> 회수율 88.7%(18일 실온보관)</li> <li>▪ <b>공시료:</b> 시료 세트 당 2~10개 또는 시료수의 10%이상</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>분석기술:</b> 가스크로마토그래피법, 불꽃이온화검출기</li> <li>▪ <b>분석대상물질:</b> 메탄올</li> <li>▪ <b>전처리:</b> 50/50 (v/v) 이황화탄소와 디메틸포름아미드 용액, 2 mL</li> <li>▪ <b>컬럼 :</b> Capillary, 30 m × 0.32 mm ID, 0.5 μm film polyethylene glycol, DB-wax, or equivalent</li> <li>▪ <b>기기조건:</b> 오븐 40℃ → 10℃/min, 200℃ 주입구 220℃, 검출기 250℃</li> <li>▪ <b>범위:</b> 134.5~2690 μg/sample</li> <li>▪ <b>검출한계 :</b> 2.09 μg/sample</li> <li>▪ <b>정밀도:</b> -</li> </ul>
방해작용 및 조치	정확도 및 정밀도
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 다른 용제가 존재하면 Anasorb 747 튜브가 메탄올을 포집하는 용량이 감소한다.</li> <li>▪ 낮은 습도는 Anasorb 747튜브가 메탄올을 흡착하는 능력을 떨어뜨린다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>연구범위(range studied):</b> -</li> <li>▪ <b>편향(bias):</b> -</li> <li>▪ <b>총 정밀도(overall precision):</b> ±10.2%</li> <li>▪ <b>정확도(accuracy):</b> -</li> <li>▪ <b>시료채취분석오차:</b> 0.264</li> </ul>

시약	기구
<ul style="list-style-type: none"> <li>메탄올(methanol)</li> <li>이황화탄소(carbon disulfide, CS<sub>2</sub>)</li> <li>디메틸포름아미드(dimethylformamide, DMF)</li> <li>옥탄올(1-Octanol)</li> <li>탈착용액: CS<sub>2</sub>와 DMF를 50:50으로 혼합</li> <li>내부 표준액: 0.5% 1-octanol(필요시)</li> <li>질소(N<sub>2</sub>) 또는 헬륨(He) 가스(순도 99.9% 이상)</li> <li>수소(H<sub>2</sub>) 가스(순도 99.9% 이상)</li> <li>여과된 공기</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>시료채취매체: 한 개의 400 mg 튜브와 한 개의 200 mg Anasorb 747(11 cm × 6 mm ID × 8 mm OD)를 실리콘 튜브로 연결</li> <li>개인시료채취펌프(유연한 튜브관 연결됨), 유량 0.01~1 L/min</li> <li>가스크로마토그래프, 불꽃이온화검출기</li> <li>컬럼: 30 m × 0.32 mm ID, 0.5 μm μm, film polyethylene glycol, DB-wax 또는 동등이상</li> <li>바이알, PTFE캡</li> <li>마이크로 실린지</li> <li>용량플라스크</li> <li>피펫</li> </ul>
<p>■ 특별 안전보건 예방조치: 메탄올은 인화성 물질로 화재와 폭발 위험성이 있다. CS<sub>2</sub>는 독성이 강하고 인화성이 강한 물질이므로 반드시 보호 장비를 착용한 상태로 후드 안에서 실험을 수행해야 한다.</p>	

## I. 시료채취

1. 각 개인 시료채취펌프를 하나의 대표적인 시료채취매체로 보정한다.
2. 흡착튜브의 양끝을 절단하고 400 mg의 배출부 끝부분이 200 mg 유입부 끝부분이 되도록 ID 1/4인치 길이 1인치의 실리콘 튜브로 연속으로 연결한다. 이것을 유연성 튜브를 이용하여 펌프에 연결한다.
3. 흡착튜브 400 mg 부분이 공기 유입부가 되도록 위치시킨다.
4. 25℃에서 습도가 50%이상일 때 0.05 L/min에서 최대 5 L, 25℃에서 습도가 50% 미만일 때 0.05 L/min에서 최대 3 L정도의 시료를 채취한다.  
※ 상대습도가 낮은 경우 활성탄 흡착관에서 파과 현상이 일어나기 쉬우므로 최대 공기량을 지키기 어려운 경우 실리카겔 흡착관법 사용을 권고함
5. 시료채취가 끝나면 두 튜브를 분리하고 흡착튜브를 플라스틱 마개로 밀봉하여 운반한다.

## II. 시료 전처리

6. 시료 튜브의 내용물을 4 mL 바이알로 옮긴다. 유리섬유와 우레탄폼 마개는 버린다.
7. 각각의 바이알에 탈착액 2 mL를 넣고, 즉시 뚜껑을 닫는다.
8. 가끔 흔들면서 1시간 정도 방치한다.

## III. 분석

### 【검량선 작성 및 정도관리】

9. 시료 농도가 포함될 수 있는 적절한 범위에서 최소한 5개(공시료 제외)의 표준물질로 검량선을 작성한다.
  - a. 메탄올을 물로 희석하여 원액을 준비한다. 원액을 탈착용액으로 희석하여 분석 표준액을 준비한다. 예를 들어, 77.4 mg/mL의 표준원액은 메탄올 1 mL를 물 10 mL에 희석하여 만들 수 있다. 분석 표준액은 원액 17 μL를 탈착용액 2 mL에 희석하여 만들 수 있다. 분석

- 표준액의 농도는 1315.8 µg/시료이며 이것은 대략 200 ppm의 공기를 5 L 채취한 값과 동일하다.
- 시료, 공시료와 함께 분석한다.
  - 검량선을 작성한다(기기반응값 vs 메탄올 질량(µg))
- 한번 작성한 검량선에 따라 보통 10개의 시료를 분석한 다음, 표준용액으로 분석기기 반응에 대한 재현성을 점검한다. 재현성이 나쁘면 검량선을 다시 작성하고 시료를 분석한다.
  - 탈착효율(DE)을 구한다. 각 시료군 배치 당 최소한 한 번씩은 행하여야 한다. 이때 3개 농도수준에서 각각 3개씩과 공시료 3개를 준비한다.
    - 각 시료군 배치 당 최소한 한번 씩은 행하여야 하며 3개 농도 수준에서 각각 3개씩과 공시료 개를 준비한다.
    - 탈착효율은 유리 바이알에 Anasorb 747의 흡착제 400 mg를 넣는다.
    - 물과 섞여 있는 메탄올을 미량 주사기를 이용하여(1~20 µL) 정확히 주입한다.
    - 이 시료들을 상온에서 하룻밤 방치한 다음 탈착하여 분석한다.
    - 검량선 표준용액과 같이 분석한다.
    - 다음 식에 의해 탈착효율을 구한다.

$$\text{탈착효율(Desorption Efficiency, DE)} = \frac{\text{검출량}}{\text{주입량}}$$

#### 【분석과정】

- 가스크로마토그래피 제조회사가 권고하는 대로 기기를 작동시키고 조건을 설정한다.  
※ 분석기기, 컬럼 등에 따라 적정한 분석조건을 설정하며, 아래의 조건은 참고사항임.

주입량		1 µL
운반가스		질소 또는 헬륨, 2 mL/min
온도	도입부 (Injector)	200℃
	컬럼 (Column)	40℃ (5 min) → 10℃/min, 200℃ (5min)
	검출부 (Detector)	250℃

- 시료를 정량적으로 정확히 주입한다. 시료주입방법은 flush injection technique과 자동주입기를 이용하는 방법이 있다.

## IV. 계산

- 다음 식에 의하여 분석물질의 농도를 구한다.

$$C = \frac{(W_f + W_b - B_f - B_b)}{V \times DE} \times \frac{24.45}{MW}$$


- C : 분석물질의 농도(ppm)  
 W<sub>f</sub> : 시료 앞 층의 양(µg)  
 W<sub>b</sub> : 시료 뒤 층의 양(µg)  
 B<sub>f</sub> : 공시료 앞 층의 양(µg)  
 B<sub>b</sub> : 공시료 뒤 층의 양(µg)  
 V : 공기채취량(L)  
 DE : 탈착효율  
 24.45 : 정상상태(25℃, 1기압)에서의 공기용적  
 MW : 분자량

- ※ 주의 : 만일 뒤 층에서 검출된 양이 앞 층에서 검출된 양의 10%를 초과하면( $W_b > W_f/10$ ), 시료 파과가 일어난 것이므로 이 자료는 사용할 수 없다.
- ※ OSHA 5001에서 활성탄 흡착관법의 파과용량은 뒤 층에서 검출된 양이 앞 층에서 검출된 양의 5%를 초과할 경우이다. 하지만 파과 곡선(그림 1 참조)에서 5%와 10%의 농도 수준에 큰 차이가 없으며 다른 물질의 측정·분석방법과 통일성을 주기 위하여 해당 방법에도 10% 파과를 적용한다.

**Table A-7. Sampler capacity data for methyl alcohol.<sup>a</sup>**

79% RH, 22 °C		41% RH, 25 °C		13% RH, 22 °C	
air vol	BT	air vol	BT	air vol	BT
(L)	(%)	(L)	(%)	(L)	(%)
4.05	0.0	4.49	0.1	2.97	0.0
4.30	0.2	4.74	2.6	3.51	1.0
4.82	0.3	5.25	5.8	4.05	7.7
5.32	0.4	5.75	10.9	4.59	23.2
5.84	0.4	6.25	17.2		
6.34	1.3	6.76	24.9		
6.86	2.3				
7.36	3.1				
7.88	5.7				
8.38	13.0				
8.92	21.7				

<sup>a</sup> RH is relative humidity and BT is breakthrough.



**Figure A-6.** Plot of data used to determine sampler capacity for methyl alcohol. The 5% breakthrough volumes shown are based on the curves in the figure, which are fit to the data provided in Table A-7.

그림 1. 상대습도에 따른 활성탄 흡착관(400 mg)의 메탄올 시료채취 용량(OSHA 5001)

## V. 비교

- 이 방법은 OSHA method 5001에 기초하였고, NIOSH method 2000의 일부내용을 참고하였다.
- 건강영향 및 예방조치: 직업적인 노출은 경구, 흡입, 피부나 눈을 통한 흡수로 이루어진다. 경구를 통한 흡수 혹은 증기의 고농도 노출은 시력손실과 사망에 이른다. 대사산물로 포름알데히드와 개미산을 만들어내는 심각한 산증(acidosis)을 유발한다. 만성 노출은 시력의 흐려짐, 결막염, 현기증, 불면증, 소화기 장애를 유발한다. 피부접촉은 피부염, 홍반, 피부의 벗겨짐을 유발한다. 개인보호구 착용 및 흡 후드에서의 작업이 필요하다.

## VI. 참고문헌

- 고용노동부 고시 제2020-48호, 화학물질 및 물리적인자의 노출기준, 2020.
- 고용노동부 고시 제2020-44호, 작업환경측정 및 정도관리 등에 관한 고시, 2020.
- American Conference of Governmental Industrial Hygienists(ACGIH): Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices, 9<sup>th</sup> ed, 2023.
- National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH): NIOSH pocket guide to chemical hazards and other databases, 2018.
- National Institute for Occupational Safety and Health(NIOSH): NIOSH Manual of Analytical Methods, Method 2000.
- Occupational Safety and Health Administration(OSHA): Sampling and Analytical Methods 5001.

# 메탄올(Methanol)

## - 실리카겔 흡착관법 -

분자식: CH <sub>4</sub> O	화학식: CH <sub>3</sub> OH	분자량: 32.04	CAS No.: 67-56-1
녹는점: -98℃	끓는점: 65.4℃	비 중: 0.792	용 해 도: 물에 잘 녹음

**특징, 발생원 및 용도:** 가법고 무색의 가연성이 있는 유독한 액체이다. 일산화탄소와 수소를 촉매로 써서 합성하며, 목재의 건류로 얻어지는 메탄올을 정제해서도 얻어진다.

노출기준	고용노동부(ppm)	200, 250(STEL)	OSHA(ppm)	200
	ACGIH(ppm)	200, 250(STEL)	NIOSH(ppm)	200, 250(STEL)

**동의어:** Methyl alcohol

**분석원리 및 적용성:** 작업환경에 따라 다음 두 가지 방법 중 하나를 선택하여 사용한다.

- ① 활성탄 흡착관법
  - 작업환경중의 분석대상 물질을 활성탄 흡착관으로 채취하여 이황화탄소/디메틸포름아미드로 탈착 후 일정량을 가스크로마토그래프(Gas Chromatograph, GC)에 주입하여 정량한다.
- ② 실리카겔 흡착관법
  - 작업환경중의 분석대상 물질을 실리카겔 흡착관으로 채취하여 증류수/이소프로필알코올로 탈착 후 일정량을 가스크로마토그래프(Gas Chromatograph, GC)에 주입하여 정량한다.

시료채취 개요	분석 개요
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>시료채취매체:</b> 실리카겔관(100 mg/50 mg)</li> <li>※ 메탄올이 고농도로 존재하거나 상대습도가 높은 환경에서는 고용량의 3단 실리카겔관 사용(700 mg/150 mg/150 mg)</li> <li>■ <b>유량:</b> 0.02~0.2 L/min</li> <li>■ <b>공기량-최대:</b> 5 L</li> <li>-최소: 1 L(200 ppm)</li> <li>■ <b>운반:</b> 5℃로 저장하여 운반</li> <li>■ <b>시료의 안정성:</b> 5℃에서 30일간 안정함</li> <li>■ <b>공시료:</b> 시료 세트 당 2~10개 또는 시료수의 10%이상</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>분석기술:</b> 가스크로마토그래피법, 불꽃이온화검출기</li> <li>■ <b>분석대상물질:</b> 메탄올</li> <li>■ <b>전처리:</b> 95/5(v/v) 증류수/이소프로필알코올, 1 mL</li> <li>■ <b>컬럼 :</b> Capillary, 30 m × 0.53 mm ID, 3 μm film 35% diphenyl-65% dimethyl polysiloxane, Rtx™-35 or equivalent</li> <li>■ <b>기기조건:</b> 오븐 40℃ → 10℃/min, 200℃ 주입구 220℃, 검출기 250℃</li> <li>■ <b>범위:</b> 2.2~6000 μg/sample</li> <li>■ <b>검출한계 :</b> 0.7 μg/sample</li> <li>■ <b>정밀도:</b> 0.030</li> </ul>
방해작용 및 조치	정확도 및 정밀도
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 머무름 시간이 비슷한 물질이 존재할 경우 간섭을 일으킬 수 있다.</li> <li>■ 메탄올이 고농도로 존재하거나 상대습도가 높은 환경에서는 고용량의 3단 실리카겔관(700 mg/150 mg/150 mg)이 필요하다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>연구범위(range studied):</b> 140~540 mg/m<sup>3</sup></li> <li>■ <b>편향(bias):</b> -4.4%</li> <li>■ <b>총 정밀도(overall precision):</b> 0.074</li> <li>■ <b>정확도(accuracy):</b> ±16.2%</li> <li>■ <b>시료채취분석오차:</b> 0.264</li> </ul>

시약	기구
<ul style="list-style-type: none"> <li>메탄올(methanol)</li> <li>증류수(water, distilled and prepurified)</li> <li>이소프로필알코올(Isopropanol, IPA)</li> <li>탈착용액: 5% 이소프로필알코올과 95% 증류수</li> <li>질소(N<sub>2</sub>) 또는 헬륨(He) 가스(순도 99.9% 이상)</li> <li>수소(H<sub>2</sub>) 가스(순도 99.9% 이상)</li> <li>여과된 공기</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>시료채취매체: 실리카겔 관(7 cm × 4 mm ID, 20/40 mesh, 100 mg/50 mg) ※메탄올이 고농도이거나 상대습도가 높을 경우 고용량의 3단 실리카겔관(15 cm × 8 mm ID, 700 mg/150 mg/150 mg)을 사용함</li> <li>개인시료채취펌프: 0.02~0.2 L/min에서 조절 가능한 펌프</li> <li>가스크로마토그래프, 불꽃이온화검출기</li> <li>컬럼: Capillary, 30 m × 0.53 mm ID, 3 μm film 35% diphenyl-65% dimethyl polysiloxane, Rtx™-35 또는 동등이상</li> <li>바이알, PTFE캡</li> <li>마이크로 실린지</li> <li>용량플라스크</li> <li>피펫</li> </ul>
<p>▪ 특별 안전보건 예방조치: 메탄올은 인화성 물질로 화재와 폭발 위험성이 있으므로, 반드시 보호 장비를 착용한 상태로 후드 안에서 실험을 수행해야 한다.</p>	

## I. 시료채취

1. 각 개인 시료채취펌프를 하나의 대표적인 시료채취매체로 보정한다.
2. 시료채취 바로 전에 실리카겔관 양끝을 절단한 후 유연성튜브를 이용하여 짧게 연결하고, 다시 유연성 튜브를 이용하여 펌프와 연결한다.
3. 0.02~0.2 L/min에서 정확한 유량으로 1~5 L 정도 시료를 채취한다.
4. 시료채취가 끝나면 실리카겔관을 플라스틱 마개로 밀봉하여 운반한다.

## II. 시료 전처리

5. 흡착관의 앞 층과 뒤층을 각각 다른 바이알에 담는다. 이때 앞 층의 유리섬유는 앞 층 바이알에 함께 담아주고 우레탄폼 마개는 버린다.
6. 각각의 바이알에 탈착액 1 mL를 넣고, 즉시 뚜껑을 닫는다.
7. 가끔 흔들면서 30~60분 정도 방치한다.

## III. 분석

### 【검량선 작성 및 정도관리】

8. 시료농도가 포함될 수 있는 적절한 범위에서 최소한 5개(공시료 제외)의 표준물질로 검량선을 작성한다.
9. 시료 및 공시료를 함께 분석한다.
10. 다음 과정을 통해 탈착효율을 구한다.
  - a. 각 시료군 배치 당 최소한 한번 씩은 행하여야 하며 3개 농도 수준에서 각각 3개씩과 공시료 개를 준비한다.
  - b. 탈착효율 분석용 흡착관의 뒤 층을 제거한다.
  - c. 분석물질의 원액 또는 희석액을 마이크로시린지를 이용하여 정확히 흡착관 앞 층에 주입한다.



- d. 흡착관을 마개로 막아 밀봉하고, 하루 동안 상온에 놓아둔다.
- e. 탈착시켜 검량선 표준용액과 같이 분석한다.
- f. 다음 식에 의해 탈착효율을 구한다.

$$\text{탈착효율(Desorption Efficiency, DE)} = \text{검출량} / \text{주입량}$$

#### 【분석과정】

11. 가스크로마토그래피 제조회사가 권고하는 대로 기기를 작동시키고 조건을 설정한다.  
※ 분석기기, 컬럼 등에 따라 적절한 분석조건을 설정하며, 아래의 조건은 참고사항임.

주입량		1 µL
운반가스		질소 또는 헬륨, 2 mL/min
온도	도입부 (Injector)	200℃
	컬럼 (Column)	40℃ (5 min) → 10℃/min, 200℃ (5min)
	검출부 (Detector)	250℃

12. 시료를 정량적으로 정확히 주입한다. 시료주입방법은 flush injection technique과 자동주입기를 이용하는 방법이 있다.

## IV. 계산

13. 다음 식에 의하여 분석물질의 농도를 구한다.

$$C = \frac{(W_f + W_b - B_f - B_b)}{V \times DE} \times \frac{24.45}{MW}$$

C : 분석물질의 농도(ppm)  
 W<sub>f</sub> : 시료 앞 층의 양(µg)  
 W<sub>b</sub> : 시료 뒤 층의 양(µg)  
 B<sub>f</sub> : 공시료 앞 층의 양(µg)  
 B<sub>b</sub> : 공시료 뒤 층의 양(µg)  
 V : 공기채취량(L)  
 DE : 탈착효율  
 24.45 : 정상상태(25℃, 1기압)에서의 공기용적  
 MW : 분자량

※ 주의 : 만일 뒤 층에서 검출된 양이 앞 층에서 검출된 양의 10%를 초과하면(W<sub>b</sub> > W<sub>f</sub>/10), 시료 파파가 일어난 것이므로 이 자료는 사용할 수 없다.

## V. 비고

- 이 방법은 NIOSH method 2000에 기초하였고, OSHA method 5001의 일부 내용을 참고하였다.
- 건강영향 및 예방조치: 직업적인 노출은 경구, 흡입, 피부나 눈을 통한 흡수로 이루어진다. 경구를 통한 흡수 혹은 증기의 고농도 노출은 시력손실과 사망에 이른다. 대사산물로 포름알데히드와 개미산을 만들어내는 심각한 산증(acidosis)을 유발한다. 만성 노출은 시력의 흐려짐, 결막염, 현기증, 불면증, 소화기 장애를 유발한다. 피부접촉은 피부염, 홍반, 피부의 벗겨짐을 유발한다. 개인보호구 착용 및 흡 후드에서의 작업이 필요하다.



---

## VI. 참고문헌

---

1. 고용노동부 고시 제2020-48호, 화학물질 및 물리적인자의 노출기준, 2020.
  2. 고용노동부 고시 제2020-44호, 작업환경측정 및 정도관리 등에 관한 고시, 2020.
  3. American Conference of Governmental Industrial Hygienists(ACGIH): Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices, 9<sup>th</sup> ed, 2023.
  4. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH): NIOSH pocket guide to chemical hazards and other databases, 2018.
  5. National Institute for Occupational Safety and Health(NIOSH): NIOSH Manual of Analytical Methods, Method 2000.
  6. Occupational Safety and Health Administration(OSHA): Sampling and Analytical Methods 5001.
-

## 안전보건기술지침 개정 이력

□ 개정일 : 2023. 8. 24.

- 개정자 : 한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원 직업환경연구실 장미연
- 개정사유 : OSHA 측정·분석방법 업데이트 및 NIOSH 측정·분석방법 추가
- 주요 개정내용
  - Anasorb 747 매체를 사용하는 측정·분석 방법의 탈착용매 용량 등 수정
  - 측정매체로 실리카겔관을 사용하는 NIOSH method 2000의 측정·분석 방법 추가