시정조치 및 예방조치 요구/보고서

서식번호: QF-CAPA-001 (Rev. 04) | 관련절차: SOP-CAPA-01

작성자 (작성 및 이행)	소속 부서장 (검토 및 승인)	품질보증부서장 (최종 종결 승인)
서명/날인	서명/날인	서명/날인

1. CAPA 발행 및 발생 정보

CAPA 번호		작성일자	년 월 일	문제발생일	년 월 일
조치 완료기한	년 월 일 (※ 품질보증부 작성)				
발행 구분	☐ 시정조치 (Corrective) ☐ 예방조치 (Preventive) ☐ 수평전개 (Horizontal)		발행 부서		
발생 출처	☐ 고객불만 (CC) ☐ 공정 부적합 (IPQC) ☐ 완제품 시험부적합 ☐ 내부/외부 심사 ☐ 안정성 시험		대상 제품명 / 로트번호	제품명: Lot No.:	
부적합 내용 (Problem)	**[현상]** 발생한 부적합 현상, 측정값, 규격 이탈 내용을 상세히 기술하십시오. **[영향]** 제품 품질, 안전성, 유효성 및 기출하 제품에 미치는 영향성 평가 내용을 기술하십시오.				

2. 즉각 봉쇄 및 임시 조치 (Containment & Immediate Action)

※ 조치부서 작성

조치 내역				조치일자	년 월 일
조치 담당자	부서: 성명/직급:	확인자	부서: 성명/직급:	조치 상태	☐ 완료 ☐ 진행중

3. 근본 원인 분석 (Root Cause Analysis - 5-Why / 4M)

[Man / Machine / Material / Method 측면 원인분석 및 5-Why 작성]

근본원인 (Root Cause):

4. 시정 및 예방조치 계획/실행 (Action Plan & Execution)

No	세부 조치 내용 (Corrective / Preventive Actions)	담당자 (부서/성명·직급)	완료 예정일	실행확인 (QA)
1		부서: 성명: 직급:	년 월 일	(인)
2		부서: 성명: 직급:	년 월 일	(인)
3		부서: 성명: 직급:	년 월 일	(인)

5. CAPA 조치완료 및 효과성 확인 계획 승인

효과성 확인 예정일	년 월 일	효과성 확인 방법	
품질보증부서장 최종 승인	상기 시정/예방조치 계획이 타당하며, 계획에 따라 적절히 이행되었음을 확인함. 승인일자: 년 월 일 품질보증부서장: (인/서명)		

	품질 기록서 **CAPA 효과성 확인 기록서**	**문서번호**	QA-F-401-03
		제·개정일자	2026.10.26
		개정번호	0
		페이지	1 / 3

	성명	**부서/직책**	**일자**	**서명**
작 성	*홍길동*	*품질보증/담당자*	*26/12/15*	*(서명)*
검 토	*김철수*	*품질보증/CAPA 책임자*	*26/12/16*	*(서명)*
승 인	*이영희*	*품질/팀장*	*26/12/17*	*(서명)*

※ *파란색 기울임 글씨는 작성 예시이며, 실제 작성 시 삭제하고 내용을 기재한다.* ■ 선택, □ 미선택. (PCR 진단키트 양성대조군 실패 CAPA 가정 예시)

1. CAPA 기본 정보

CAPA 번호	*sbk-CAPA-001*	**CAPA 구분**	■ 시정조치 □ 예방조치
제품명/모델	*PCR 진단키트 (모델명 기재)*	**중요도 분류**	□ 일반 CAPA ■ 중요 CAPA
관련 로트	*LOT-EX-001 ~ 003*	**CAPA 발생원**	*완제품 검사 – 양성대조군 실패*
문제 요약	*완제품 검사에서 양성대조군 Ct 지연 및 증폭 실패가 3 개 로트에서 확인됨.*		
근본원인 요약	*프라이머·프로브 믹스 입고 후 냉동 보관 온도가 이탈했으나 온도 모니터링 및 알람 기준이 없어 검출되지 않음.*		
시정·예방조치 요약	*① 냉동고 온도 상시 모니터링·알람 도입 ② 보관·출납 SOP 개정 ③ 담당자 교육 ④ 영향 로트 격리·재시험*		
조치 완료일	*2026.12.10*	**효과성 확인 담당자**	*홍길동*

2. 효과성 확인 계획 (조치계획 승인 시 사전 설정)

확인 방법	■ 후속 로트 검사·공정 데이터 □ 불만·부적합 재발 추세 □ 내부심사 □ 공정능력/추세분석 □ 공급업체 성과 □ 재검증 결과 □ 기타( )
평가지표	*양성·음성 대조군 실패율, 동일 원인(보관 온도 이탈) 부적합 발생 건수, 관련 고객불만 건수*
합격기준	*관찰기간 동안 동일 원인 부적합 재발 0 건, 대조군 실패율이 승인 기준 이내, 관련 불만 0 건*
관찰기간·표본·주기	관찰기간: *2026.12.11 ~ 2027.03.10 (3 개월)* 후속 제조 로트 수: *3 개 이상* 표본 수: *로트별 검사 규정 표본* 확인 주기: *월 1 회*
대체 확인방법 및 타당성	*해당 없음 (생산 빈도가 낮아 로트 확보가 어려운 경우 대체 방법과 그 타당성을 기재)*
중요 CAPA 강화 확인	*중요 CAPA 로 관찰기간을 3 개월로 설정하고 로트별 검사 외 보관 온도 기록을 월 1 회 추가 검토. 근거: 다수 로트 영향 및 성능 영향 가능성*
계획 승인	승인자: *이영희 (품질/팀장)* 승인일: *2026.12.05* ※ 조치계획 수립·승인 시 사전 설정(절차서 6.7.3)

	품질 기록서 **CAPA 효과성 확인 기록서**	문서번호	QA-F-401-03
		제·개정일자	2026.10.26
		개정번호	0
		페이지	2 / 3

3. 효과성 확인 결과 (관찰기간 중 확인 내역)

No	확인일	확인 항목(지표)	대상(로트/기간)	결과(데이터)	기준 충족	증거 문서(번호)
1	*2026.12.28*	*양성대조군 실패율*	*LOT-EX-004*	*실패 0 건 / 검사 10 회*	■ Y □ N	*검사성적서 QC-EX-004*
2	*2027.01.25*	*보관 온도 이탈·알람 이력*	*2026.12.11~2027.01.25*	*이탈 0 건, 알람 정상 작동*	■ Y □ N	*온도기록 TR-EX-01*
3	*2027.02.22*	*양성대조군 실패율*	*LOT-EX-005, 006*	*실패 0 건 / 검사 20 회*	■ Y □ N	*검사성적서 QC-EX-006*
4	*2027.03.10*	*관련 고객불만*	*관찰기간 전체*	*접수 0 건*	■ Y □ N	*불만관리대장*
5					□ Y □ N	
6					□ Y □ N	

4. 재발 및 부작용 확인

확인 항목	확인 결과	근거/비고
동일 원인 부적합 재발	■ 없음 □ 있음	*관찰기간 중 재발 없음 (확인 결과 1~4)*
조치의 제품 안전성·성능·규제 적합성 영향	■ 부정적 영향 없음 □ 있음	*영향 로트 재시험 성적 적합, 검증 보고서 VR-EX-01*
문서 개정·교육 완료	■ 완료 □ 해당 없음	*SOP 개정 완료, 교육기록 TE-EX-01*
위험관리 파일 갱신	■ 갱신 □ 미갱신(근거 기재)	*위험평가 RM-EX-02 갱신·승인*
규제보고·시판 후 조치 연계 평가	■ 평가 완료 □ 해당 없음	*미출하 로트로 보고 불필요, 규제업무 담당자 검토 기록 RA-EX-01*

	품질 기록서 **CAPA 효과성 확인 기록서**	문서번호	QA-F-401-03
		제·개정일자	2026.10.26
		개정번호	0
		페이지	3 / 3

5. 첨부 증거 목록 (종결 전 확인)

No	증거 항목	문서/기록번호	첨부 여부	비고
1	CAPA 요청 및 보고서 (QA-F-401-01) — 문제·범위 정의	*sbk-CAPA-001*	■ 첨부 □ 해당 없음	
2	CAPA 관리대장 등록·이력 (QA-F-401-02)	*sbk-CAPA-001 등록분*	■ 첨부 □ 해당 없음	
3	즉시조치·격리·출하보류 및 제품 영향평가 기록	*NC-EX-001*	■ 첨부 □ 해당 없음	*3 개 로트 격리*
4	조사계획, 근본원인 분석 및 관련 시험·데이터·사진	*RCA-EX-001*	■ 첨부 □ 해당 없음	*5 Why, 특성요인도*
5	위험평가 및 규제보고·회수 필요성 검토 기록	*RM-EX-002 / RA-EX-001*	■ 첨부 □ 해당 없음	*보고 불필요 판단*
6	CAPA 조치계획 및 승인 기록 (효과성 확인 계획 포함)	*sbk-CAPA-001 계획서*	■ 첨부 □ 해당 없음	
7	조치 실행 증거 및 변경관리 기록	*CC-EX-001*	■ 첨부 □ 해당 없음	*온도 모니터링 도입*
8	문서 개정 기록 및 교육 기록	*DR-EX-001 / TE-EX-001*	■ 첨부 □ 해당 없음	*SOP 개정, 교육 완료*
9	검증·밸리데이션 결과		□ 첨부 □ 해당 없음	*해당 시 첨부*
10	효과성 확인 데이터 (검사성적서, 추세분석, 불만 현황 등)	*QC-EX-004 ~ 006*	■ 첨부 □ 해당 없음	*3 장 확인 결과와 연계*
11	종결 승인 및 경영검토 입력자료	*MR-EX-2027-01*	■ 첨부 □ 해당 없음	*경영검토 안건 등록*
12			□ 첨부 □ 해당 없음	
13			□ 첨부 □ 해당 없음	

※ 종결 전 각 항목의 첨부 여부를 표시하고, 해당 없는 항목은 비고에 사유를 기재한다. 미완료 항목이 있으면 CAPA 를 종결하지 않는다. (6.8)

6. 종합 판정 및 종결

효과성 판정	■ 효과적 (종결 가능) □ 비효과적 (원인분석 재검토 및 추가 조치계획 수립 / CAPA 재개 또는 신규 발행)
판정 근거	*합격기준(재발 0 건, 대조군 실패율 기준 이내, 불만 0 건)을 관찰기간 전체에서 충족하였고 부작용이 확인되지 않음.*
후속 조치	재개/신규 CAPA 번호: *해당 없음* 추가 조치계획 수립 예정일: *해당 없음*
종결 승인	종결 승인일: *2027.03.17* ※ 미완료 항목이 있으면 종결할 수 없음 (절차서 6.8)

작성 시 유의사항

1) 효과성 확인 방법·관찰기간·표본/로트 수·합격기준은 CAPA 조치계획 수립 단계에서 정하고 승인받는다. (6.7.1, 6.7.3)

2) 사전에 정한 기준을 충족하지 못하거나 동일 원인 부적합이 재발하면 종결할 수 없으며, CAPA 를 재개하거나 신규 CAPA 로 재발행한다. (6.7.4)

3) 효과성 확인 결과와 객관적 증거(데이터, 시험보고서, 추세 분석 자료 등)를 첨부하여 CAPA 기록서와 함께 보존한다. (6.7.5)

CAPA 관리대장 및 추적기록서

서식번호: QF-CAPA-003 (Rev. 04) | 관리부서: 품질보증부

작성자 (작성 및 이행)	소속 부서장 (검토 및 승인)	품질보증부서장 (최종 종결 승인)
서명/날인	서명/날인	서명/날인

조회 연도: 년 **전체 발행:** ___ 건 **조치 완료:** ___ 건 **진행 중:** ___ 건 **효과성 검증 대기:** ___ 건 **종결률:** ___ %

CAPA No.	발행일	구분	발생출처	CAPA 제목 / 부적합 내용	주관부서	완료기한	조치일자	효과성	상태	종결일
CAPA-2026-001	년 월 일	시정	공정이상	PCR 시약 자동분주량 현상 및 Ct값 이탈	제조생산팀	년 월 일	년 월 일	유효	Closed	년 월 일

★ CAPA 관리대장 작성 및 모니터링 지침

1. **등록 시기:** CAPA 요구서가 발행된 당일 품질보증 담당자는 대장에 즉시 관리번호를 부여하고 등록해야 한다.
2. **진행 상태 구분:** **Open** (계획수립/조치중), **Progress** (조치완료/효과성 검증 진행중), **Closed** (효과성 검증 완료 및 종결승인)
3. **지연 관리:** 조치 완료기한 내 이행되지 않을 경우 품질보증부서장에 보고 후 최대 15일 범위 내 1회 연장 신청 가능함.