[여기에 입력]

	품질 절차서	문서번호	sbk-401
		제, 개정일자	2026.10.28.
	식별 및 추적관리	개정번호	0
		페이지	페이지 1 / 22

목 차

1. 목적

2. 적용범위

3. 용어의 정의

4. 책임과 권한

5. 업무절차

6. 기록관리절차

7. 관련 문서 및 기록

관리구분	☑원본 ☐관리본 ☐비관리본

본 문서는 승인일로부터 효력이 발생함

	성명	부서/직책	일자	서명
작 성	배시환	품질/사원	26/10/23	배시환
검 토	김연우	품질/팀장	26/10/25	김연우
승 인	마창빈	품질/대표	26/10/25	마창빈

개정번호	개정일자	개정 내용	작성/승인

	품질 절차서	문서번호	sbk-401
		제, 개정일자	2026.10.28.
	식별 및 추적관리	개정번호	0
		페이지	페이지 2 / 22

0	2026.10.28	최초 제정	대표자 마창빈

[여기에 입력]

1. 목적

이 절차서는 당사가 제조하는 PCR 분석키트(체외진단의료기기)에 의료기기 표준코드(UDI)를 부여하고 표시·등록하는 방법과, 제조번호(Lot) 단위로 제품을 추적하는 방법을 정한다.
이를 통해 회수, 이상사례, 분석결과 관련 불만이 발생했을 때 해당 제품을 빠르고 정확하게 찾아 조치할 수 있도록 한다.

2. 적용범위

이 절차서는 당사가 제조하여 국내에 공급하는 PCR 분석키트 중 UDI 표시와 통합정보 등록 대상인 모든 제품에 적용한다.

- 적용 업무: UDI 부여, 라벨 표시, 의료기기 통합정보시스템 등록·변경, 공급내역 보고, 추적성 관리
- 제품별 UDI-DI 와 생산식별자 구성은 UDI-DI 관리대장(양식 F01)으로 관리한다.
- 생산 공정 중 반제품 식별은 제조공정 관리 절차서에 따른다.
- 수출 제품의 국외 UDI 요구사항(EU 등)은 이 절차서에 포함하지 않는다.

3. 용어의 정의

용어	정의
의료기기 표준코드 (UDI)	의료기기를 식별하기 위해 용기나 외장에 표시하는 숫자·문자의 조합. 고유식별자(UDI-DI)와 생산식별자(UDI-PI)로 이루어진다.
고유식별자 (UDI-DI)	의료기기 표준코드 중 제품별로 고유하게 생성되는 식별자로서, 제품의 식별에 필요한 정보를 나타내는 코드
생산식별자 (UDI-PI)	의료기기 표준코드 중 생산단위별로 생성되는 식별정보로서 제조번호(로트번호 또는 배치번호), 제조연월 또는 사용기한 등의 생산정보를 포함한다.
제조번호 (Lot)	같은 조건에서 한 번에 제조한 제품 단위를 구별하는 번호
포장단위	키트 1 개(최소 포장단위)와 이를 여러 개 담은 상자 등 상위 포장단위
HRI	바코드에 담긴 데이터를 사람이 읽을 수 있도록 바코드 옆에 함께 인쇄한 문자
의료기기 통합정보시스템	표준코드와 공급내역 등 의료기기 통합정보를 등록·보고하는 식품의약품안전처 전자시스템
공급내역 보고	공급한 의료기기의 공급처, 제품, 수량 등을 통합정보시스템에 보고하는 것
추적성	제조번호를 기준으로 원자재부터 제품을 공급받은 거래처까지, 또는 그 반대로 이력을 확인할 수 있는 능력

4. 책임과 권한

식별·상태·추적성 관리(5 장) 업무를 하는 사람은 이 절차서에 대한 교육을 받아야 하며, UDI 표시 업무를 하는 사람은 GS1 코드 체계 교육도 받아야 한다. 교육 기록은 교육훈련 절차서(QC-G-01)에 따라 보관한다. 이 절차서에서 5.2 의 '품질책임자'과 5.3 의 '품질책임자'는 같은 직책을 뜻한다.

4.1 역할별 책임과 권한

역할	책임	권한
품질책임자 및 QA 팀	이 절차서와 5 장의 식별·상태·추적성 관리 기록을 총괄하고 승인한다. 제조번호 부여를 승인하고, 완제품 출하판정(출고 승인)을 한다(5.2.4, 5.3.2). 부적합 판정·처분을 확정하고 특채를 최종 서면 승인한다(5.2.6, 5.2.7). 부적합·회수 시 영향 범위를 식별하고, 회수·출하처 통보 필요성을 검토한다(5.3.8). 추적성 검증(모의 추적)을 연 1 회 이상 실시한다(5.3.7). UDI-DI 부여와 UDI 표시 정보를 확인하고, 법규 개정 시 추적성 범위를 재검토한다. 문서·기록의 폐기를 승인한다(6.3).	출하 보류·중지, 부적합 격리 지시와 격리 해제 승인, 회수·통보 검토 지시
생산팀장 및 생산 담당자(제조부서)	제조번호 대장에서 제조번호를 부여하고 제조기록서(BPR/DHR)를 작성한다(5.3.2). 반제품 식별표, 공정 용기 라벨, 완제품 라벨(UDI 포함)을 부착하고 UDI 바코드를 100% 검증한다(5.1.2, 5.1.4). 사용한 원부자재의 공급자 Lot 와 반제품 제조번호를 QC-F-02 에 기록한다(5.3.3). 완제품 표시 내용을 제조·최종검사 기록과 대조하여 QC-F-03 에 기록한다(5.3.3).	식별 불명 반제품 사용 중지, 라벨 인쇄 중지
QC 팀장 및 QC 분석관 (분석 담당자)	원부자재 입고검사(IQC)를 수행하고 상태를 전환한다(5.2.2). 분석 데이터 파일을 명명 규칙에 따라 저장하고 원본을 보존한다(5.1.3). PCR 결과를 판정하고 CoA 에 서명하며, QC-F-02 의 분석 항목을 기록한다(5.2.3, 5.3.5).	부적합 판정 시 STATUS_REJECTED 지정과 Lot 보류
자재관리자(구매·자재	원부자재 입고 시 공급자 식별 표시, 수량, 포장 상태를 확인하고 식별·상태 라벨을 부착한다(5.2.2, 5.3.3).	식별 표시가 없거나 훼손된 자재의 입고

담당)	입출고 대장과 공급사·당사 Lot 매핑 대장을 작성·유지하고 선입선출을 관리한다(5.1.1, 5.3.3).	보류·사용 금지
영업·물류 담당	출하 시마다 QC-F-01 에 제조번호, 수량, 출하처 명칭·주소, 유통경로를 기록한다(5.3.6). 유통업체의 유통 기록 유지·제출 의무를 계약서 또는 품질협약서에 명시한다(5.3.6). 반품을 접수하여 반품 격리 라벨을 부착하고, 회수 시 거래처 정보를 제공한다(5.2.5, 5.3.8).	출하판정을 받지 않은 Lot 의 출하 거부
특채 심의기구 (MRB)	위원은 품질책임자(위원장), QC 팀장, 생산팀장, R&D 팀장으로 구성한다. 경미한 규격 이탈의 특채 여부를 심의하고 ISO 14971 에 따라 위험을 평가한다(5.2.6).	특채 심의와 승인 조건 설정 (위원 전원 합의, 품질책임자 최종 승인)

4.2 기록별 결재

기록	작성	검토	승인
완제품 출하 및 유통 추적관리대장 (QC-F-01)	영업·물류 담당	QA 담당자	품질책임자
제조 Lot 및 검체분석데이터 추적관리 기록서 (QC-F-02)	생산 담당자 (제조 항목) QC 분석관 (분석 항목)	QC 팀장	품질책임자
제품 식별 및 상태관리 기록서 (QC-F-03)	생산 담당자	QC 팀장	품질책임자
추적성 검증 기준서 및 모의 추적 결과 (QC-F-04)	QA 담당자	QC 팀장	품질책임자
원자재 입고검사 성적서(IQC CoA) 및 Lot 매핑 대장 (QC-F-05)	자재관리자 (매핑 대장) QC 분석관 (성적서)	QC 팀장	품질책임자
BPR/DHR 내 원자재 투입 및 공정 라벨 기록 (QC-F-06)	생산 담당자	생산팀장	품질책임자
분석 로그 및 QC 시험성적서(CoA) (QC-F-08)	QC 분석관	QC 팀장	품질책임자
UDI 바코드 검증 기록 (QC-F-09)	생산 담당자	QC 팀장	품질책임자
반품 접수·격리 보고서 (QC-F-09)	영업·물류 담당	QA 담당자	품질책임자

[여기에 입력]

특채 승인 신청서·심의 승인서 (QC-F-09)	신청 부서장 (자재·생산·QC)	MRB 위원 (QC 팀장, 생산팀장, R&D 팀장)	품질책임자 (MRB 위원장)
부적합 보고서 (NCR)	발견자	QA 담당자	품질책임자
제조번호 대장	생산 담당자	생산팀장	품질책임자
입출고 대장 (QC-P-02)	자재관리자	QA 담당자	품질책임자

※ PCR 검체 분석 데이터 파일(QC-F-07)은 장비가 생성한 원본이므로 결재하지 않고 변경하지 않으며, QC-F-02 를 검토할 때 함께 확인한다.

5. 업무절차

5.1 식별 관리 절차 (Identification Procedure)

제품, 원자재, 데이터 및 완제품이 "무엇인가(WHAT IT IS)"를 명확히 구별하기 위한 식별 규칙 및 표기 표준

5.1.1 원자재 및 시약 구성요소의 식별

이중 Lot 식별 규칙 : 입고되는 모든 원부자재(Enzyme, Primer/Probe, Buffer, Controls, Plasticware 등)는 '공급사 Lot 번호'와 '당사 관리 Lot 번호'를 모두 식별할 수 있도록 관리한다.

- 당사 관리 Lot 번호 체계: RM[입고연도 2 자리][입고월 2 자리][입고일 2 자리]-[자재분류코드][일련번호 2 자리] (예: RM261027-ENZ01)
- 공급사 Lot 번호와 당사 관리 Lot 번호는 입고검사성적서(IQC CoA) 및 자재 입고 대장에 1:1 로 매핑하여 기록한다.

초저온 식별 라벨 (Cryo-label) 부착 : -20℃ 또는 -80℃ 냉동 보관이 필요한 온도 민감성 효소 및 시약류는 동결 및 수분에 견디는 초저온 전용 라벨을 사용하여 보관 중 식별이 훼손되지 않도록 한다.

※ 원자재 입고 식별 라벨 양식 :

[원자재 입고 식별 라벨 양식 예시]

품 목 명 : Taq DNA Polymerase (10U/μL)

품목코드 : RM-ENZ-002

[여기에 입력]

공급사 Lot 번호 : SUP-2026-T998

당사 관리 Lot 번호 : RM261027-ENZ01

입고일자 : 2026-10-27

사용기한(Exp.) : 2027-08-31

보관조건 : -20℃ ± 2℃ (차광보관)

5.1.2 제조 및 공정 단계별 배치(Lot) 식별

생산 Lot 번호 부여 체계 : 생산팀은 PCR 키트 조제, 소분, 동결건조 및 포장 공정 개시 전 다음 체계에 따라 고유한 제조 Lot 번호를 부여한다.

- 체계: 제품구분코드-[생산연도 2 자리][생산월 2 자리][생산일 2 자리]-일련번호 2 자리
- 예시: PCR-C19-261027-01 (2026 년 10 월 27 일 첫 번째 생산된 COVID-19 PCR 키트 배치)
- Lot 번호는 UDI 바코드 AI (10)의 규격에 따라 최대 20 자 이내로 하며, GS1 에서 허용하는 문자만 사용한다.

공정 용기 식별 : Master Mix 조제 튜브, 96-well 플레이트, 소분(Aliquot) 바이알, 동결건조 트레이 등 제조 라인 내 모든 용기에는 공정 식별 라벨을 부착한다.

※ 공정 용기 식별 라벨 양식 :

[공정 용기(Master Mix/Aliquot) 식별 라벨 양식 예시]

공 정 명 : Master Mix 조제 및 분주 (Step 2)

제품 Lot : PCR-C19-261027-01

용기식별 : Tube #03 (1.5mL Aliquot Vial)

조제일자 : 2026-10-27 | 담당자 : 홍길동 (인)

5.1.3 PCR 검체 분석 데이터 파일 식별

데이터 파일 명명 규칙 : Real-time PCR 장비에서 출력되는 모든 Raw Data, Run Log, Exported CSV/Excel 및 결과 리포트는 추적성 보장을 위해 무작위 파일명 사용을 금지하고 다음 표준 규칙을

[여기에 입력]

적용한다.

- 명명 체계: 품목코드_Lot 번호_QC 단계_분석일자_장비 ID
- 예시: IVD-PCR01_PCR-C19-261027-01_ReleaseQC_20261027_ABI7500-02.eds

메타데이터 식별 및 원본 데이터 보존 : 데이터 파일 내부 Header 영역에 분석 일시, 분석자 이름, 사용된 PCR 장비 시리얼 번호, 키트 Lot 번호 및 사용된 Software 버전을 메타데이터로 기록하고, 장비 생성 원본 확장자(.eds, .pcrd 등) 그대로 저장한다.

5.1.4 완제품 및 UDI (의료기기 표준코드) 시스템 식별

UDI 구성 체계 : 국내외 체외진단의료기기 규정에 따라 완제품 단포장 및 외포장에 UDI 코드를 표기한다.

- UDI-DI (고유식별자) : GS1 GTIN 체계의 고유 제품 식별 코드.
- UDI-PI (생산식별자) : (10) 제조 Lot 번호, (11) 제조일자(MFG), (17) 사용기한(EXP). (일자 형식은 YYMMDD)
- 비전 검사 및 바코드 검증 : 포장 라인에 설치된 자동 비전 시스템을 통해 UDI 바코드(GS1-128 또는 GS1 DataMatrix)의 판독 가능성(ISO/IEC 15416·15415 기준 Grade B 이상) 및 데이터 일치 여부를 100% 검증하고 검증 기록을 저장한다.

※ 완제품 포장 UDI 라벨 양식 :

[완제품 포장 UDI 라벨 양식 예시]

품 목 명 : Real-time PCR COVID-19 Detection Kit

품목허가 : 체외 ivd-2026-001 호

포장단위 : 96 Tests/Kit | 보관조건: -20℃

제 조 원 : ○○○(주) / 소재지 | 체외진단용(IVD) 기호, 사용설명서 참조 기호

Lot 번호 : PCR-C19-261027-01

사용기한 : 2027-10-26 | 제조일자 : 2026-10-27

(01)08801234567893(11)261027(17)271026(10)PCR-C19-261027-01

[GS1-128 / GS1 DataMatrix Barcode]

5.2 상태 관리 절차 (Status Management Procedure)

[여기에 입력]

제품, 원자재 및 데이터가 "현재 어느 검사/공정 단계에 있는가(WHAT STATE IT IS IN)"를 통제하고 미검증 제품의 유출을 방지하기 위한 관리 표준

5.2.1 모니터링 및 측정 상태 식별 매트릭스

모든 원자재, 반제품, 완제품, 검체 분석 데이터 및 반품 의료기기는 품질 검사 상태에 따라 아래 6 가지 표준 상태로 구분되며, 물리적 색상 라벨과 전산 시스템(LIMS/ERP) 상태 코드가 실시간으로 1:1 동기화되어 관리된다.

품질 상태 구분	물리적 라벨 색상 / 표시	전산(LIMS/ERP) 상태 코드	적용 대상 및 구체적 조치 지침
검사대기 (Pending)	황색 (Yellow) 라벨	STATUS_PENDING	입고 직후 원자재, 조제 직후 QC 전 반제품, 분석 미완료 데이터. ➔ 검사대기 구역 보관, 전산상 사용/출고 차단.
검사중 (In-Test)	청색 (Blue) 라벨	STATUS_IN_PROGRESS	IQC/공정검사 진행 중, PCR 장비 반응 진행 및 데이터 해석 단계. ➔ 해당 검사구역 배치, 진행 상태 전산 업데이트.
합격 (Passed)	녹색 (Green) 라벨	STATUS_APPROVED	제품별 QC 규격서 기준(Control Ct 범위, NTC 음성 등)을 충족한 원자재/완제품 및 승인 데이터. ➔ 합격 창고 이동, 제조 투입 허용 (완제품은 5.2.4 의 QA 출고 승인 후 출고).
부적합 (Rejected)	적색 (Red) 라벨	STATUS_REJECTED	QC 미달 제품/원자재, 데이터 이상 (대조군 미증폭, 오염 발생 등). ➔ 적색 부적합 라벨 부착, 보관조건(예: -20℃)을 유지하는 부적합 격리 구역으로 이동 후 5.2.7 에 따라 판정·처분(폐기·재작업·재시험·공급사 반품·특채 등).

[여기에 입력]

품질 상태 구분	물리적 라벨 색상 / 표시	전산(LIMS/ERP) 상태 코드	적용 대상 및 구체적 조치 지침
특채 (Concession)	주황색 (Orange) 라벨	STATUS_CONCESSION	QA 승인 및 특채 심의(Concession) 통과 자재/제품. ➔ 주황색 라벨 부착, 지정된 범위 내 제한적 사용/출고.
반품 격리 (Returned-Quarantine)	적색 (Red) '반품 격리' 라벨	STATUS_RETURNED_QUARANTINE	고객·유통업체로부터 수령된 반품 키트. ➔ 반품 전용 격리 보관고 이동, 정상 재고 합산 차단 (5.2.5 참조).

5.2.2 원자재 입고 검사(IQC) 상태 관리 및 전환

1. 입고 및 대기 : 자재 입고 즉시 자재관리자는 입고 식별 라벨과 함께 황색 검사대기 상태 라벨(STATUS_PENDING)을 부착하고 입고 대기 구역(-20℃ 대기 보관고)에 입고한다.
2. 검사 수행 및 합격 판정 : QC 팀은 입고 검사 수행 중 청색(STATUS_IN_PROGRESS) 상태를 적용하며, 검사 합격 시 기존 황색 상태 라벨을 제거(무효 처리)하고 녹색 합격 (Passed) 라벨을 부착하되 품목·Lot 를 나타내는 입고 식별 라벨은 유지하며, LIMS/ERP 상 STATUS_APPROVED 로 전환하여 자재 출고 및 제조 투입을 허용한다.
3. 부적합 판정 및 처리 : 입고 검사 불합격 시 황색 라벨을 제거하고 적색 부적합 라벨(STATUS_REJECTED)을 부착하며, 해당 자재를 부적합 격리 구역으로 이동한 후 5.2.7 및 QC-P-03(부적합품 관리 절차서)에 따라 처리한다.

5.2.3 PCR 검체 분석 데이터 QC 판정 및 전산 연동

데이터 분석 및 판정 기준 : QC 분석관은 PCR 결과 판정 시 다음 검증 기준을 필수적으로 평가한다.

Positive Control : 지정된 Target 및 Internal Control 채널에서 정상 증폭 곡선 및 제품별 QC 규격서에 정의된 기준 Ct 값(예: Ct ≤ 32) 충족 여부.

Negative Control (NTC) : 모든 채널에서 증폭 시그널 미발생(No Ct)으로 오염 부재 확인.

Internal Control (IC) : 검체/시약 반응의 유효성을 증명하는 내부분석통제 Ct 값(제품별 QC 규격서 기준, 예: Ct ≤ 30) 충족 여부.

CoA(시험성적서) 서명 및 전산 상태 전환 : QC 분석관 및 QC 팀장이 QC 시험성적서(CoA)에 최종 승인 서명함과 동시에 LIMS 에 시험 데이터의 STATUS_APPROVED 태그를 입력한다(완제품 Lot 의 출고 가능 상태 전환은 5.2.4 에 따른 QA 출고 승인 후에만 수행한다). 데이터 판정 결과가 부적합인 경우 즉시 STATUS_REJECTED 로 지정하고 원인 조사를 착수한다.

5.2.4 완제품 출고 승인 연동 (Interlock)

1. 물리적·전산적 이중 출고 차단 : 완제품 포장이 완료되더라도 QC 성적서 승인 및 QA 팀장의 최종 출고 승인(Release Approval)이 ERP 시스템에 입력되기 전까지 완제품은 STATUS_PENDING(황색 구역 보관) 상태를 유지한다.
2. ERP Interlock 작동 : ERP 시스템은 STATUS_APPROVED 또는 STATUS_CONCESSION(5.2.6 의 승인 조건 범위 내) 상태 태그가 없는 배치(Lot)에 대해 출하지시서(Shipping Order) 작성 및 바코드 출하 스캔을 자동 차단한다.

5.2.5 반품 의료기기 식별 및 격리 관리

반품 접수 및 식별 : 고객 또는 유통업체로부터 수령된 모든 반품 키트는 접수 즉시 제품 외부에 적색의 '반품 격리 라벨 (Returned Product - Quarantine)'을 부착한다.

- 라벨 표기 항목: 반품 접수번호, 품목명, Lot 번호, 수량, 반품 사유, 접수일자.

물리적 및 시스템적 격리 :

- 전산상 상태 코드를 STATUS_RETURNED_QUARANTINE 으로 지정하여 정상 재고와 전산 합산을 차단한다.
- 반품 제품은 적합 완제품 보관소와 물리적으로 완전히 격리된 '반품 전용 격리 보관고 (-20℃ Quarantine Freezer)'로 즉시 이동시켜 보관한다.

원인 조사 및 처리 : QA 팀은 콜드체인 이탈 여부, 용기 파손, 사용기한 및 품질 이상 여부를 조사한 후, 폐기 또는 재입고/특채 여부를 판정하며, 재입고는 콜드체인 유지 등 품질이 입증된 경우에 한한다. 반품 사유가 제품 결함·성능 이상 등 불만(Complaint)에 해당하는 경우 불만처리 절차에 따라 접수하고 규제기관 보고 필요 여부를 검토한다.

5.2.6 특채 (Concession) 심의 및 승인 절차

특채 심의 대상 및 발의 :

- 입고 원자재, 공정 재공품 또는 완제품 중 규격상 경미한 이탈이 발생하였으나, 제품의 안전성, 유효성 및 PCR 진단 정확도에 영향이 없다고 판단되는 경우, 해당 부서장(자재/생산/QC)은 '특채 승인 신청서'를 작성하여 QA 팀에 제출한다.

- 특채 불가 항목 : 허가(인증)된 성능·규격 사항, 표시사항(UDI 포함), 사용기한 초과 등 허가 사항 또는 법규 요구사항을 벗어나는 이탈은 특채 대상에서 제외하며, 이 경우 변경허가(인증) 필요 여부를 검토한다.

특채 심의 기구 (MRB, Material Review Board) 구성 및 위험평가 :

심의 위원 : 품질책임자(위원장), QC 팀장, 생산팀장, R&D 팀장.

위험평가 (Risk Assessment) : ISO 14971 규격에 따라 해당 경미 이탈 사항이 PCR 시약의 핵산(유전자) 증폭 감도, 특이도, 융해곡선 시그널, 사용기한 및 용기 밀폐성에 미치는 위험도를 정밀 평가한다.

특채 승인 조건 및 라벨 전환 :

- MRB 전원 합의 및 품질책임자의 최종 서면 승인이 완료된 경우에 한하여 특채가 성립된다.
- 자재/제품 외부에 주황색의 '특채 승인 라벨 (Concession Approved Label)'을 추가 부착하며, 라벨에는 특채 승인 번호, 제한적 사용 조건, 승인 일자 및 QA 승인자(서명)가 명시된다.
- LIMS/ERP 전산상 상태 코드를 STATUS_CONCESSION 으로 변경하여 사전 정의된 조건 범위(특정 Lot 한정 제조 투입 또는 특정 고객사 한정 출하) 내에서 전산 출하 차단을 해제한다.

특채 이력 관리 및 고객 서면 승인 :

- 특채 적용 이력은 제조배치기록서(BPR) 및 제조이력기록서(DHR)에 승인서 복사본과 함께 영구 첨부된다.
- 계약상 사전 승인이 필요한 주문 제작형 PCR 키트의 경우, 출고 전 고객사의 서면 동의서를 반드시 수령하여 첨부한다.

5.2.7 부적합 판정 및 처리 절차 (Nonconformity Determination & Disposition)

부적합 판정 기준 : 다음 중 하나에 해당하는 원자재, 반제품, 완제품, 분석 데이터 및 반품 제품은 부적합으로 판정한다.

- 입고검사, 공정검사, 완제품 QC 결과가 규격 또는 판정 기준을 벗어난 경우(대조군 미증폭, NTC 오염, Control Ct 범위 이탈 등).
- 식별 정보(Lot 번호, 라벨)가 훼손·소실되었거나 상태 식별이 누락·불일치하는 경우.
- 보관·운송 조건 이탈(콜드체인 이탈 등), 용기·포장 파손, 사용기한 초과.
- UDI 바코드 판독 불가(Grade B 미만) 또는 표시 정보와 기록이 일치하지 않는 경우.
- 원본 확인이 불가능하거나 데이터 완전성 요건을 위반한 PCR 분석 데이터.
- 반품 또는 불만 조사에서 품질 이상이 확인된 경우.

발견 및 즉시 조치 : 발견자는 즉시 해당 작업을 중단하고 대상에 적색 부적합 라벨을 부착하며, LIMS/ERP 상태를 STATUS_REJECTED 로 전환하고 부적합 격리 구역으로 이동시킨다. 이후 부적합 보고서(NCR)를 작성하여 지체 없이 QA 팀에 보고한다.

영향 범위 조사 : QA 팀은 Lot 매핑 대장, BPR 및 DHR 을 활용하여 동일 Lot, 동일 원자재 Lot, 동일 장비·공정 기간에 생산된 다른 Lot 와 이미 출고된 제품까지 영향 범위를 확인한다.

판정 및 처분 : 품질책임자가 부적합 여부를 최종 확정하고 다음 중 처분 방법을 결정한다. 처분 결정 전까지 대상은 격리 상태를 유지한다.

- 폐기(Scrap) : 폐기 승인 후 라벨·수량을 확인하여 폐기하며, 식별 정보(UDI 포함)가 판독되지 않도록 처리하여 의도치 않은 재유통을 방지한다. 폐기물은 관련 법규 및 사업장 폐기물 규정에 따라 처리한다.
- 재작업(Rework) : 사전 승인된 재작업 절차에 따라서만 수행하며, 재작업 후 원래 규격으로 재검증하고 제품에 미치는 부정적 영향을 평가한다. 재작업 이력은 BPR/DHR 에 기록한다.
- 재시험(Retest) : 장비 이상, 분석 오류 등 시험 자체의 오류가 입증된 경우에 한하여 수행한다. 원본 데이터는 삭제하지 않고 보존하며, 재시험 사유와 결과를 기록한다. 부적합 결과를 번복할 목적의 반복 시험은 금지한다.
- 공급사 반품 : 부적합 원자재는 공급사에 반품하고 시정조치를 요구한다.
- 특채(Concession) : 5.2.6 의 심의 및 승인 절차를 따른다.

출고 후 부적합 발견 : 이미 출고된 제품에서 부적합이 확인된 경우 품질책임자는 출하처를 추적하고 영향을 평가하여 회수 또는 권고문(Advisory Notice) 발행 여부를 결정하며, 관련 법규에 따른 규제기관 보고 필요 여부를 검토한다.

원인 조사 및 시정·예방조치 : QA 팀은 부적합의 원인을 조사하고, 필요 시 시정·예방조치(CAPA)를 개시하여 재발을 방지한다. 위험평가(ISO 14971) 결과가 영향을 받는 경우 이를 갱신한다.

격리 해제 : STATUS_REJECTED 의 해제는 처분이 완료되고 품질책임자가 서면 승인한 경우에 한한다. 재작업 후 재검사에 합격한 경우에는 STATUS_APPROVED 로 전환한다.

기록 : 부적합 보고서, 판정·처분 승인 기록(승인자 포함), 재작업·재시험·폐기 기록은 BPR/DHR 에 첨부하고 6 장에 따라 보존한다.

5.3 추적성 관리 절차 및 검증

당사는 추적성에 대한 절차를 문서화하며, 이 절차는 적용되는 규제 요구사항에 따른 추적성의 범위와 유지해야 할 기록을 규정한다(ISO 13485:2016 7.5.9.1, 기록은 4.2.5 기록관리 연계).

5.3.1 추적성의 범위

추적성의 범위는 제품의 특성, 위험도 및 적용되는 규제 요구사항에서 요구하는 사항을 고려하여 정한다. 관련 법규가 개정되면 품질책임자가 아래 범위와 기록 항목을 재검토하고 필요 시 개정한다.

추적 구분	추적 대상과 범위	확인하는 식별 정보	근거 기록
원부자재 추적(후방)	완제품 제조번호 → 사용한 반제품 제조번호 → 원부자재의 공급자, 공급자 Lot, 입고일, 입고검사	완제품·반제품 제조번호, 공급자 Lot	제조 Lot 및 검체분석데이터 추적관리 기록서(B), 입출고 대장,

	결과		입고검사 기록
제조 공정 추적	제조일, 제조 장소(작업 구역), 작업자, 사용 장비와 교정 상태, 제조 환경조건	제조기록서 번호, 장비 관리번호	제조기록서, 제조 Lot 및 검체분석데이터 추적관리 기록서(C)
검체분석데이터 추적	출하판정·성능평가 검체분석 → 분석 조건(장비, 시약 Lot, 프로토콜 버전) → 원자료와 판정 결과	검체 식별번호, 원자료 식별자(파일명, Run ID)	제조 Lot 및 검체분석데이터 추적관리 기록서(D), 분석 원자료
출하·유통 추적(전방)	완제품 제조번호 → 출하일, 수량, 출하처 명칭·주소, 유통경로(직납 또는 유통업체), 최종 공급처	완제품 제조번호, UDI(해당 시), 인수증 번호	완제품 출하 및 유통 추적관리대장
상태·반품 추적	입고부터 출하까지 상태 변경 이력, 부적합품·반품품의 격리와 처리	제조번호, 상태 표지	제품 식별 및 상태관리 기록서

추적의 단위, 깊이, 기간

- 추적 단위: 제조번호(Lot) 단위로 추적한다. 한 Lot 안의 개별 키트는 동일한 제조번호 라벨로 식별한다.
- 추적 깊이: 후방은 원부자재의 공급자 Lot 까지, 전방은 최종 공급처까지, 데이터는 분석 원자료까지 확인할 수 있어야 한다.
- 유통업체를 거친 경우: 유통업체가 보유한 공급처 기록으로 최종 공급처를 확인한다(5.3.6).
- 추적 가능 기간: 6. 기록관리절차에서 정한 보존기간 동안 추적할 수 있어야 한다.

5.3.2 제조번호 부여 방법

제조번호는 반제품과 완제품의 제조 이력을 추적하는 기준이다. 원부자재는 공급자가 부착한 Lot 번호를 사용하고(5.3.3), 반제품과 완제품에는 아래 방법으로 제조번호를 부여한다. 형식은 예시이며 회사 체계에 맞게 품질책임자가 확정한다.

완제품 제조번호의 구성

구성 요소	자릿수	의미	예시
제품코드	영문·숫자 2~4 자	제품(품목)을 구분하는 코드. 제품 목록에서 지정한다.	PCR1
제조일	6 자리(YYMMDD)	제조(혼합) 개시일	261028
일련번호	2 자리	같은 날 동일 제품의 제조 순서	01

제조번호 PCR1-261028-01 은 PCR1 제품을 2026 년 10 월 28 일에 첫 번째로 제조한 Lot 를 뜻한다.

제조번호 부여 규칙

1. 제조 지시 시점에 제조부서가 제조번호 대장에서 다음 순번을 부여하고, 품질책임자가 승인한다.
2. 동일한 조건에서 동일한 원부자재 Lot 조합으로 한 번에 제조한 제품을 1개 Lot로 한다. 원부자재 Lot나 제조 조건이 달라지면 새 제조번호를 부여한다.
3. 같은 날 동일 제품을 2회 이상 제조하면 일련번호를 01, 02, 03 순으로 올린다.
4. 한 번 부여한 제조번호는 재사용하지 않는다. 제조를 취소하면 대장에 취소 사유를 기록하고 결번으로 관리한다.
5. 부여한 제조번호는 제조기록서, 라벨, 출하 기록, 검체분석데이터 파일명에 동일하게 사용한다.
6. 재작업이나 재포장을 하는 경우 원 제조번호를 유지하고 재작업 표시(예: -R1)를 덧붙이며, 품질책임자의 승인을 받는다.

제조번호 대장 기재 항목

- 제조번호, 부여일, 제품명·형명, 제조 수량, 제조 지시자, 제조기록서 번호, 승인(품질책임자), 비고(취소, 재작업 표시)

제조번호의 표시와 사용

- 부여한 제조번호는 반제품 식별표, 완제품 라벨(내포장, 외포장, 구성품 튜브), 제조기록서, 출하 기록, 검체분석 원자료 파일명에 동일하게 표시한다.
- 사용기한은 품질책임자가 정한 산정 기준에 따라 제조번호의 제조일부터 계산하며, 제조번호와 사용기한의 관계를 제조기록서에 기록한다.
- 제조번호를 잘못 부여하거나 표시한 것이 확인되면 해당 라벨과 식별표를 회수하여 폐기하고, 대장에 사유를 기록한 후 시정 및 예방조치 절차에 따라 조치한다.

5.3.3 단계별 추적 관리 방법

원부자재, 반제품, 완제품은 아래 방법으로 식별하고 기록하여, 완제품 제조번호에서 원부자재의 공급자 Lot까지, 그리고 완제품 제조번호에서 출하처까지 끊김 없이 연결되도록 관리한다.

1. 원부자재의 추적 관리

- 원부자재는 공급자가 부착한 식별 표시(제품명, 규격, 공급자 Lot 번호, 사용기한 등)에 따라 관리하며, 입출고 대장에 기록하여 관리·유지한다.
- 입고 시 구매·자재 담당은 공급자의 식별 표시, 발주 내용, 수량, 포장 상태를 확인하고, 입출고 대장에 입고일, 자재명, 공급자, 공급자 Lot, 수량, 사용기한, 보관 위치, 입고검사 기록번호를 기록한다.
- 입고검사 전 자재는 검사 대기 표지로 구분하고, 합격 후 적합 표지로 바꾼다.

- 공급자의 식별 표시가 없거나 훼손되어 확인할 수 없는 자재는 사용하지 않고 부적합으로 처리한다. 공급자의 식별 표시를 임의로 제거하거나 가리지 않는다.
- 출고(사용) 시 출고일, 사용한 제조번호, 출고량, 잔량을 입출고 대장에 기록하여 원부자재가 어느 제조번호에 사용되었는지 확인할 수 있게 한다.
- 제조부서는 사용한 원부자재의 공급자 Lot 를 제조기록서와 제조 Lot 및 검체분석데이터 추적관리 기록서(B)에 기록한다.
- 선입선출을 원칙으로 하며, 사용기한이 지난 자재는 사용하지 않는다.
- 입출고 대장은 6. 기록관리절차에서 정한 기간 동안 유지한다.

2. 반제품의 추적 관리

- 생산·가공 중인 반제품은 식별표를 부착하여 식별되도록 한다.
- 식별표에는 반제품명, 제조번호, 제조일자, 수량, 공정 단계, 상태(검사 대기, 적합, 부적합), 작업자를 기재한다.
- 공정 간 이동이나 보관 중에도 식별표를 유지한다. 용기를 바꿀 때는 식별표를 옮겨 부착하거나 같은 제조번호로 새로 발행하고, 교체 사실을 제조기록서에 기록한다.
- 제조부서는 완제품 제조기록서와 제조 Lot 및 검체분석데이터 추적관리 기록서(B)에 사용한 반제품의 제조번호를 기록하여 완제품과 반제품을 연결한다.
- 식별표가 훼손되거나 분실되어 식별할 수 없는 반제품은 사용하지 않고 품질책임자에게 보고하여 부적합으로 처리한다.
- 공정 중 검사에서 부적합으로 판정된 반제품은 부적합 표지를 부착하고 격리한다**.**

3. 완제품의 추적 관리

- 최종검사에 합격한 제품은 제품명, 형명, 제조번호, 제조일자를 표시하여 지정된 보관 장소로 이동한다.
- 최종검사 합격 전 제품은 검사 대기 상태로 구분하여 보관하며, 이동하거나 출하하지 않는다.
- 표시 내용이 제조기록과 최종검사 기록에 일치하는지 확인하고 제품 식별 및 상태관리 기록서에 기록한다.
- 합격 표시를 한 제품도 품질책임자의 출하판정을 받은 후에 출하하며, 출하 시 완제품 출하 및 유통 추적관리대장에 제조번호, 수량, 출하처를 기록한다.

※ 계 간 연결 방법

연결 대상	연결 고리	근거 기록
완제품 ↔ 반제품	완제품 제조기록서에 기재한 반제품 제조번호	제조기록서, 제조 Lot 및 검체분석데이터 추적관리

		기록서(B)
반제품 ↔ 원부자재	입출고 대장의 사용한 제조번호와 제조기록서의 공급자 Lot	입출고 대장, 제조 Lot 및 검체분석데이터 추적관리 기록서(B)
완제품 ↔ 검체분석데이터	원자료 파일명에 포함한 제조번호, 원자료 식별자	제조 Lot 및 검체분석데이터 추적관리 기록서(D)
완제품 ↔ 출하처	출하 시 기재한 제조번호	완제품 출하 및 유통 추적관리대장

5.3.4 추적성 기록 항목(유지해야 할 기록)

1. 재: 명칭, 공급자, 공급자 Lot, 입고검사 기록번호, 입출고 대장의 입고·출고(사용한 제조번호)·잔량 기록. 반제품: 식별표의 제조번호, 제조일자, 공정 단계, 상태
2. 제조: 제조 Lot, 제조일, 사용기한, 제조량, 제조기록서 번호, 주요 장비와 교정 유효기한
3. 제조 환경: 제품의 안전성과 성능에 영향을 줄 수 있는 환경조건(온습도, 작업 구역, 오염 방지 조치)
4. 출하와 유통: 출하일, 완제품 Lot, 수량, 출하처 명칭과 주소, 유통경로, 인수 확인
5. 검체분석데이터: 분석일, 분석자, 장비, 시약 Lot, 프로토콜 버전, 검체 식별번호, 원자료 식별자, 결과와 판정

5.3.5 검체분석데이터 결과의 추적 절차

1. 분석 담당자는 분석 전에 대상 완제품 Lot 번호와 검체 식별번호를 확인한다.
2. 분석 시 사용한 장비, 시약 Lot, 프로토콜 버전, 분석일, 분석자를 기록한다.
3. 장비에서 생성된 원자료는 해당 완제품 제조번호 및 검체 식별번호와 연결하여 저장한다. 원자료는 무단 변경 및 삭제로부터 보호하고, 변경이 필요한 경우 원본을 보존하며 변경 사유, 변경자 및 변경일을 기록한다.
4. 분석 담당자는 제조 Lot 및 검체분석데이터 추적관리 기록서에 원자료 식별자, 관 위치, 결과, 판정을 기록한다.
5. 분석 결과를 정정할 때는 기존 기록을 남기고 정정 사유, 정정자, 일자를 기록하며 품질책임자가 승인한다.
6. 품질책임자는 분석 데이터와 제조기록을 검토한 후 출하판정을 한다.

5.3.6 출하와 유통 기록

1. 물류 담당은 출하 시마다 완제품 출하 및 유통 추적관리대장에 출하처의 명칭과 주소를 포함한 필수 항목을 기록한다.

2. 업체를 통해 공급하는 경우, 유통업체가 유통 기록을 유지하고 당사 요청 시 제출하거나 점검에 열람할 수 있도록 계약서 또는 품질협약서에 명시한다.
3. 직접 출하와 유통업체 경유 출하 모두 최종 공급처까지 확인할 수 있어야 한다.

5.3.7 추적성 검증(모의 추적)

1. 임자는 연 1 회 이상 완제품 Lot 1 건 이상을 임의로 선정하여 후방 추적(원부자재까지), 전방 추적(최종 공급처까지), 데이터 추적(검체분석 원자료까지)을 모두 수행한다.
2. 항목이 기록으로 확인되어야 적합으로 판정하며, 소요시간과 누락 항목을 기록한다. 목표 소요시간은 품질책임자가 정한다.
3. 기준은 추적성 검증 기준서에 정하며 기준을 만족하지 못하면 시정 및 예방조치 절차에 따라 조치한다.

5.3.8 부적합 및 회수 시 추적 조치

1. 부적합 또는 제품의 안전성·성능 문제가 확인되면 품질책임자는 해당 완제품 제조번호, 반제품 제조번호 및 원부자재의 공급자 Lot 를 확인하여 영향받는 제품의 범위를 식별하고 그 결과를 기록한다. 원인이 원부자재로 확인되면 동일한 공급자 Lot 를 사용한 다른 제조번호도 추적하여 영향 범위에 포함한다.

2. 완제품 출하 및 유통 추적관리대장을 통해 해당 제조번호의 출하처, 출하 수량 및 유통경로를 확인한다. 사내 재고와 유통 중인 제품의 수량을 파악한다.

3. 품질책임자는 조사 결과와 관련 규제 요구사항에 따라 회수 또는 출하처 통보의 필요성을 검토하고, 필요한 경우 회수 및 권고사항 관리 절차서에 따라 조치한다. 법규에 보고 의무가 있으면 정해진 기한 내에 관계 기관에 보고한다.

4. 회수된 제품은 제조번호와 수량을 확인하고 반품 표지를 부착하여 적합 제품과 구분하여 반품품 격리 구역에 보관한다. 제품 식별 및 상태관리 기록서에 회수 내역과 처리 결과를 기록한다.

5. 회수 대상, 회수 수량, 조치 완료일 및 처리 결과를 기록한다. 원인 조사와 재발 방지가 필요한 경우 시정 및 예방조치 절차에 따라 후속 조치를 수행한다.

6. 기록관리절차

이 절차서 5 장(식별·상태·추적성 관리)에 따라 작성하는 기록을 ISO 13485:2016 4.2.5 에 따라 식별하고, 보관하고, 보호하고, 찾아볼 수 있게 하며, 얼마나 오래 보존하고 어떻게 폐기하는지 정한다.

6.1 전자문서 관리와 기록 작성

담당	품질책임자 (총괄) / 각 기록 작성자
시기	문서와 기록을 만들거나 고칠 때
기록	QC-F-01~F-09, 제조번호 대장, 입출고 대장, 부적합 보고서, 개정이력

1. 5 장의 기록(QC-F-01~F-09, 제조번호 대장, 입출고 대장, 부적합 보고서 등)은 LIMS/ERP 또는 전자문서를 원본으로 관리한다. 서면으로 서명한 기록(CoA, 특채 승인서 등)은 스캔하여 전자 보관하고 서면 원본도 지정된 장소에 보관한다. 종이로 출력한 문서는 비관리본이며, 업무에 쓰기 전에 최신본인지 확인한다.
2. 전자문서는 회사가 지정한 저장 위치(LIMS/ERP, 문서 서버)에만 보관한다. 개인 PC 나 USB, 개인 메신저에는 원본을 보관하지 않는다.
3. 승인이 끝난 문서는 수정할 수 없는 형식(PDF 등)으로 저장한다. 문서를 고칠 때는 개정이력에 개정번호, 시행일자, 개정사유를 적고, 이전 버전은 삭제하지 않고 보존기간 동안 따로 보관한다.
4. 기록은 읽을 수 있고 식별할 수 있게 사실대로 바로 작성한다. 모든 기록에는 제조번호(Lot)를 적어, 제조번호 하나로 QC-F-01~F-03, 제조기록서, 분석 원자료, CoA 를 함께 찾아볼 수 있게 한다.
5. 이미 승인된 기록을 정정할 때는 원래 내용을 지우지 않고 정정자, 정정일, 정정 사유를 남긴다. 분석 결과의 정정은 품질책임자가 승인한다(5.3.5).
6. 저장 위치의 쓰기·수정 권한은 4.2 의 기록별 작성자에게만 주고, 그 밖의 직원은 열람만 할 수 있게 한다. LIMS/ERP 상태 코드(STATUS_*)와 분석 원자료를 바꾸면 변경자, 변경일, 사유가 이력으로 남게 한다. 품질책임자가 권한 부여와 변경 내역을 관리한다.
7. 저장 위치는 정기적으로 백업하고, 백업본에서도 파일이 열리는지 연 1 회 확인한다.

6.2 보존기간

담당	품질책임자
시기	기록을 보관할 때
기록	아래 보존기간 표

1. 기록의 보존기간은 아래 표를 따른다. 보존기간을 세는 시작일은 기록이 종결된 날이며, Lot 별 기록은 해당 Lot 의 사용기한 만료일부터 센다. 따라서 제품의 사용기한 동안과 출하 후 최소 2 년(ISO 13485 4.2.5)을 모두 충족한다.
2. 이 표의 기간보다 더 긴 기간을 법령이나 허가 조건에서 요구하면 더 긴 기간을 따른다.
3. 회수, 이상사례, 고객불만, 부적합 조사, 시정·예방조치, 식약처 점검 등이 진행 중인 기록은 보존기간이 지나도 처리가 끝날 때까지 폐기하지 않는다.

기록	보존기간	시작일
이 절차서 (현재본과 개정 전 문서)	5 년	폐지 또는 개정 시행일
제조번호 대장, 제조 Lot 및 검체분석데이터 추적관리 기록서 (QC-F-02), BPR/DHR (QC-F-06)	5 년	Lot 사용기한 만료일
제품 식별 및 상태관리 기록서 (QC-F-03)	5 년	Lot 사용기한 만료일
완제품 출하 및 유통 추적관리대장 (QC-F-01)	5 년	Lot 사용기한 만료일
PCR 검체 분석 데이터 파일 (QC-F-07), 분석 로그 및 QC 시험성적서(CoA) (QC-F-08)	5 년	Lot 사용기한 만료일
원자재 입고검사 성적서 및 Lot 매핑 대장 (QC-F-05), 입출고 대장 (QC-P-02)	5 년	해당 원부자재를 사용한 마지막 완제품 Lot 의 사용기한 만료일
UDI 바코드 검증 기록, 라벨 원본 (QC-F-09)	5 년	Lot 사용기한 만료일 (라벨 원본은 사용 종료일)
부적합 보고서, 판정·처분 승인 기록, 특채 승인 신청서·심의 승인서, 반품 접수·격리 보고서 (QC-F-09)	5 년	관련 Lot 사용기한 만료일 (회수·시정조치 관련은 종결일)
추적성 검증 기준서 (QC-F-04) 및 모의 추적 결과	5 년	작성일 (기준서는 폐지 또는 개정 시행일)
문서·기록 폐기 대장	5 년	작성일

6.3 폐기

담당	QA 담당자 (작성) / 해당 기록 부서장 (검토) / 품질책임자 (승인)
시기	연 1 회, 매년 정해진 달에
기록	문서·기록 폐기 대장

1. QA 담당자는 보존기간이 지난 문서와 기록의 목록을 만들어 문서·기록 폐기 대장에 적는다.
2. 폐기 전에 진행 중인 회수, 부적합 조사, 시정·예방조치, 불만, 점검, 추적성 검증에 필요한 기록이 없는지 확인한다.
3. 해당 기록 부서장이 목록을 검토하고, 품질책임자가 폐기를 승인한다.
4. 승인을 받은 뒤 전자파일을 복구할 수 없게 삭제하고, 백업본의 같은 파일도 함께 삭제한다. 서면 원본과 라벨 원본은 UDI 를 포함한 식별 정보를 알아볼 수 없게 폐기한다(5.2.7).
5. 폐기한 날짜, 폐기한 사람, 폐기한 문서와 기록의 이름을 문서·기록 폐기 대장에 기록한다.

6.4 열람과 제출

담당	품질책임자
시기	사내 열람 요청이나 외부 제출 요구가 있을 때
기록	-

1. 사내 직원이 기록을 열람하려면 품질책임자에게 요청한다. 원본 파일은 반출하거나 고치지 않고, 필요하면 사본을 제공한다.
2. 식약처 점검이나 외부 심사에서 제출을 요구하면 품질책임자가 승인된 최신본과 해당 기록을 제출한다. 제조번호를 기준으로 후방(원부자재), 전방(출하처), 분석 데이터 추적 기록을 5.3.7 의 모의 추적과 같은 방법으로 바로 찾아 제출할 수 있어야 한다.
3. 유통업체가 보유한 유통 기록은 5.3.6 에서 정한 계약서 또는 품질협약서에 따라 당사 요청 시 제출받는다.

7. 관련 문서 및 기록

7.1 관련 문서

문서명	문서번호	관리부서
교육훈련 절차서	QC-G-01	품질부서
문서관리 절차서	QC-G-02	품질부서
기록관리 절차서	QC-G-03	품질부서
제조공정 관리 절차서	QC-G-04	생산팀
구매 및 공급자 관리 절차서	QC-P-01	구매·자재팀
입출고 대장(원부자재 입출고 관리	QC-P-02	자재팀

기록)		
부적합품 관리 절차서	QC-P-03	품질부서
시정 및 예방조치 절차서	QC-P-04	품질부서
출하 및 유통 관리 절차서	QC-P-05	영업·물류팀
회수 및 권고사항 관리 절차서	QC-P-06	품질부서
QC 규격서	QC-P-07	품질부서

7.2 관련 기록

양식명	양식번호	관리부서
완제품 출하 및 유통 추적관리대장	QC-F-01	품질부서
제조 Lot 및 검체분석데이터 추적관리 기록서	QC-F-02	품질부서
제품 식별 및 상태관리 기록서	QC-F-03	품질부서
추적성 검증 기준서	QC-F-04	품질부서
원자재 입고 검사 성적서(IQC CoA) 및 당사/공급사 Lot 매핑 대장	QC-F-05	품질부서
제조배치기록서(BPR) 및 제조이력기록서(DHR) 내 원자재 투입 및 공정 라벨 기록	QC-F-06	품질부서
PCR 검체 분석 데이터 파일(Raw Data, Run File)	QC-F-07	별도 결재 없이 QC-F-02 검토 시 확인
분석 로그 및 QC 시험성적서(CoA)	QC-F-08	품질부서
UDI 바코드 검증 기록 및	QC-F-09	품질부서
반품 접수/격리 보고서	QC-F-11	품질부서
특채(Concession) 심의 승인서	QC-F-11	품질부서

관련 문서와 기록은 문서관리 절차서 및 기록관리 절차서에 따라 식별, 검토, 승인, 보관 및 관리한다.