

A: Dra. Giovana Colodro
RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR EMERGENCIA (RPCDE)

De: Ing. Danna Inez Molina Peña
RESPONSABLE DE EVALUACIÓN

Referencia: **INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR EMERGENCIA N° CDE/B/2021-009 “ADQUISICION DE LAMPARA CIALITICA PORTATIL PARA EL HOSPITAL DEL NORTE (COVID-19)”**

Fecha: Cochabamba, 9 de marzo de 2021

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. Antecedentes del Proceso de Contratación


Presentada la solicitud de inicio de proceso de contratación Por emergencia para la **ADQUISICION DE LAMPARA CIALITICA PORTATIL PARA EL HOSPITAL DEL NORTE (COVID-19)**, la Dirección de Segundo Nivel dependiente de la Secretaria de Salud, responsable de realizar de llevar adelante todos los actos administrativos relativos a procesos de contratación del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, previa autorización de inicio del proceso de contratación por parte del **Responsable de Proceso de Contratación Por Emergencia (RPCDE)**, habiéndose establecido los siguientes condiciones:

Forma de adjudicación:	Por el Total
Precio referencial:	Bs. 73.500,00 (Setenta y tres mil quinientos 00/100 BOLIVIANOS)
Organismo financiador:	COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
% de financiamiento:	100%

El **Responsable de Proceso de Contratación Por Emergencia (RPCDE)**, en uso de las atribuciones conferidas por la Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y normas conexas, designo a **la Ing. Danna Inez Molina Peña**, como **Responsable de Evaluación**, mediante Memorándum RPCDE 09/2021 **del** 9 de marzo de 2021.

Como resulta de la evaluación de las propuestas presentadas por los Proponentes, se emite el presente informe.

1.2. Objetivo del Informe



Evaluar si las propuestas cumplen con las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas, con base a los resultados obtenidos del portal de bienes y servicios requeridos por el GAMC, y de corresponder, recomendar la adjudicación del presente proceso de contratación.

2. EVALUACION DE LA PROPUESTA

2.1. Proponente Interesado

Como resultado de los proponentes presentados en el portal de bienes y servicios requeridos por el GAMC, presentándose el proponente IMPORTADORA TAMIVA. Representado legalmente por la señora MIGUEL ANGEL TERRAZAS RIVAS con el precio más bajo.

2.2. Evaluación Técnica

Decepcionado la propuesta presentada en el portal de bienes y servicios requeridos por el GAMC por el proponente, se procedió a la evaluación el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, cuyo resultado se muestra a continuación:

Condición exigida en las Especificaciones Técnicas	Condiciones ofertadas por el Proponente	Valoración
LAMPARA CIALITICA PORTATIL Marca: especificar Modelo: especificar Año de Fabricación: El equipo debe ser de fabricación reciente, no mayor a 2 años. País de Fabricación: especificar <ul style="list-style-type: none"> ▪ Iluminancia central a 1m: 140000 lux ▪ Diámetro del campo iluminado mínimo: 150mm ▪ Profundidad de iluminación mínima: 1200mm ▪ Temperatura de color: 3000°K – 5000°K ▪ Índice de reproducción cromática mínimo: 95R ▪ Rotación del eje horizontal del brazo articulado: + 15° / - 45° ▪ Radio de acción mayor a: 2m ▪ Alimentación 220-240 VAC ▪ Frecuencia 50/60 Hz ▪ Vida útil de los LEDs: 50000h ▪ Luz fría ▪ Sistema de emergencia en caso de interrupción. ▪ Iluminación libre de sombras a la interposición de cuerpos. ▪ Sistema de control de temperatura de color. 	LAMPARA CIALITICA PORTATIL Marca: SISMATEC Modelo: 4LE Año de Fabricación: 2020 País de Fabricación: BRASIL <ul style="list-style-type: none"> ▪ Iluminancia central a 1m: 140000 lux ▪ Diámetro del campo iluminado mínimo: 150mm ▪ Profundidad de iluminación mínimo: 1330mm ▪ Temperatura de color: 3000°K – 5000°K ▪ Índice de reproducción cromática mínimo: 97R ▪ Rotación del eje horizontal del brazo articulado: + 15° / - 45° ▪ Radio de acción mayor a: 2.1 m ▪ Alimentación 220-240 VAC ▪ Frecuencia 50/60 Hz ▪ Vida útil de los LEDs: 50000h ▪ Luz fría ▪ Sistema de emergencia en caso de interrupción. ▪ Iluminación libre de sombras a la interposición de cuerpos. ▪ Sistema de control de temperatura de color. 	CUMPLE

[Firma manuscrita]

Como resultado de la valoración técnica **IMPORTADORA TAMIVA. Representado legalmente por la señora MIGUEL ANGEL TERRAZAS RIVAS**, Cumple con las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas.

2.3. Evaluación Económica

La **propuesta económica exigida** por el proponente, se encuentra dentro del precio referencial establecido para la presente convocatoria, conforme se muestra a continuación:

Precio referencial establecido	Propuesta económica exigida por el Proponente	Valoración
73.500,00	73.500,00 ✓	Igual al precio referencial
<i>total</i>	73.500,00 ✓	

3. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN


Como resultado de la evaluación de la propuesta, se **recomienda la adjudicación** del proceso de contratación de referencia, a **IMPORTADORA TAMIVA**. Representado legalmente por el señor **MIGUEL ANGEL TERRAZAS RIVAS**, toda vez que su propuesta **cumple** con las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas, y porque su propuesta económica no supera el precio referencial establecido, bajo las siguientes condiciones:

Categoría	Condiciones particulares aceptadas por las partes:
Monto total:	73.500,00
FORMA DE ADJUDICACION	POR EL TOTAL, PRECIO EVALUADO MAS BAJO
Garantía comercial	Garantía de 1 años por defectos de fabricación. La misma entrara en vigencia al momento de realizar la puesta en marcha y pruebas de funcionamiento con el personal tanto medico como técnico de la unidad solicitante. El proponente adjudicado deberá reemplazar las piezas que presenten fallos recurrentes en un plazo de 7 días calendario bajo un informe técnico.
Mantenimiento preventivo	El proponente adjudicado deberá presentar un cronograma de mantenimientos preventivos que cubra el periodo de garantía, junto con la entrega del bien.
Soporte técnico	El Proveedor deberá presentar una carta de compromiso de asistencia técnica en el que se compromete, a que en un tiempo menor a 24 Hrs a simple requerimiento durante el tiempo de garantía, se comprometa solucionar cualquier problema técnico, debiendo presentar a momento de la entrega del bien.
LUGAR DE ENTREGA	Lugar.- El bien requerido, deberá ser entregado en el hospital del Norte en coordinación con el responsable de almacenes de la secretaria municipal de salud, el costo que conlleve el transporte deberá ser asumido en su totalidad por el Proveedor.
PLAZO DE ENTREGA	El plazo de entrega del equipo solicitado en la presente contratación será de 15 días calendarios computables a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.



Categoría	Condiciones particulares aceptadas por las partes:
FORMA DE PAGO	Una vez efectuada la entrega del bien y recepcionado en almacenes de la Secretaría Municipal de Salud del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, se realizará el pago a favor del proveedor del monto establecido en la orden de compra, previa presentación del informe de conformidad sobre la recepción definitiva del bien, emitido por el responsable o comisión de recepción

Sin otro particular, saludo a usted, atentamente.


Ing. Dora I. Molina Peña
BIOMÉDICO - PROFESIONAL
SECRETARÍA DE SALUD
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

RESPONSABLE DE EVALUACIÓN