



**MILCAR®**  
CALIDAD A PRECIO JUSTO

## Barbijo KN95 – Características Técnicas y Resumen Propuesta

### BARBIJOS KN-95

COD. 4498




Medidas: 15 cm x 14 cm  
Color: Blanco  
Pinza nasal incorporada metálica que viene por dentro, para lograr una mejor estética.  
Borde con costura hermética  
Banda elástica en ambos lados, con mejor ajuste y confort óptimo. Elastómero color blanco.

### 5 CAPAS



- Capa 1:  
-50 gr. fabricada con tela no tejida (50 gr non woven fabric)
- Capa 2:  
-25 gr. fabricada de tela fundida soplada BFE >= 95% (25gr Melt-blown fabric BFE>=95%)
- Capa 3:  
-25 gr. fabricada con algodón electrostático (25gr Electrostatic Cotton)
- Capa 4:  
-25 gr. fabricada de tela fundida soplada BFE >= 95% (25gr Melt-blown fabric BFE>=95%)
- Capa 5:  
-25gr. fabricada con tela no tejida (25 gr non woven fabric)



### CARACTERÍSTICAS

Un barbijo de ALTA PROTECCIÓN respiratoria que es mas de uso INDUSTRIAL fabricado con una tela no tejida ambiental, material de filtro antibacteriano fundido por soplado, diseñado especialmente para personal médico y civil, protege de la transferencia de microorganismos, fluidos corporales, partículas y virus.

Diseño tridimensional, cómodo y transpirable, con mejor ajuste y acople nasal.

Eficiencia: Promedio de filtración de partículas y virus del 95%.

Test microbiológico rango: 1700 cfu y 2700 cfu.

Recomendaciones: Evitar el contacto con superficies probablemente contaminadas y no tocar el lado interno.

CERTIFICADOS:

**REGISTRO  
SANITARIO**





**MILCAR®**  
CALIDAD A PRECIO JUSTO

REGISTRO SANITARIO - BARBIJO KN95

  
*Estado Plurinacional de Bolivia*  
*Ministerio de Salud*

  
**AGEMED**  
Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud

### REGISTRO SANITARIO

**VISTOS:**

El expediente N° **417731** presentado por el Regente Farmaceutico(a)  
**FATIMA VARGAS VALENCIA** con Matrícula N° **V-881** en representación de la firma  
**MILCAR S.R.L.** por el que solicita la **INSCRIPCION** del producto  
**DISPOSITIVO MED - BARBIJOS TRIPLE HOJA MILCAR, BARBIJO KN95 MILCAR-I** para su **IMPORTACION**  
y comercialización en el país, fabricado por: **ZHEJIANG JUHAO MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.**  
de **CHINA** para **SEGA EXPORTS LTD.** bajo licencia de  
Con aval de la Comisión Farmacológica Nacional: **/**  
Certificado de Control de Calidad: **/ - NO REQUIERE**

**CONSIDERANDO:**

Qué se han cumplido con todos los requisitos por tanto:

**SE RESUELVE:**

Autorizar la **INSCRIPCION** en el Registro Sanitario Nacional del producto  
**DISPOSITIVO MED - BARBIJOS TRIPLE HOJA MILCAR, BARBIJO KN95 MILCAR-I** de laboratorios  
**ZHEJIANG JUHAO MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.** procedente de **CHINA**  
para **SEGA EXPORTS LTD.** bajo licencia de  
que responde a las siguientes especificaciones: **DI-73534/2020.**

**Formula aprobada:**

**BARBIJO TRIPLE HOJA EN CAJAS DE 50 UNID.**  
**BARBIJO KN95 EN CAJAS DE 20 UNID.**

VER FORMULA

Presentación:

Condición de venta: **VENTA LIBRE** Periodo de validez: **24 MESES**

Orden de pago N° **5127231/2020** del **22** de **Abril** de **2020**

El presente Registro Sanitario tiene validez de cinco años a partir de la fecha:

La Paz, **27** de **Abril** de **2020**

  
Dra. Alicia Cobarrubio Vedia  
JEFE DE OFICINA DE REGISTRO DE  
COMERCIALIZACION DE  
AGENCIA ESTATAL DE MEDICAMENTOS  
Y TECNOLOGIAS EN SALUD  
**AGEMED**

  
**AGENCIA ESTATAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD**  
**La Paz - Bolivia**

  
Dra. Mónica Rodríguez  
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA  
AGENCIA ESTATAL DE MEDICAMENTOS  
Y TECNOLOGIAS EN SALUD  
**AGEMED**

**REENTRARSE, COMUNICARSE Y REGISTRO**

**ULTIMA IMP. SEGUN ANTECEDENTES 30 ABRIL 2020**



**MILCAR®**  
CALIDAD A PRECIO JUSTO

CERTIFICADO CE - BARBIJO KN 95

شهادة - 증명서 - Certificat - 證明書 - Сертификат - Certificate

Form QAT\_10-M04, version 00, effective since March 6th, 2020

# Certificate of Compliance

No. 1P200318.ZRMUS33



Certificate's  
Holder:

Certification ECM  
Mark:



Product: Protective mask  
Model(s): KN90, KN95, KN100

Verification to: Standard:  
EN 149:2001+A1:2009  
related to CE Directive(s):  
R 2016/425 (Personal Protective Equipment)

**Remark:** This document has been issued on a voluntary basis and upon request of the manufacturer. It is our opinion that the technical documentation received from the manufacturer is satisfactory for the requirements of the ECM Certification Mark. The conformity mark above can be affixed on the products accordingly to the ECM regulation about its release and its use.

Additional information and clarification about the Marking:



The manufacturer is responsible for the CE Marking process. This document has been issued on the basis of the regulation on ECM Voluntary Mark for the certification of products. RG01\_ECM.rev.3 available at: [www.entecerma.it](http://www.entecerma.it)

Issuance date: 18 March 2020

Expiry date: 17 March 2025

Reviewer  
Technical expert  
Amanda Payne



Approver  
ECM Service Director  
Luca Bedonni



Ente Certificazione Macchine Srl

Via Ca' Bella, 243 - Loc. Castello di Serravalle - 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY  
☎ +39 051 6705141 ☎ +39 051 6705156 ✉ [info@entecerma.it](mailto:info@entecerma.it) 🌐 [www.entecerma.it](http://www.entecerma.it)