

A: Dr. Aníbal Cruz Senzano
RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACION POR EMERGENCIA- R.P.C.D.E.

De: Ing. Adriana Mamani Lazarte
RESPONSABLE DE EVALUACION

Referencia: **INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR EMERGENCIA N° CDE/B/2021-035 “ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LOS CENTROS DE SALUD DE LA RED CERCADO (COVID-19) GESTION 2021”**

Fecha: Cochabamba, 16 de junio de 2021

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. Antecedentes del Proceso de Contratación

Presentada la solicitud de inicio de proceso de contratación Por emergencia para la **ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LOS CENTROS DE SALUD DE LA RED CERCADO (COVID-19) GESTION 2021**, la Dirección de Segundo Nivel dependiente de la Secretaria de Salud, responsable de realizar de llevar adelante todos los actos administrativos relativos a procesos de contratación del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, previa autorización de inicio del proceso de contratación por parte del **Responsable de Proceso de Contratación de emergencia (RPCDE)** habiéndose establecido los siguientes condiciones:

Forma de adjudicación:	Por el Total
Precio referencial:	Bs. 37.140,00 (Treinta y siete mil ciento cuarenta 00/100 BOLIVIANOS)
Organismo financiador:	41-113
% de financiamiento:	100%

El **Responsable de Proceso de Contratación de emergencia (RPCDE)**, en uso de las atribuciones conferidas por la Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y normas conexas, designo a **la Ing. Adriana Mamani Lazarte**, como **Responsable de Evaluación**, mediante Memorándum RPCDE 35/2021 **del 15 de junio de 2021**.

Como resulta de la evaluación de las propuestas presentadas por los Proponentes, se emite el presente informe.

1.2. Objetivo del Informe

Evaluar si las propuestas cumplen con las condiciones establecidas en las **Especificaciones Técnicas**, con base a los resultados obtenidos del portal de bienes y servicios requeridos por el GAMC, y de corresponder, recomendar la adjudicación del presente proceso de contratación.

2. EVALUACION DE LA PROPUESTA

2.1. Proponente Interesado

Como resultado de los proponentes presentados en el portal de bienes y servicios requeridos por el GAMC, presentándose la empresa unipersonal IMPORTADORA TAMIVA representado legalmente por el señor MIGUEL ANGEL TERRAZAS RIVAS.

2.2. Evaluación Técnica

Decepcionado la propuesta presentada en el portal de bienes y servicios requeridos por el GAMC por el proponente, se procedió a la evaluación el cumplimiento de las **Especificaciones Técnicas**, cuyo resultado se muestra a continuación:

Condición exigida en las Especificaciones Técnicas	Condiciones ofertadas por el Proponente	Valoración
BALANZA PEDIATRICA MARCA: ESPECIFICAR MODELO: ESPECIFICAR AÑO DE FABRICACIÓN: EL EQUIPO DEBE SER DE FABRICACIÓN RECIENTE, NO MAYOR A 2 AÑOS. PAÍS DE FABRICACIÓN: ESPECIFICAR <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad 20 Kg • Graduación 5g • Unidades Kg/Lb • Conexión eléctrica: 220 V 50 Hz • Funciones: Tara, captura de peso, cero automatico, indicador de baja batería. 	BALANZA PEDIATRICA MARCA: ADE MODELO: 112600 AÑO DE FABRICACIÓN: 2020 PAÍS DE FABRICACIÓN: ALEMANIA CANTIDAD: 1 PIEZA <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad 20 Kg • Graduación 5g • Unidades Kg/Lb • Conexión eléctrica: 220 V 50 Hz • Funciones: Tara, captura de peso, cero automatico, indicador de baja batería. 	CUMPLE
ECOSON MARCA: ESPECIFICAR MODELO: ESPECIFICAR AÑO DE FABRICACIÓN: EL EQUIPO DEBE SER DE FABRICACIÓN RECIENTE, NO MAYOR A 2 AÑOS.	ECOSON MARCA: EDAD MODELO: SONOTRAX BASIC AÑO DE FABRICACIÓN: 2020 PAÍS DE FABRICACIÓN: CHINA	

Condición exigida en las Especificaciones Técnicas	Condiciones ofertadas por el Proponente	Valoración
PAÍS DE FABRICACIÓN: ESPECIFICAR <ul style="list-style-type: none"> • Detección precisa de latidos fetales, sonido de alta fidelidad • Potencia salida de audio 0.5 watts • Batería recargable • Apagado automatico • Opción de grabación: tiempo de grabación 240 segundos • Diseño compacto • Sonda a 2 MHz a prueba de agua, intercambiable • Recuento automático de la frecuencia cardiaca Fetal FHR • Pantalla LCD • Rango de ritmo cardiaco 50 – 210 bpm Resolución 1 bpm	CANTIDAD: 3 PIEZA <ul style="list-style-type: none"> • Detección precisa de latidos fetales, sonido de alta fidelidad • Potencia salida de audio 0.5 watts • Batería recargable • Apagado automatico • Opción de grabación: tiempo de grabación 240 segundos • Diseño compacto • Sonda a 2 MHz a prueba de agua, intercambiable • Recuento automático de la frecuencia cardiaca Fetal FHR • Pantalla LCD • Rango de ritmo cardiaco 50 – 210 bpm Resolución 1 bpm	
BALANZAS MARCA: ESPECIFICAR PAÍS DE FABRICACIÓN: ESPECIFICAR <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad 150 Kg pantalla digital	BALANZAS MARCA: SKU PAÍS DE FABRICACIÓN: CHINA CANTIDAD: 2 PIEZAS <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad 150 Kg pantalla digital	
CARRO DE CURACIONES MARCA: ESPECIFICAR PAÍS DE FABRICACIÓN: ESPECIFICAR <ul style="list-style-type: none"> • Sin marca de soldadura • Material de acero inoxidable • De alta resistencia y fácil asepsia 4 ruedas silenciosas con frenos	CARRO DE CURACIONES MARCA: SAIKING PAÍS DE FABRICACIÓN: CHINA CANTIDAD: 8 PIEZAS <ul style="list-style-type: none"> • Sin marca de soldadura • Material de acero inoxidable • De alta resistencia y fácil asepsia 4 ruedas silenciosas con frenos	
SILLA DE RUEDAS MARCA: ESPECIFICAR PAÍS DE FABRICACIÓN: ESPECIFICAR <ul style="list-style-type: none"> • Armazón de acero reforzado • Tapicería de vinilo de fácil limpieza • Neumáticos de uretano • Apoyabrazos acolchados y desmontables • Reposapiés abatibles Cerradura de ruedas de empuje para bloquear	SILLA DE RUEDAS MARCA: DRIVE PAÍS DE FABRICACIÓN: CHINA CANTIDAD: 6 PIEZAS <ul style="list-style-type: none"> • Armazón de acero reforzado • Tapicería de vinilo de fácil limpieza • Neumáticos de uretano • Apoyabrazos acolchados y desmontables • Reposapiés abatibles Cerradura de ruedas de empuje para bloquear	

Condición exigida en las Especificaciones Técnicas	Condiciones ofertadas por el Proponente	Valoración
	Cerradura de ruedas de empuje para bloquear	

Como resultado de la valoración técnica presentándose la empresa unipersonal IMPORTADORA TAMIVA representado legalmente por el señor MIGUEL ANGEL TERRAZAS RIVAS.

Cumple con las condiciones establecidas en las **Especificaciones Técnicas**.

2.3. Evaluación Económica

La **propuesta económica exigida** por el proponente, se encuentra dentro del precio referencial establecido para la presente convocatoria, conforme se muestra a continuación:

Precio referencial establecido	Propuesta económica exigida por el Proponente	Valoración
37.140,00	37.140,00	Igual al precio referencial
<i>total</i>	37.140,00	

3. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Como resultado de la evaluación de la propuesta, se **recomienda la adjudicación** del proceso de contratación de referencia, de la empresa unipersonal IMPORTADORA TAMIVA, Representado legalmente por el señor MIGUEL ANGEL TERRAZAS RIVAS presenta cotización, toda vez que su propuesta **cumple** con las condiciones establecidas en las **Especificaciones Técnicas**, y porque su propuesta económica no supera el precio referencial establecido, bajo las siguientes condiciones:

Categoría	Condiciones particulares aceptadas por las partes:
Monto total:	37.140,00 → <i>Liberal</i>
<i>Garantías</i>	Garantía de 1 años por defectos de fabricación. La misma entrara en vigencia al momento de realizar la puesta en marcha y pruebas de funcionamiento con el personal tanto medico como técnico de la unidad solicitante. Y se presentara la misma en la recepción definitiva de los bienes.
<i>Soporte técnico</i>	El PROVEEDOR deberá contar con asistencia técnica en un tiempo menor a 24 Hrs. a simple requerimiento durante el tiempo de garantía comercial, para solucionar cualquier problema técnico.

Categoría	Condiciones particulares aceptadas por las partes:
<i>Provisión de repuestos</i>	El PROVEEDOR debe garantizar la provisión de repuestos de los bienes ofertados en un plazo no mayor a 30 días calendarios computable a partir de la solicitud.
<i>Forma de adjudicación:</i>	Por el total, precio evaluado más bajo
<i>Lugar de Entrega:</i>	Los bienes requeridos, deberán ser entregados en almacenes de la Secretaría Municipal de Salud, ubicado en la calle Colombia N° 115 esq. Av. Ayacucho posterior traslado a los centros de salud Ticti Norte y Valle hermoso, el costo que conlleve el transporte deberá ser asumido en su totalidad por el Proveedor.
<i>Forma de Entrega:</i>	Los bienes ofertados por el PROVEEDOR deberán ser entregados en funcionamiento en el lugar de entrega designado.
<i>Plazo de Entrega:</i>	El plazo de entrega del equipo solicitado en la presente contratación será de 15 días calendario computable a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra
<i>Validez de la Propuesta:</i>	La validez de la propuestas deberá tener un tiempo de 30 días calendario
<i>Forma de pago</i>	Posterior a la entrega de los bienes y la emisión de la conformidad por parte de la comisión o responsable de recepción, se procederá con el pago al proveedor mediante cheque

Sin otro particular, saludo a usted, atentamente.



Adriana L. Mamani L.
 BIOMEDICO - PROFESIONAL I
 SECRETARIA DE SALUD
 GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

RESPONSABLE DE EVALUACIÓN