

A: Dr. Anibal Antonio Cruz Senzano
RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR EMERGENCIA (RPCDE)

De: Ing. Sergio M. Tordoya Canedo
RESPONSABLE DE EVALUACIÓN

Referencia: **INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR EMERGENCIA N° CDE/B/2021-046. "ADQUISICION DE NEBULIZADOR Y ESTETOSCOPIO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE 1 NIVEL DE LA RED CERCADO (COVID-19)".**

Fecha: Cochabamba, 28 de junio de 2021

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. Antecedentes del Proceso de Contratación

Presentada la solicitud de inicio de proceso de contratación Por emergencia para la "ADQUISICION DE NEBULIZADOR Y ESTETOSCOPIO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE 1 NIVEL DE LA RED CERCADO (COVID-19)" la Dirección de primer Nivel dependiente de la Secretaria de Salud, responsable de realizar de llevar adelante todos los actos administrativos relativos a procesos de contratación del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, previa autorización de inicio del proceso de contratación por parte del **Responsable de Proceso de Contratación por emergencia (RPCDE)** habiéndose establecido los siguientes condiciones:

Forma de adjudicación:	Por el Total
Precio referencial:	Bs. 17.305,00 (diecisiete mil trescientos cinco 00/100 BOLIVIANOS)
Organismo financiador:	41-113
% de financiamiento:	100%

El **Responsable de Proceso de Contratación por emergencia (RPCDE)**, en uso de las atribuciones conferidas por la Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y normas conexas, designo al **profesional Ing. Sergio Mauricio Tordoya Canedo**, como **Responsable de Evaluación**, mediante Memorándum RPCDE N° 46/2021 del 25 de junio de 2021.

Como resulta de la evaluación de las propuestas presentadas por los Proponentes, se emite el presente informe.

1.2. Objetivo del Informe

Evaluar si las propuestas cumplen con las condiciones establecidas en las **Especificaciones Técnicas**, con base a los resultados obtenidos del portal de bienes y servicios requeridos por el GAMC, y de corresponder, recomendar la adjudicación del presente proceso de contratación.

2. EVALUACION DE LA PROPUESTA

2.1. Proponentes Interesados

Como resultado de los proponentes presentados en el portal de bienes y servicios requeridos por el GAMC, presentándose las empresas:

- 1- JG MEDICAL representado legalmente por Jose Fernando Leño Leon presenta cotización y propuesta.
- 2- HP MEDICAL S.R.L. representado legalmente por Mauricio Coronado Rengel presenta cotización y propuesta.
- 3- RVC MEDICAL S.R.L. representado legalmente por Jaime Ronald Montaña Garcia presenta cotización y propuesta.

2.2. Evaluación Técnica

Decepcionado la propuesta presentada en el portal de bienes y servicios requeridos por el GAMC por el proponente, se procedió a la evaluación el cumplimiento de las **Especificaciones Técnicas**, cuyo resultado se muestra a continuación:

- JG MEDICAL

Condición exigida en las Especificaciones Técnicas	Condiciones ofertadas por el Proponente	Valoración
NOMBRE DEL ÍTEM: NEBULIZADOR CANTIDAD: 2 UNIDAD: PIEZA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: -con cámara de agua sellada. -que incluya kit completo de nebulización. (mascarillas adulto y pediátrico más la manguera para el equipo) -Capacidad de nebulización (ml): 10 -Tasa de nebulización (ml/min): 0,5 a 2,35	<ul style="list-style-type: none"> - Cuenta con cámara de agua sellada. - incluye kit completo de nebulización. (mascarillas adulto y pediátrico más la manguera para el equipo) - Capacidad de nebulización (ml): 10 -Tasa de nebulización (ml/min): 0,5 a 2,35 -Tamaño medio de partícula (m): 3,7 -Caudal de aire (l/min): 30 MARCA: ASPEN MODELO: NUE10	NO CUMPLE

Condición exigida en las Especificaciones Técnicas	Condiciones ofertadas por el Proponente	Valoración
<p>-Tamaño medio de partícula (m): 3,7 -Caudal de aire (l/min): 30</p> <p>MARCA: especificar MODELO: especificar PAÍS DE FABRICACIÓN: especificar</p>	<p>- PAÍS DE FABRICACIÓN: ARGENTINA</p>	
<p>NOMBRE DEL ÍTEM: ESTETOSCOPIO CANTIDAD: 15 UNIDAD: PIEZA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Que posea: -ALTA SENSIBILIDAD ACÚSTICA para la realización de valoraciones generales. -Diafragma de doble frecuencia en ambos lados de la campana: Adulto y pediátrico -Libre de látex .</p> <p>MARCA: especificar MODELO: especificar PAÍS DE FABRICACIÓN: especificar</p>	<p>-ALTA SENSIBILIDAD ACÚSTICA para la realización de valoraciones generales. -Diafragma de doble frecuencia en ambos lados de la campana: Adulto y pediátrico -Libre de látex .</p> <p>MARCA: HEINE MODELO: GAMMA 3.2. acustico PAÍS DE FABRICACIÓN: alemania</p>	NO CUMPLE

Como resultado de la valoración técnica presentándose la empresa JG MEDICAL No **Cumple** con las condiciones establecidas en **las Especificaciones Técnicas**. En su propuesta no indica cantidad ni unidad de cada ítem

- **HP MEDICAL S.R.L.**

Condición exigida en las Especificaciones Técnicas	Condiciones ofertadas por el Proponente	Valoración
<p>NOMBRE DEL ÍTEM: NEBULIZADOR CANTIDAD: 2 UNIDAD: PIEZA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: -con cámara de agua sellada. -que incluya kit completo de nebulización. (mascarillas adulto y pediátrico más la manguera para el equipo) -Capacidad de nebulización (ml): 10 -Tasa de nebulización (ml/min): 0,5 a 2,35 -Tamaño medio de partícula (m): 3,7 -Caudal de aire (l/min): 30</p>	<p>NOMBRE DEL ÍTEM: NEBULIZADOR CANTIDAD: 2 UNIDAD: PIEZA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: -SI con cámara de agua sellada. -SI incluya kit completo de nebulización. (mascarillas adulto y pediátrico más la manguera para el equipo) -SI con Capacidad de nebulización (ml): 10 -si con Tasa de nebulización (ml/min): 0,5 a 2,35 -si con Tamaño medio de partícula (m): 3,7 -si con Caudal de aire (l/min): 30</p>	CUMPLE

Condición exigida en las Especificaciones Técnicas	Condiciones ofertadas por el Proponente	Valoración
MARCA: especificar MODELO: especificar PAÍS DE FABRICACIÓN: especificar	MARCA: SILFAB MODELO: N68-A PAÍS DE FABRICACIÓN: ARGENTINA	
NOMBRE DEL ÍTEM: ESTETOSCOPIO CANTIDAD: 15 UNIDAD: PIEZA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Que posea: -ALTA SENSIBILIDAD ACÚSTICA para la realización de valoraciones generales. -Diafragma de doble frecuencia en ambos lados de la campana: Adulto y pediátrico -Libre de látex . MARCA: especificar MODELO: especificar PAÍS DE FABRICACIÓN: especificar	NOMBRE DEL ÍTEM: ESTETOSCOPIO CANTIDAD: 15 UNIDAD: PIEZA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Que posea: -SI ALTA SENSIBILIDAD ACÚSTICA para la realización de valoraciones generales. -SI, Diafragma de doble frecuencia en ambos lados de la campana: Adulto y pediátrico -SI, Libre de látex . MARCA: LITTMANN MODELO: CLASICO PAÍS DE FABRICACIÓN: USA	CUMPLE

Como resultado de la valoración técnica presentándose la empresa HP MEDICAL S.R.L. **Cumple** con las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas.

- RVC MEDICAL S.R.L.

Condición exigida en las Especificaciones Técnicas	Condiciones ofertadas por el Proponente	Valoración
NOMBRE DEL ÍTEM: NEBULIZADOR CANTIDAD: 2 UNIDAD: PIEZA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: -con cámara de agua sellada. -que incluya kit completo de nebulización. (mascarillas adulto y pediátrico más la manguera para el equipo) -Capacidad de nebulización (ml): 10 -Tasa de nebulización (ml/min): 0,5 a 2,35 -Tamaño medio de partícula (m): 3,7 -Caudal de aire (l/min): 30 MARCA: especificar MODELO: especificar PAÍS DE FABRICACIÓN: especificar	NOMBRE DEL ÍTEM: NEBULIZADOR CANTIDAD: 2 UNIDAD: PIEZA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: -con cámara de agua sellada. -que incluya kit completo de nebulización. (mascarillas adulto y pediátrico más la manguera para el equipo) -Capacidad de nebulización (ml): 10 -Tasa de nebulización (ml/min): 0,5 a 2,35 -Tamaño medio de partícula (m): 3,7 -Caudal de aire (l/min): 30 MARCA: especificar MODELO: especificar PAÍS DE FABRICACIÓN: especificar	NO CUMPLE

Condición exigida en las Especificaciones Técnicas	Condiciones ofertadas por el Proponente	Valoración
NOMBRE DEL ÍTEM: ESTETOSCOPIO CANTIDAD: 15 UNIDAD: PIEZA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Que posea: -ALTA SENSIBILIDAD ACÚSTICA para la realización de valoraciones generales. -Diafragma de doble frecuencia en ambos lados de la campana: Adulto y pediátrico -Libre de látex . MARCA: especificar MODELO: especificar PAÍS DE FABRICACIÓN: especificar	NOMBRE DEL ÍTEM: ESTETOSCOPIO CANTIDAD: 15 UNIDAD: PIEZA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Que posea: RVC MEDICAL SRL oferta -ALTA SENSIBILIDAD ACÚSTICA para la realización de valoraciones generales. RVC MEDICAL SRL oferta -Diafragma de doble frecuencia en ambos lados de la campana: Adulto y pediátrico RVC MEDICAL SRL oferta -Libre de látex . MARCA: RIESTER MODELO: DUPLEX 2.0 PAÍS DE FABRICACIÓN: ALEMANIA	CUMPLE

- Como resultado de la valoración técnica presentándose la empresa RVC MEDICAL S.R.L. **No Cumple** con las condiciones establecidas en las **Especificaciones Técnicas**. SOLO oferta un ítem por lo cual queda descalificada.

2.3. Evaluación Económica

- JG MEDICAL

La **propuesta económica exigida** por el proponente, no se encuentra dentro del precio referencial dentro del ítem NEBULIZADOR establecido para la presente convocatoria, conforme se muestra a continuación:

Precio referencial establecido	Propuesta económica exigida por el Proponente	Valoración
<i>Nebulizador: 1.120,00</i>	1.800,00	Supera el precio referencial
<i>Estetoscopio: 16.185,00</i>	14.850,00	Menor al precio referencial
Total : 17.305,00	16.650,00	

- HP MEDICAL S.R.L.

La **propuesta económica exigida** por el proponente, se encuentra dentro del precio referencial establecido para la presente convocatoria, conforme se muestra a continuación:



Precio referencial establecido	Propuesta económica exigida por el Proponente	Valoración
<i>Nebulizador: 1.120,00</i>	1.120,00	Igual al precio referencial
<i>Estetoscopio: 16.185,00</i>	16.185,00	Igual al precio referencial
<i>Total : 17.305,00</i>	17.350,00	

3. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Como resultado de la evaluación de la propuesta, se **recomienda la adjudicación** del Proceso de contratación de referencia, de la empresa **HP MEDICAL S.R.L.** Representado legalmente por Mauricio Coronado presenta cotización y propuesta, toda vez que su propuesta **cumple** con las condiciones establecidas en las **Especificaciones Técnicas**, y porque su propuesta económica no supera el precio referencial establecido, bajo las siguientes condiciones:

Categoría	Condiciones particulares aceptadas por las partes:
Monto total:	17.305,00
Garantías	• Garantía comercial: Por un periodo de 1 año por defectos de fabricación. La misma entrara en vigencia al momento de entregar los bienes.
Lugar de Entrega	Los bienes requeridos, deberán ser entregados en almacenes de la Secretaria Municipal de Salud, ubicado en la calle Colombia N° 115 esq. Av. Ayacucho en coordinación con el responsable de almacenes de la secretaria municipal de salud y la comisión/responsable de recepción.
Forma de Entrega	Los bienes ofertados por el PROVEEDOR deberán ser entregados nuevos y que cumplan las especificaciones técnicas en el lugar de entrega designado.
Plazo de Entrega	El plazo de entrega de los bienes es de 15 días calendario, computable a partir del día siguiente de la suscripción de la orden de compra.
Método de selección y forma de adjudicación	Precio evaluado más bajo y por el total.
Forma de Pago	Posterior a la entrega de los bienes y la emisión de la conformidad por parte del responsable de Recepción, se precederá a realizar en un pago único al PROVEEDOR mediante cheque, previa presentación de la factura correspondiente.



ALCALDÍA DE
COCHABAMBA

Cocha somos
progreso

Informe de Evaluación

Sin otro particular, saludo a usted, atentamente.


Sergio Mauricio Tordoya Canedo
ENCARGADO FUNCION 3
SECRETARÍA MUNICIPAL DE SALUD
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

RESPONSABLE DE EVALUACIÓN