

A: Dra. Giovana Lucia Colodro Navarro
RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR EMERGENCIA (RPCDE)

De: Ing. Adriana Lorena Mamani Lazarte
RESPONSABLE DE EVALUACIÓN

Referencia: INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR EMERGENCIA N° CDE/B/2021-014. "ADQUISICION DE BALANZA ANALITICA Y ROTADOR DE PLACAS PARA EL HOSPITAL DEL NORTE (COVID-19)"

Fecha: Cochabamba, 15 de marzo de 2021

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. Antecedentes del Proceso de Contratación

Presentada la solicitud de inicio de proceso de contratación Por emergencia para la **ADQUISICION DE BALANZA ANALITICA Y ROTADOR DE PLACAS PARA EL HOSPITAL DEL NORTE (COVID-19)**, la Dirección de Segundo Nivel dependiente de la Secretaria de Salud, responsable de realizar de llevar adelante todos los actos administrativos relativos a procesos de contratación del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, previa autorización de inicio del proceso de contratación por parte del **Responsable de Proceso de Contratación por emergencia (RPCDE)** habiéndose establecido los siguientes condiciones:

Forma de adjudicación:	Por el Total
Precio referencial:	Bs. 20.500,00 (Veinte Mil Quinientos 00/100 BOLIVIANOS)
Organismo financiador:	COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
% de financiamiento:	100%

El **Responsable de Proceso de Contratación por emergencia (RPCDE)**, en uso de las atribuciones conferidas por la Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y normas conexas, designo a **la Ing. Adriana Lorena Mamani Lazarte**, como **Responsable de Evaluación**, mediante Memorándum RPCDE 14/2021 del 12 de marzo de 2021.

Como resulta de la evaluación de las propuestas presentadas por los Proponentes, se emite el presente informe.

1.2. Objetivo del Informe

Evaluar si las propuestas cumplen con las condiciones establecidas en las **Especificaciones Técnicas**, con base a los resultados obtenidos del portal de bienes y servicios requeridos por el GAMC, y de corresponder, recomendar la adjudicación del presente proceso de contratación.

2. EVALUACION DE LA PROPUESTA

2.1. Proponente Interesado

Como resultado de los proponentes presentados en el portal de bienes y servicios requeridos por el GAMC, presentándose la empresa unipersonal ACTIMED representado legalmente por la Lic. Paola Andrea Vargas Mendez presenta cotización.

2.2. Evaluación Técnica

Decepcionado la propuesta presentada en el portal de bienes y servicios requeridos por el GAMC por el proponente, se procedió a la evaluación el cumplimiento de las **Especificaciones Técnicas**, cuyo resultado se muestra a continuación:

Condición exigida en las Especificaciones Técnicas	Condiciones ofertadas por el Proponente	Valoración
ITEM 1 BALANZA ANALITICA CANTIDAD: 1 PIEZA MARCA: ESPECIFICAR MODELO: ESPECIFICAR AÑO DE FABRICACION: ESPECIFICAR (NO MENOR A DOS AÑOS DE ANTIGUEDAD) PAIS DE FABRICACION: ESPECIFICAR CARACTERISTICAS <ul style="list-style-type: none"> • Dosificación • Pesaje porcentual • Capacidad máxima 220 g • Legibilidad: 0,0001 g • Pantalla: LCD • Con calibración interna automática de acuerdo al fabricante 	ITEM 1 BALANZA ANALITICA CANTIDAD: 1 PIEZA MARCA: BOECO MODELO: BAS-31 AÑO DE FABRICACION: 2020 PAIS DE FABRICACION: ALEMANIA CARACTERISTICAS <ul style="list-style-type: none"> • Dosificación • Pesaje porcentual • Capacidad máxima 220 g • Legibilidad: 0,0001 g • Pantalla: LCD • Con calibración interna automática de acuerdo al fabricante. 	CUMPLE

Condición exigida en las Especificaciones Técnicas	Condiciones ofertadas por el Proponente	Valoración
ITEM 2 ROTADOR DE PLACAS CANTIDAD: 1 PIEZA MARCA: ESPECIFICAR MODELO: ESPECIFICAR AÑO DE FABRICACION: ESPECIFICAR (NO MENOR A DOS AÑOS DE ANTIGUEDAD) PAIS DE FABRICACION: ESPECIFICAR CARACTERISTICAS: <ul style="list-style-type: none"> Tipo de movimiento orbital Control Digital tiempo y velocidad Velocidad: 50-250rpm Tiempo de 1 min. A 999 min continuo Amplitud agitación: 20mm Visualización de la hora digital LED 	ITEM 2 ROTADOR DE PLACAS CANTIDAD: 1 PIEZA MARCA: BOECO MODELO: OS-20 AÑO DE FABRICACION: 2020 PAIS DE FABRICACION: ALEMANIA CARACTERISTICAS: <ul style="list-style-type: none"> Tipo de movimiento orbital Control Digital tiempo y velocidad Velocidad: 50-250rpm Tiempo de 1 min. A 999 min continuo Amplitud agitación: 20mm Visualización de la hora digital LED 	CUMPLE

Como resultado de la valoración técnica presentándose la empresa unipersonal ACTIMED representado legalmente por la Lic. Paola Andrea Vargas Mendez **Cumple** con las condiciones establecidas en las **Especificaciones Técnicas**.

2.3. Evaluación Económica

La **propuesta económica exigida** por el proponente, se encuentra dentro del precio referencial establecido para la presente convocatoria, conforme se muestra a continuación:

Precio referencial establecido	Propuesta económica exigida por el Proponente	Valoración
20.500,00	20.500,00	Igual al precio referencial
total	20.500,00	

3. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Como resultado de la evaluación de la propuesta, se **recomienda la adjudicación** del proceso de contratación de referencia, de la empresa unipersonal ACTIMED representado legalmente

por la Lic. Paola Andrea Vargas Mendez presenta cotización, toda vez que su propuesta **cumple** con las condiciones establecidas en **las Especificaciones Técnicas**, y porque su propuesta económica no supera el precio referencial establecido, bajo las siguientes condiciones:

Categoría	Condiciones particulares aceptadas por las partes:
Monto total:	20.500,00
Garantías	Garantía de 1 años por defectos de fabricación. La misma entrara en vigencia al momento de realizar la puesta en marcha y pruebas de funcionamiento con el personal tanto medico como técnico de la unidad solicitante. El proponente adjudicado deberá reemplazar las piezas que presenten fallos recurrentes en un plazo de 7 días calendario bajo un informe técnico.
Mantenimiento preventivo.	El proveedor adjudicado deberá presentar un cronograma de mantenimientos preventivos que cubra el periodo de garantía, junto con la entrega de los bienes.
Soporte técnico	El Proveedor deberá presentar una carta de compromiso de asistencia técnica en el que se compromete, a que en un tiempo menor a 24 Hrs a simple requerimiento durante el tiempo de garantía, se comprometa solucionar cualquier problema técnico, debiendo presentar a momento de la entrega del bien.
Provisión de repuestos	El PROVEEDOR debe garantizar la provisión de repuestos de los bienes ofertados en un plazo no mayor a 30 días calendarios computable a partir de la solicitud.
Forma de adjudicación:	Por el total, precio evaluado más bajo
Lugar de Entrega:	Los bienes requeridos, deberán ser entregados en el hospital del Norte en coordinación con el responsable de almacenes de la secretaria municipal de salud, el costo que conlleve el transporte deberá ser asumido en su totalidad por el Proveedor.
Forma de Entrega:	Los bienes ofertados por el PROVEEDOR deberán ser entregados en funcionamiento en el lugar de entrega designado.
Plazo de Entrega:	El plazo de entrega del equipo solicitado en la presente contratación será de 15 días calendario computable a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra
Forma de pago	Posterior a la entrega de los bienes y la emisión de la conformidad por parte de la comisión o responsable de recepción, se procederá con el pago al proveedor mediante cheque

Sin otro particular, saludo a usted, atentamente.


 Ing. Adriana L. Mamani L.
 BIOMÉDICO - PROFESIONAL 1
 SECRETARÍA DE SALUD
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

RESPONSABLE DE EVALUACIÓN