



A: Dr. Anibal Antonio Cruz Senzano
RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR EMERGENCIA (RPCDE)

De: Ing. Sergio M. Tordoya Canedo
RESPONSABLE DE EVALUACIÓN

Referencia: INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR EMERGENCIA N° CDE/B/2021-041. "ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO MENOR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE 1 NIVEL DE LA RED CERCADO (COVID-19)".

Fecha: Cochabamba, 25 de junio de 2021

1. ASPECTOS GENERALES


1.1. Antecedentes del Proceso de Contratación

Presentada la solicitud de inicio de proceso de contratación por emergencia para la "ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO MENOR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE 1 NIVEL DE LA RED CERCADO (COVID-19)", la Dirección de primer Nivel dependiente de la Secretaria de Salud, responsable de realizar de llevar adelante todos los actos administrativos relativos a procesos de contratación del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, previa autorización de inicio del proceso de contratación por parte del **Responsable de Proceso de Contratación por emergencia (RPCDE)** habiéndose establecido los siguientes condiciones:

Forma de adjudicación:	Por el Total
Precio referencial:	Bs. 38.630,00 (treinta y ocho mil seiscientos treinta 00/100 BOLIVIANOS)
Organismo financiador:	41-113
% de financiamiento:	100%

El **Responsable de Proceso de Contratación por emergencia (RPCDE)**, en uso de las atribuciones conferidas por la Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y normas conexas, designo al **profesional Ing. Sergio Mauricio Tordoya Canedo**, como **Responsable de Evaluación**, mediante Memorándum RPCDE N° 41/2021 del 24 de junio de 2021.

Como resulta de la evaluación de las propuestas presentadas por los Proponentes, se emite el presente informe.



1.2. Objetivo del Informe

Evaluar si las propuestas cumplen con las condiciones establecidas en las **Especificaciones Técnicas**, con base a los resultados obtenidos del portal de bienes y servicios requeridos por el GAMC, y de corresponder, recomendar la adjudicación del presente proceso de contratación.

2. EVALUACION DE LA PROPUESTA

2.1. Proponente Interesado

Como resultado de los proponentes presentados en el portal de bienes y servicios requeridos por el GAMC, presentándose la empresa IMPORTADORA TAMIVA representado legalmente por Miguel Angel Terrazas Rivas presenta cotización y propuesta.

2.2. Evaluación Técnica

Decepcionado la propuesta presentada en el portal de bienes y servicios requeridos por el GAMC por el proponente, se procedió a la evaluación el cumplimiento de las **Especificaciones Técnicas**, cuyo resultado se muestra a continuación:

Condición exigida en las Especificaciones Técnicas	Condiciones ofertadas por el Proponente	Valoración
NOMBRE DEL ÍTEM: OXIMETRO DE MANO CANTIDAD: 10 UNIDAD: PIEZA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: <i>Todos los datos de vigilancia del OXIMETRO se pueden transferir (Opcional Software) a una computadora para su almacenamiento, manejo, revisión e impresión.</i> <u>Características</u> - Portátil - Pantalla LCD - Pulso oxímetro (SpO2) adulto, pediátrico y neonatal. - Alarmas. - Display numérico.	NOMBRE DEL ÍTEM: OXIMETRO DE MANO CANTIDAD: 10 UNIDAD: PIEZA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: <i>Todos los datos de vigilancia del OXIMETRO se pueden transferir (Opcional Software) a una computadora para su almacenamiento, manejo, revisión e impresión.</i> <u>Características</u> - Portátil - Pantalla LCD - Pulso oxímetro (SpO2) adulto, pediátrico y neonatal. - Alarmas. - Display numérico. - Visualización onda pletismográfica de SpO2 - Medición de temperatura opcional (H100N). - Batería de larga duración de hasta 48 horas	CUMPLE

Condición exigida en las Especificaciones Técnicas	Condiciones ofertadas por el Proponente	Valoración
<ul style="list-style-type: none"> - Visualización onda pletismográfica de SpO2 - Medición de temperatura opcional (H100N). - Batería de larga duración de hasta 48 horas - Visualización en pantalla de los últimos 10 minutos de la tendencia de SaO2 y pulso. - Compatible con sensores Nellcor y BCI DB9. - Tono de pulso. - Alarma visual y audible. <p><u>Clasificación</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo de Protección: Protección interna del equipo (Power protection) - Modo de operación: Continuo- - Cumplimiento de EMC: Clase B - Rangos de medición: SaO2: 0~100% Pulso: 30~ 254 latidos por minuto. <p><u>Incluye</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Oxímetro, Sonda Adulto - Manual de uso <p>Marca: especificar Modelo: especificar País de fabricación: especificar</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Visualización en pantalla de los últimos 10 minutos de la tendencia de SaO2 y pulso. - Compatible con sensores Nellcor y BCI DB9. - Tono de pulso. - Alarma visual y audible. <p><u>Clasificación</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo de Protección: Protección interna del equipo (Power protection) - Modo de operación: Continuo- - Cumplimiento de EMC: Clase B - Rangos de medición: SaO2: 0~100% Pulso: 30~ 254 latidos por minuto. <p><u>Incluye</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Oxímetro, Sonda Adulto - Manual de uso <p>Marca: EDAN Modelo: H100B País de fabricación: CHINA</p>	
<p>NOMBRE DEL ÍTEM: CHATAS CANTIDAD: 29 UNIDAD: PIEZA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Chatas anatómicas de acero inoxidable de grado medico -Diseñado para aseo genital y para recepción de heces de pacientes encamados 	<p>NOMBRE DEL ÍTEM: CHATAS CANTIDAD: 29 UNIDAD: PIEZA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Chatas anatómicas de acero inoxidable de grado medico -Diseñado para aseo genital y para recepción de heces de pacientes encamados 	CUMPLE

Condición exigida en las Especificaciones Técnicas	Condiciones ofertadas por el Proponente	Valoración
Marca: especificar Modelo: especificar País de fabricación: especificar	Marca: HEMC Modelo: CHATA País de fabricación: INDIA	
NOMBRE DEL ÍTEM: PATOS CANTIDAD: 29 UNIDAD: PIEZA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: -pato anatómico de acero inoxidable de grado medico -Diseñado para aseo genital y para recepción de orina de pacientes encamados Marca: especificar Modelo: especificar País de fabricación: especificar	NOMBRE DEL ÍTEM: PATOS CANTIDAD: 29 UNIDAD: PIEZA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: -pato anatómico de acero inoxidable de grado medico -Diseñado para aseo genital y para recepción de orina de pacientes encamados Marca: HEMC Modelo: PATO País de fabricación: INDIA	CUMPLE

Como resultado de la valoración técnica presentándose la empresa IMPORTADORA TAMIVA representado legalmente por Miguel Angel Terrazas Rivas **Cumple** con las condiciones establecidas en las **Especificaciones Técnicas**.

2.3. Evaluación Económica

La **propuesta económica exigida** por el proponente, se encuentra dentro del precio referencial establecido para la presente convocatoria, conforme se muestra a continuación:

Precio referencial establecido	Propuesta económica exigida por el Proponente	Valoración
38.630,00	38.630	Igual al precio referencial
total	38.630	

3. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Como resultado de la evaluación de la propuesta, se **recomienda la adjudicación** del Proceso de contratación de referencia, de la empresa IMPORTADORA TAMIVA representado legalmente por Miguel Angel Terrazas Rivas presenta cotización y



ALCALDÍA DE
COCHABAMBA

Cocha somos
progreso

Informe de Evaluación

propuesta, toda vez que su propuesta **cumple** con las condiciones establecidas en las **Especificaciones Técnicas**, y porque su propuesta económica no supera el precio referencial establecido, bajo las siguientes condiciones:

Categoría	Condiciones particulares aceptadas por las partes:
Monto total:	38.630,00
Garantías	• Garantía comercial: Por un periodo de 1 año por defectos de fabricación. La misma entrara en vigencia al momento de entregar los bienes.
Lugar de Entrega	Los bienes requeridos, deberán ser entregados en almacenes de la Secretaria Municipal de Salud, ubicado en la calle Colombia N° 115 esq. Av. Ayacucho en coordinación con el responsable de almacenes de la secretaria municipal de salud y la comisión/responsable de recepción.
Forma de Entrega	Los bienes ofertados por el PROVEEDOR deberán ser entregados nuevos y que cumplan las especificaciones técnicas en el lugar de entrega designado.
Plazo de Entrega	El plazo de entrega de los bienes es de 15 días calendario, computable a partir del día siguiente de la suscripción de la orden de compra.
Método de selección y forma de adjudicación	Precio evaluado más bajo y por el total.
Forma de Pago	Posterior a la entrega de los bienes y la emisión de la conformidad por parte del responsable de Recepción, se precederá a realizar en un pago único al PROVEEDOR mediante cheque, previa presentación de la factura correspondiente.

Sin otro particular, saludo a usted, atentamente.


Sergio Mauricio Tordoya Canedo
ENCARGADO FUNCIÓN 3
SECRETARÍA MUNICIPAL DE SALUD
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

RESPONSABLE DE EVALUACIÓN