

A: Dr. Anibal Antonio Cruz Senzano
RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR EMERGENCIA (RPCDE)

De: Ing. Sergio M. Tordoya Canedo
RESPONSABLE DE EVALUACIÓN

Referencia: **INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR EMERGENCIA N° CDE/B/2021-040. "ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MEDICAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE 1 NIVEL DE LA RED CERCADO (COVID-19)".**

Fecha: Cochabamba, 28 de junio de 2021

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. Antecedentes del Proceso de Contratación

Presentada la solicitud de inicio de proceso de contratación Por emergencia para la **"ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MEDICAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE 1 NIVEL DE LA RED CERCADO (COVID-19)"**., la Dirección de primer Nivel dependiente de la Secretaria de Salud, responsable de realizar de llevar adelante todos los actos administrativos relativos a procesos de contratación del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, previa autorización de inicio del proceso de contratación por parte del **Responsable de Proceso de Contratación por emergencia (RPCDE)** habiéndose establecido los siguientes condiciones:

Forma de adjudicación:	Por el Total
Precio referencial:	Bs. 9.821,00 (nueve mil ochocientos veintiuno 00/100 BOLIVIANOS)
Organismo financiador:	41-113
% de financiamiento:	100%

El **Responsable de Proceso de Contratación por emergencia (RPCDE)**, en uso de las atribuciones conferidas por la Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y normas conexas, designo al **profesional Ing. Sergio Mauricio Tordoya Canedo**, como **Responsable de Evaluación**, mediante Memorándum RPCDE N° 40/2021 del 25 de junio de 2021.

Como resulta de la evaluación de las propuestas presentadas por los Proponentes, se emite el presente informe.

1.2. Objetivo del Informe

Evaluar si las propuestas cumplen con las condiciones establecidas en las **Especificaciones Técnicas**, con base a los resultados obtenidos del portal de bienes y servicios requeridos por el GAMC, y de corresponder, recomendar la adjudicación del presente proceso de contratación.

2. EVALUACION DE LA PROPUESTA

2.1. Proponente Interesado

Como resultado de los proponentes presentados en el portal de bienes y servicios requeridos por el GAMC, presentándose la empresa JJ-OSTEOSYNTHESIS S.R.L. representado legalmente por Jaime Choque Patzi presenta cotización y propuesta.

2.2. Evaluación Técnica

Decepcionado la propuesta presentada en el portal de bienes y servicios requeridos por el GAMC por el proponente, se procedió a la evaluación el cumplimiento de las **Especificaciones Técnicas**, cuyo resultado se muestra a continuación:

Condición exigida en las Especificaciones Técnicas	Condiciones ofertadas por el Proponente	Valoración
NOMBRE DEL ÍTEM: OTOSCOPIO CANTIDAD: 1 UNIDAD: PIEZA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: <i>Instrumento constituido por un espéculo y una fuente de luz, que se emplea para la inspección del conducto auditivo externo y de la membrana timpánica.</i> CONTIENE -El mango, que contiene la batería para la fuente de luz. -La cabeza, que contiene la bombilla y una lente de aumento. -El cono que se inserta en el conducto auditivo MARCA: especificar MODELO: especificar	NOMBRE DEL ÍTEM: OTOSCOPIO CANTIDAD: 1 UNIDAD: PIEZA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: <i>Instrumento constituido por un espéculo y una fuente de luz, que se emplea para la inspección del conducto auditivo externo y de la membrana timpánica.</i> PRESENTA -El mango, que contiene la batería para la fuente de luz. -La cabeza, que contiene la bombilla y una lente de aumento. -El cono que se inserta en el conducto auditivo MARCA: WELDON INSTRUMENTS MODELO: ZETA 100	CUMPLE

Condición exigida en las Especificaciones Técnicas	Condiciones ofertadas por el Proponente	Valoración
PAÍS DE FABRICACIÓN: especificar	PAÍS DE FABRICACIÓN: PAKISTAN	
NOMBRE DEL ÍTEM: OXIMETRO DE PULSO CANTIDAD: 4 UNIDAD: PIEZA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: aplicable para el monitoreo en adultos y niños -pantalla oled para spo2, pr, pi. -tecnología moveoxy spo2 anti falla por movimiento -diseño especial a prueba de salpicaduras y resistente a caídas -verificación puntual y modo de medición continua -análisis de la frecuencia del pulso para la medición de verificación puntual -hasta 12 grupos de almacenamiento de datos de spo2 -alarma audible y visual con indicador de batería baja -incluya pilas MARCA: especificar MODELO: especificar PAÍS DE FABRICACIÓN: especificar	NOMBRE DEL ÍTEM: OXIMETRO DE PULSO CANTIDAD: 4 UNIDAD: PIEZA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: aplicable para el monitoreo en adultos y niños -pantalla oled para spo2, pr, pi. -tecnología moveoxy spo2 anti falla por movimiento -diseño especial a prueba de salpicaduras y resistente a caídas -verificación puntual y modo de medición continua -análisis de la frecuencia del pulso para la medición de verificación puntual -hasta 12 grupos de almacenamiento de datos de spo2 -alarma audible y visual con indicador de batería baja -incluya pilas AAA MARCA: PULSE OXIMETER MODELO: OXIMETER PAÍS DE FABRICACIÓN: CHINA	CUMPLE
NOMBRE DEL ÍTEM: TERMOMETRO INFRARROJO CANTIDAD: 14 UNIDAD: PIEZA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: -cuenta con sensor inteligente infrarojo termico - alarma de alta temperatura - ahorro de energia - sin contacto hacia la piel - zumbador de altavoz -frecuencia de 24 m - incluya pilas - certificacion ISO 9001 - certificado de registro de la FDA. MARCA: especificar MODELO: especificar PAÍS DE FABRICACIÓN: especificar	NOMBRE DEL ÍTEM: TERMOMETRO INFRARROJO CANTIDAD: 14 UNIDAD: PIEZA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: -cuenta con sensor inteligente infrarojo termico - alarma de alta temperatura - ahorro de energia - sin contacto hacia la piel - zumbador de altavoz -frecuencia de 24 m - incluya pilas - certificacion ISO 9001 - certificado de registro de la FDA. MARCA: YIIONE MODELO: YRK-002A PAÍS DE FABRICACIÓN: CHINA	CUMPLE
NOMBRE DEL ÍTEM: TENSIOMETROS CANTIDAD: 14	NOMBRE DEL ÍTEM: TENSIOMETROS CANTIDAD: 14	CUMPLE

Condición exigida en las Especificaciones Técnicas	Condiciones ofertadas por el Proponente	Valoración
UNIDAD: PIEZA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: -tensiómetro digital de brazo -detección de latidos cardíacos irregulares -indicador de clasificación de la oms -incluya pilas -gran pantalla lcd, time& visualización de fecha -últimos tres veces el resultado de la función media MARCA: especificar MODELO: especificar PAÍS DE FABRICACIÓN: especificar	UNIDAD: PIEZA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: -tensiómetro digital de brazo -detección de latidos cardíacos irregulares -indicador de clasificación de la oms -incluya pilas -gran pantalla lcd, tiempo y visualización de fecha -últimos tres veces el resultado de la función media MARCA: ELECTRONIC BLODD MODELO: PRESSURE MONITOR PAÍS DE FABRICACIÓN: CHINA	

Como resultado de la valoración técnica presentándose la empresa JJ-OSTEOSYNTHESIS S.R.L. representado legalmente por Jaime Choque Patzi **Cumple** con las condiciones establecidas en **las Especificaciones Técnicas**.

2.3. Evaluación Económica

La **propuesta económica exigida** por el proponente, se encuentra dentro del precio referencial establecido para la presente convocatoria, conforme se muestra a continuación:

Precio referencial establecido	Propuesta económica exigida por el Proponente	Valoración
9.821,00	9.821,00	Igual al precio referencial
total	9.821,00	

3. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Como resultado de la evaluación de la propuesta, se **recomienda la adjudicación** del Proceso de contratación de referencia, de la empresa JJ-OSTEOSYNTHESIS S.R.L. representado legalmente por Jaime Choque Patzi presenta cotización y propuesta, toda vez que su propuesta **cumple** con las condiciones establecidas en **las Especificaciones Técnicas**, y porque su propuesta económica no supera el precio Referencial establecido, bajo las siguientes condiciones:

Categoría	Condiciones particulares aceptadas por las partes:
Monto total:	9.821,00
Garantías	• Garantía comercial: Por un periodo de 1 año y dos meses por defectos de fabricación. La misma entrara en vigencia al momento de entregar los bienes.
Lugar de Entrega	Los bienes requeridos, deberán ser entregados en almacenes de la Secretaria Municipal de Salud, ubicado en la calle Colombia N° 115 esq. Av. Ayacucho en coordinación con el responsable de almacenes de la secretaria municipal de salud y la comisión/responsable de recepción.
Forma de Entrega	Los bienes ofertados por el PROVEEDOR deberán ser entregados nuevos y que cumplan las especificaciones técnicas en el lugar de entrega designado.
Plazo de Entrega	El plazo de entrega de los bienes es de 15 días calendario, computable a partir del día siguiente de la suscripción de la orden de compra.
Método de selección y forma de adjudicación	Precio evaluado más bajo y por el total.
Forma de Pago	Posterior a la entrega de los bienes y la emisión de la conformidad por parte del responsable de Recepción, se precederá a realizar en un pago único al PROVEEDOR mediante cheque, previa presentación de la factura correspondiente.

Sin otro particular, saludo a usted, atentamente.


Sergio Mauricio Tordoya Canedo
ENCARGADO FUNCION 3
SECRETARÍA MUNICIPAL DE SALUD
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

RESPONSABLE DE EVALUACIÓN