

A: Dr. Anibal Cruz Senzano
RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR EMERGENCIA (RPCDE)

De: Ing. Danna Inez Molina Peña
Arq. Dennis Aldunate Escobar
COMISION DE EVALUACIÓN

Referencia: **INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR EMERGENCIA N° CDE/B/2021-029. "ADQUISICIÓN DE CAMAS DE TERAPIA INTENSIVA PARA LOS HOSPITALES DE 2DO NIVEL (COVID-19) GESTION 2021"**

Fecha: Cochabamba, 31 de mayo de 2021

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. Antecedentes del Proceso de Contratación

Presentada la solicitud de inicio de proceso de contratación Por emergencia para la **ADQUISICIÓN DE CAMAS DE TERAPIA INTENSIVA PARA LOS HOSPITALES DE 2DO NIVEL (COVID-19) GESTIÓN 2021**, la Dirección de Segundo Nivel dependiente de la Secretaria de Salud, responsable de realizar de llevar adelante todos los actos administrativos relativos a procesos de contratación del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, previa autorización de inicio del proceso de contratación por parte del **Responsable de Proceso de Contratación por emergencia (RPCDE)** habiéndose establecido las siguientes condiciones:

Forma de adjudicación:	Por el Total
Precio referencial:	Bs. 275.000,00 (Doscientos setenta y cinco mil 00/100 BOLIVIANOS)
Organismo financiador:	IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS
% de financiamiento:	100%

El **Responsable de Proceso de Contratación por emergencia (RPCDE)**, en uso de las atribuciones conferidas por la Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y normas conexas, designo a los **profesionales Ing. Danna Inez Molina Peña y Arq. Dennis Aldunate Escobar**, como **Responsable de Evaluación**, mediante Memorándum RPCDE 29/2021 del 31 de mayo de 2021.

Como resulta de la evaluación de las propuestas presentadas por los Proponentes, se emite el presente informe.

1.2. Objetivo del Informe

Evaluar si las propuestas cumplen con las condiciones establecidas en las **Especificaciones Técnicas**, con base a los resultados obtenidos del portal de bienes y servicios requeridos por el GAMC, y de corresponder, recomendar la adjudicación del presente proceso de contratación.

2. EVALUACION DE LA PROPUESTA

2.1. Proponente Interesado

Como resultado de los proponentes presentados en el portal de bienes y servicios requeridos por el GAMC, presentándose la empresa HP MEDICAL SRL representado legalmente por Mauricio Coronado Rengel presenta cotización y propuesta.

2.2. Evaluación Técnica

Decepcionado la propuesta presentada en el portal de bienes y servicios requeridos por el GAMC por el proponente, se procedió a la evaluación el cumplimiento de las **Especificaciones Técnicas**, cuyo resultado se muestra a continuación:

Condición exigida en las Especificaciones Técnicas	Condiciones ofertadas por el Proponente	Valoración
<p>CAMA ELÉCTRICA DE TERAPIA INTENSIVA DE 5 MOVIMIENTOS MARCA: ESPECIFICAR</p> <p>MODELO: ESPECIFICAR</p> <p>AÑO DE FABRICACIÓN: EL EQUIPO DEBE SER DE FABRICACIÓN RECIENTE, NO MAYOR A 2 AÑOS.</p> <p>PAÍS DE FABRICACIÓN: ESPECIFICAR</p> <p>CINCO MOVIMIENTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Movimiento fowler 70º y regreso a posición normal. - Movimiento Trendelemburg 14º o mayor - Trendelemburg inverso 14º o mayor - Movimiento de angulación de rodilla, 35º, o mayor - Altura regulable de 37 a 82 cm o mayor <p>CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR</p>	<p>CAMA ELÉCTRICA DE TERAPIA INTENSIVA DE 5 MOVIMIENTOS</p> <p>MARCA: ARJOHUNTLEIGH</p> <p>MODELO: PRIOMA 600</p> <p>AÑO DE FABRICACIÓN: 2020</p> <p>PAÍS DE FABRICACIÓN: CHINA</p> <p>CINCO MOVIMIENTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.- Movimiento fowler 70º y regreso a posición normal. 2.- Movimiento Trendelemburg 14º 3.- Trendelemburg inverso 14º 4.- Movimiento de angulación de rodilla, 35º. 5.- Altura regulable de 37 a 82 cm <p>CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carga de trabajo segura 250 Kg 	<p>CUMPLE</p>

Condición exigida en las Especificaciones Técnicas	Condiciones ofertadas por el Proponente	Valoración
<ul style="list-style-type: none"> • Carga de trabajo segura 250 Kg o mas • Ruedas Con freno • Actuadores para ajuste suave • Paneles de plataforma extraíbles de material ABS • Rieles laterales divididos de longitud completa • Controles integrados para enfermera y paciente, en las Barandas superiores. • Respaldo retráctil • Respaldo manual de RCP de liberación rápida • Elevación del pie / pantorrilla: operación manual • Pedales de bloqueo central en el extremo del pie • Ganchos de bolsa de orina y riel de correa - ambos lados de la cama • Asas de retención de colchón contorneados suaves • Paneles ligeros y extraíbles de cabeza y pie • Pared giratoria de extremo de cabeza y pie amortiguadores • Luz debajo de la cama (en modo encendido permanente) • Alimentación eléctrica 220V/50Hz • Protección contra descargas eléctricas - Clase 1 Tipo B • Protección contra ingreso de líquidos • Movimientos electrónicos • Tablero de cabeza y pie extraíble en caso de emergencia <p>Accesorios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colchón de esponja articulable, con forro de material resistente y duradero • Colchón de Aire Anti escara con compresor Regulable 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruedas Con freno • Actuadores para ajuste suave • Paneles de plataforma extraíbles de material ABS • Rieles laterales divididos de longitud completa • Controles integrados para enfermera y paciente, en las Barandas superiores. • Respaldo retráctil • Respaldo manual de RCP de liberación rápida • Elevación del pie / pantorrilla: operación manual • Pedales de bloqueo central en el extremo del pie • Ganchos de bolsa de orina y riel de correa - ambos lados de la cama • Asas de retención de colchón contorneados suaves • Paneles ligeros y extraíbles de cabeza y pie • Pared giratoria de extremo de cabeza y pie amortiguadores • Luz debajo de la cama (en modo encendido permanente) • Alimentación eléctrica 220V/50Hz • Protección contra descargas eléctricas - Clase 1 Tipo B • Protección contra ingreso de líquidos • Movimientos electrónicos • Tablero de cabeza y pie extraíble en caso de emergencia <p>Accesorios:</p> <p>Colchón de esponja articulable, con forro de material resistente y duradero</p> <p>Colchón de Aire Anti escara con compresor Regulable</p>	

Como resultado de la valoración técnica presentándose la empresa HP MEDICAL SRL representado legalmente por Mauricio Coronado Rengel **Cumple** con las condiciones establecidas en las **Especificaciones Técnicas**.

2.3. Evaluación Económica

La **propuesta económica exigida** por el proponente, se encuentra dentro del precio referencial establecido para la presente convocatoria, conforme se muestra a continuación:

Precio referencial establecido	Propuesta económica exigida por el Proponente	Valoración
300.000,00	275.000,00	Menor al precio referencial
<i>total</i>	20.500,00	

3. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Como resultado de la evaluación de la propuesta, se **recomienda la adjudicación** del proceso de contratación de referencia, de la empresa HP MEDICAL SRL representado legalmente por Mauricio Coronado Rengel presenta cotización y propuesta, toda vez que su propuesta **cumple** con las condiciones establecidas en las **Especificaciones Técnicas**, y porque su propuesta económica no supera el precio referencial establecido, bajo las siguientes condiciones:

Categoría	Condiciones particulares aceptadas por las partes:
Monto total:	275.000,00
Garantías	<ul style="list-style-type: none"> •Garantía comercial: Por un periodo de 2 años por defectos de fabricación. La misma entrara en vigencia al momento de realizar la puesta en marcha y pruebas de funcionamiento con el personal tanto medico como técnico de la unidad solicitante. Y se presentara en la entrega definitiva de los bienes. •Se solicita la Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo del uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto del contrato. Por solicitud del proveedor, el contratante podrá efectuar una retención del monto equivalente a la garantía solicitada, por el tiempo que dure la garantía de los bienes ofertados. la misma deberá presentarse al momento de realizar la puesta en marcha de los bienes y una vez realizadas las pruebas de funcionamiento con el personal tanto medico como técnico de la unidad solicitante.

Categoría	Condiciones particulares aceptadas por las partes:
	<p>•Se solicita la Garantía de Cumplimiento de Contrato. El proponente adjudicado deberá constituir la garantía de cumplimiento de contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. Las micro y pequeñas empresas, asociaciones de pequeños Empresas, Asociaciones de pequeños Productores Urbano y rurales y Organizaciones Económicas Campesinas presentaran una garantía de cumplimiento de contrato por un monto equivalente al tres punto cinco por ciento (3.5%) del valor.</p>
<i>Mantenimiento preventivo.</i>	El proveedor adjudicado deberá presentar un cronograma de mantenimientos preventivos que cubra el periodo de garantía, junto con la entrega de los bienes.
<i>Soporte técnico</i>	El Proveedor deberá presentar una carta de compromiso de asistencia técnica en el que se compromete, a que en un tiempo menor a 24 Hrs a simple requerimiento durante el tiempo de garantía, se comprometa solucionar cualquier problema técnico, debiendo presentar a momento de la entrega del bien.
<i>Provisión de repuestos</i>	El PROVEEDOR debe garantizar la provisión de repuestos de los bienes ofertados en un plazo no mayor a 30 días calendarios computable a partir de la solicitud.
<i>Forma de adjudicación:</i>	Por el total, precio evaluado más bajo
<i>Lugar de Entrega:</i>	Los bienes requeridos, deberán ser entregados en los Almacenes de la Secretaria de Salud (Ayacucho y Colombia) en coordinación con el responsable de almacenes de la secretaria municipal de salud y la comisión de recepción, el costo que conlleve el transporte posterior a los Hospitales del Norte y del Sud deberá ser asumido en su totalidad por el Proveedor.
<i>Forma de Entrega:</i>	Los bienes ofertados por el PROVEEDOR deberán ser entregados en funcionamiento en el lugar de entrega designado. Se deberá notificar a la comisión de recepción 7 días antes de la entrega para mejor coordinación.
<i>Plazo de Entrega:</i>	El plazo de entrega del equipo solicitado en la presente contratación será de 20 días calendario computable a partir del día de la firma del contrato.
<i>Forma de pago</i>	Posterior a la entrega de los bienes y la emisión de la conformidad por parte de la comisión o responsable de recepción, se procederá con el pago al proveedor mediante cheque

Sin otro particular, saludo a usted, atentamente.



Ing. Dennis L. Alzamora Escobar
JEFE DPTO. INFRA. Y EQUIP. 2º NIVEL
SECRETARÍA DE SALUD
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBBA.



Ing. Donna E. Molina Peña
BIOMÉDICO - PROFESIONAL 1
SECRETARÍA DE SALUD
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA

RESPONSABLE DE EVALUACIÓN