

DEMANDE D'ANALYSE GC-MS

No 001-93

Références : JAH

Projet : Culture

Date : 12/4-93

Motif de la demande : Analyses of Heptachlor in 3 samples

Identification de l'éch. :	<u>7257</u> 0.07ppm	<u>7258</u> 0.05ppm	<u>7256</u> 0.05ppm	-: Sample Abs. Concentration
----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------------

Préparation de l'éch. :

solvant : n-hexane

Conditions GC :

Colonne : DB-5 long : 33m ϕ int :

Mode d'injection : splitless

Volume d'injection : 2 μ l

Détecteur : ECD

Programme de temp. : 60°C 12min
20°C/min to 150°C
3°C/min to 270°C
15 min at 270°C

Joindre avec l'échantillon, une copie du chromatogramme et indiquer le(s) pic(s) à identifier.

- ① samples
- ② heptachlor standard solution of 0.06 ppm
- ③ heptachlor standard solution of 0.3 ppm
- ④ chromatogram of sample.

2501232042